



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
PRESENCIAL No. LP-919044992-I11-2016**

“SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA, 2ª VUELTA”


En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 12:00 horas del día 16 de Febrero del 2016, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I11-2016** referente a la contratación del **“Suministro de osteosíntesis, Endoprótesis y Artroscopia, 2ª Vuelta”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley; así como a lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. César Noé Rodríguez García*, representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *M.A.E. María Elena Avilez Pineda* y como Representantes del Área Usuaria de este Organismo, el *Dr. Marco Antonio Ascacio Salís* y el *Dr. Jorge Garza Martínez*, del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y el *Dr. Samuel Casas Espinosa*, del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *C.P. Santiago Rodríguez Sandoval*, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el *Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanís*, Coordinador de Licitaciones y la *Lic. Sonia Marcela Robles Terreros*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió, ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista asistencia de proveedores estando presentes: **Artimédica, S.A. de C.V.**, representada por la *C. Nancy Valdés Lara* y **Hemost, S.A. de C.V.**, representada por el *C. Héctor Mario Gómez Palestino*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



| LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | |
|-------------------------------------|---|
| DUDAS ADMINISTRATIVAS: | |
| Pregunta 1: | En referencia al numeral 3 inciso C numeral 9 que menciona carta de apoyo del fabricante o filial en México de cada uno de los equipos e instrumental que ofertan en las que está brindando el apoyo y deberá citar el número de licitación, si dicha carta fuera expedida en idioma inglés, deberá anexar su traducción al español. Solicitamos atentamente nos aclaren si la carta de apoyo es del equipo, del instrumental o de los equipos y los insumos, ya que el instrumental es proporcionado por el licitante y no necesariamente tiene que ser de la misma marca de los equipos por la diversidad del instrumental y los procedimientos que se llevan a cabo, consideramos que existe un error y se debe solicitar carta de apoyo del fabricante o filial en México de los insumos que se ofertan. ¿Es correcta nuestra apreciación? |
| Respuesta: | No es correcta su apreciación, únicamente deberá presentar carta de apoyo del fabricante para el equipo y los insumos. |
| Pregunta 2: | En referencia al numeral 3 inciso C numeral 11 solicitamos muy atentamente se modifique esta solicitud y se requiera únicamente registro sanitario de los equipos e insumos a ofertar ya que el instrumental y los consumibles son muy diversos tomando en cuenta la cantidad de instrumental y consumibles que se utilizan en cada cirugía. ¿Se acepta nuestra solicitud? |
| Respuesta: | Si se acepta su solicitud, sin embargo también deberá de incluir registro sanitario de los consumibles de uso más ordinario en las cirugías objeto de la licitación. |
| Pregunta 3: | En el acta de la junta de aclaraciones de la primera vuelta de la presente licitación, identificada como LP-919044992-I6-2015, se agregaron 7 renglones que representaron aproximadamente el 30% del importe de la propuesta económica total, y dicha licitación fue declarada desierta por haberse excedido el techo presupuestal autorizado en base a los precios de referencia de la convocante, por lo tanto, solicitamos amablemente a la convocante considerar cantidades menores en piezas de las partidas, además de que tenga a bien considerar el incremento en el tipo de cambio del dólar, de un 28% del 31 de diciembre de 2014 al 11 de febrero del 2016. |
| Respuesta: | Se contesta en generales. |
| Pregunta 4: | En el acta de la junta de aclaraciones de la primera vuelta de la presente licitación, identificada como LP-919044992-I6-2015, la convocante menciona en el punto 2 de generales que el licitante ganador debe proporcionar en renta por procedimiento el Equipo para Neuromonitoreo para cirugía de columna, solicitamos amablemente a la convocante especifique si dicho concepto deberá agregarse como un renglón más de la presente licitación con costo unitario por cirugía, o especifique cuál será la forma de pago para dicho concepto. |
| Respuesta: | El equipo deberá ser proporcionado por el licitante y se considerara un costo único de \$15,000.00 pesos por evento (cirugía) que incluirá todos los consumibles que se requiera y el traslado y funcionamiento del equipo durante el tiempo que dure la cirugía. |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials at the bottom]



| | |
|-------------------------------------|--|
| LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | |
| DUDAS TÉCNICAS | |
| Pregunta 1: | Solicitamos muy atentamente nos confirmen que los renglones 91 y 109 son para uso pediátrico, ya que por las medidas que contienen, así corresponderían. ¿Es correcta nuestra apreciación? |
| Respuesta: | En relación al renglón 109 es correcta la apreciación si es pediátrica las medidas. En el renglón número 91 se hace la observación que son medidas para población adulta. |

| | |
|---------------------------------|--|
| LICITANTE: HEMOST, S.A. DE C.V. | |
| DUDAS ADMINISTRATIVAS | |
| Pregunta 1: | PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO, INCISO B, SUB INCISO II. PREGUNTA No. 1: Con fundamento en el artículo 74, fracción XIV, del Reglamento, que a la letra dice: "La propuesta deberá ser firmada autógrafamente en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica", solicitamos atentamente a la convocante, permita firmar únicamente la última hoja de los escritos de la propuesta, donde aparezca el nombre del representante legal, y de los demás documentos que integran la misma, únicamente el frente de éstos, es decir la primera hoja. |
| Respuesta: | Se modifica el Sub inciso II del Inciso B del punto 3 de la Convocatoria respecto a la firma y será obligatorio que las Propuestas deban ser firmadas autógrafamente en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, lo anterior con fundamento en el artículo 74, fracción XIV, del Reglamento. |

| LICITANTE: HEMOST, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------|-------------|---|-----------|--|---|-----------|--|
| DUDAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| Pregunta 1: | ANEXO 1-A. INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>600460315</td> <td>ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.00 MM</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>600460323</td> <td>ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.25 MM</td> </tr> </tbody> </table> | No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 1 | 600460315 | ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.00 MM | 2 | 600460323 | ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.25 MM |
| No. | CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | |
| 1 | 600460315 | ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.00 MM | | | | | | | | |
| 2 | 600460323 | ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.25 MM | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



| | | | |
|--|---|-----------|---|
| | 3 | 600460372 | ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, CON OJAL. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM, LONGITUD DE 280 MM. A 600 MM. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.00 MM A 1.25 MM |
| Solicitamos atentamente a la convocante aclare la descripción de dichos renglones, ya que se aprecian dos descripciones distintas. | | | |
| Respuesta: | Se modifican las siguientes claves quedando como sigue: 600460315 ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.00 MM 600460323 ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 CM. DIAMETRO DE 1.25 MM Y se elimina la clave 600460372. | | |
| Pregunta 2: | ANEXO 2. FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA. Solicitamos atentamente a la convocante confirme si es correcto entender que dicho formato se realizará por Unidad de Servicio (Hospital). Favor de Aclarar. | | |
| Respuesta: | Es por renglón conforme se señala en el Anexo 1, especificando los insumos a que se refiere. | | |
| Pregunta 3: | ANEXO 2. FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA. Solicitamos atentamente a la convocante aclare qué información deberá contener la columna de "Descripción" y la de "Descripción del Servicio", debido a que hace referencia a dos conceptos similares. | | |
| Respuesta: | El contenido del apartado de descripción del Anexo 1 de la convocatoria y por lo que respecta a la descripción del servicio dicho título se modifica y en su lugar el licitante deberá denominarlo "especificaciones técnicas" y llenarse este último con la descripción contenida en los Anexos 1B y 1C. | | |
| Pregunta 4: | ANEXO 2. FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA. Solicitamos atentamente a la convocante indique si es correcto entender que en dicho anexo se colocará el mismo concepto tanto para la columna "Unidad de Medida" como para la de "Presentación". | | |
| Respuesta: | No es correcta su apreciación, en unidad de medida deberá señalar si es pieza, rollo, set, etc., etc., y en el apartado de presentación deberá señalarse cuantas piezas, rollos, set, etc., etc., contiene el renglón que oferta. | | |
| Pregunta 5: | ANEXO 3. FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA. Solicitamos atentamente a la convocante confirme si es correcto entender que el citado anexo se realizará por Unidad de Servicio (Hospital). | | |
| Respuesta: | No es correcta su apreciación, dicho formato deberá llenarse por cada uno de los renglones que se señalan en el Anexo 1 de la convocatoria, es decir deberá presentar 6 formatos del Anexo 3. | | |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



| | |
|-------------|---|
| Pregunta 6: | ANEXO 4. HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. Solicitamos atentamente a la convocante aclare si para este anexo, en la Columna relativa a "Importe Total", se deberá agregar el concepto de I.V.A. |
| Respuesta: | Es correcta su apreciación en la columna de importe total deberá agregar el concepto de IVA. |
| Pregunta 7: | ANEXO 4. HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. Solicitamos atentamente a la convocante indique si es correcto entender que en el citado anexo se colocará la misma información tanto para la columna de "Unidad de Medida" como para la de "Presentación". |
| Respuesta: | No es correcta su apreciación, en unidad de medida deberá señalar si es pieza, rollo, set, etc., etc., y en el aparatado de presentación deberá señalarse cuantas piezas, rollos, set, etc., etc., contiene el renglón que oferta. |

----- G E N E R A L E S -----

Favor de tomar en cuenta el siguiente punto:

- Punto No 1

| Material | Cantidad |
|---------------------------------------|----------|
| Placas en 8 en bisagra | 25 |
| Clavos TENS | 25 |
| Clavos Telescopados | 25 |
| Placas DHS pediátrica e intermedia | 25 |
| Tornillo Canulados 4.0 | 25 |
| Fijador externo monolaterales | 23 |
| Tornillo de schanz con hidroxiapatita | 20 |

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y a los generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, la compañía Hemost, S.A. de C.V., tuvo una duda respecto a la respuesta a la pregunta No. 1 de sus dudas técnicas, dándole respuesta como quedá asentado en el cuerpo de la junta.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 25 de Febrero del 2016, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



De esta manera se da por concluido la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 14:20 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO | | |
|---|------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ | LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA | |
| REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | LIC. CÉSAR NOÉ RODRÍGUEZ GARCÍA | |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA | LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS | |

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ | | |
|---|----------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | M.A.E. MARÍA ELENA AVILEZ PINEDA | |
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA) | DR. MARCO ANTONIO ASCACIO SOLÍS | |

4
 SS

M H



| | | |
|---|---------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA) | DR. JORGE GARZA MARTÍNEZ | |
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA) | DR. SAMUEL CASAS ESPINOSA | |

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| INVITADOS PERMANENTES | | |
|--|-------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO | |
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | C.P. SANTIAGA RODRÍGUEZ SANDOVAL | |
| COORDINADOR DE LICITACIONES | LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANIS | |
| TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA | LIC. SONIA MARCELA ROBLES TERREROS | |



| PROVEEDORES | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| HEMOST, S. A. DE C. V. | C. HÉCTOR MARIO GÓMEZ PALESTINO | |
| ARTIMEDICA, S. A. DE C. V. | C. NANCY VALDÉS LARA | |