

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL LP-919044992-104-2020

“SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 06 de Febrero del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-104-2020** referente a la Contratación del **“SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. **Aarón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. **Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la representante de la Secretaría de Administración, la Lic. Ma. Alicia Leal Pérez; **Miembros del Comité con Voz:** la Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, C.P. **Karina Laredo López**, como **área usuaria:** el Dr. **Samuel Casas Espinoza**, representante del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el Lic. **Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales y el C.P. **Felipe Manuel Flores Martínez**, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.


De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste la C. Bertha Alicia Morales Acosta en calidad de observador.

[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-104-2020

PÁGINA 1 de 9




En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, representada por la **C. Brenda Sarahí Barragán Lona** y **ARTIMEDICA, S.A DE C.V.**, representada por la **C. María de la Luz López Hernández**.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS TÉCNICAS					
NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	REGLÓN 5 ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. PIEZA.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR ALAMBRE GUÍA DE 1.1MM X 38MM PARA TORNILLO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	REGLÓN 35 PLACA ANGULADA DE 90 A 150 GRADOS DE TRES A SEIS ORIFICIOS CON TORNILLOS DESLIZANTES DE 2.7 A 3.5MM DE DIÁMETRO DE 20MM A 70 MM DE LONGITUD PEDIÁTRICA E INTERMEDIA (PLACA DHS)	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE SUSTITUIR LA PLACA DHS POR PLACA PEDIÁTRICA 3.5 Y 4.5 MM DE DIÁMETRO DE TORNILLO, DE 100, 110, 120 Y 150 GRADOS, DE 3, 5 Y 7 ORIFICIOS, QUE CUMPLE CON EL MISMO OBJETIVO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD
3	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	REGLÓN 36 PLACA CON CABEZA EN FORMA DE COBRA Y CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA. NUMERO DE ORIFICIOS DE 8 A 10 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS A LAS ESPECIFICADAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE SUSTITUIR LA PLACA TIPO COBRA POR LA PLACA LCP PARA FÉMUR DISTAL DE ACERO DE 7, 9, 11 Y 13 ORIFICIOS, IZQUIERDA Y DERECHA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	REGLÓN 45 PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5MM A 3.5MM DE DIÁMETRO DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. PIEZA.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR PUNTA DESECHABLE 4.0 MM?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PUESTO QUE UNA SHAVER DE ESA MEDIDA PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL MENISCO

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-104-2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Actualizado

5	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 46 PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 5.5 MM DE DIÁMETRO DE ACUERDO A LA MARCA Y EL MODELO DEL EQUIPO. PIEZA.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR PUNTA DESECHABLE 5.2MM?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
6	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 56 SISTEMA DE REPARACIÓN DE MANGO ROTADOR TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACA CORCHOS MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURAS 5.0 DE DIÁMETRO Y 15 A 20 MM DE LONGITUD.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR ANCLA BIODEGRADABLE DE 5.5 MM CON LONGITUD DE 16MM.?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 70 TORNILLO CANALADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 3.5 O 4.0?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA CANALADO
8	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 71 TORNILLO CANALADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 7 MM A 8 MM LONGITUD: 20 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
9	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 72 TORNILLO CANALADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 7 MM A 8 MM LONGITUD: 25 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

[Handwritten signatures and initials]


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-104-2020

PÁGINA 3 de 9

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo




10	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 74 TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 9 MM A 10 MM LONGITUD: 20 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 75 TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 9 MM A 10 MM LONGITUD: 25 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 80 TORNILLO CANULADO DE TITANIO PARA FIJACIÓN TRANSVERSA EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO SEMITENDINOSO	NUESTROS PRODUCTOS PARA ESTE TIPO DE FIJACIÓN SE LLAMAN RIGIDFIX 2.7MM PARA FIJACIÓN DE HUESO Y 3.3MM PARA FIJACIONES DE SEMITENDINOSO, FABRICADO DE PLA (ÁCIDO POLILACTICO) ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR ESTE SISTEMA PARA FIJACIÓN TRANSVERSA	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETA A IMPARTIR CAPACITACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE FIJACIÓN OFERTADOS
13	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 115 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA FÉMUR DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 9 MM, 10 MM, 11 MM, O 12 MM, (4) PERNOS PARA CLAVO DE FEMUR BLOQUEADO 5.0 MM / 5.5 MM. DIAM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRA OFERTAR CLAVOS DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. CON RESPECTO A LAS MEDIDAS TODOS LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR DIÁMETRO DE 8, 8.5, 9, 10, 11, O 12 MM.
14	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 116 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA TIBIA DE ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO 9 MM, 10 MM, 11 MM, O 12 MM., PERNOS PARA	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. RP-919004992-104-2020

PÁGINA 4 de 9

[Handwritten signatures and initials]



15	MEDEQ.ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CLAVO DE TIBIA BLOQUEADO DE 4.5 MM RENGLÓN 117 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA HUMERO DE ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO 7 MM O 9 MM, PERNOS PARA CLAVO DE HUMERO BLOQUEADO 4.00 DD DIAM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
16	MEDEQ.ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 118 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN PARA FÉMUR DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 10 MM O 11 MM, PERNOS PARA CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN FÉMUR 5.0	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	MEDEQ.ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-B EQUIPO DE ARTROSCOPIA QUE DEBE SER INCLUIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR TAMBIÉN EQUIPO DE NEUROMONITOREO, EQUIPO DE ABORDAJE Y SERVICIO DE DRIL NEUMÁTICO O ELÉCTRICO PARA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL MÉDICO.	EN CASO DE REQUERIRSE EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEUROMONITORIO, EQUIPO DE ABORDAJE O SERVICIO DE DRIL NEUMÁTICO O ELÉCTRICO SERÁ CONTRATADO POR LA CONVOCANTE DE MANERA INDEPENDIENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

[Handwritten signature]

1.- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

[Handwritten signature]



Una vez concluida la lectura de las preguntas y generales con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, haciendo uso de la voz la representante de la empresa MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., haciendo un comentario respecto a la pregunta No. 2 mismo que fue atendido y aclarado por los representantes de las áreas usuarias sin que se modifique el sentido de la respuesta contenida en dicha pregunta en la presente acta.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 18 de Febrero del 2020 a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludn.l.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:30 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	



REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	
--------------------------------------------------	----------------------------	--

MIEMBROS DEL COMITE CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. KARINA LAREDO LÓPEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA)	DR. SAMUEL CASAS ESPINOZA	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	DR. JORGE GARZA MARTÍNEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	DR. MARCO ANTONIO ASCACIO SOLÍS	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Verdadero

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	C. BRENDA SARAHÍ BARRAGÁN LONA	
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	C. MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-91904/992-104-2020


PÁGINA 8 de 9

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

[Handwritten signatures and notes in the right margin]



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Avanzando

Gobierno del Estado de Nuevo León
Servicios de Salud de Nuevo León
Organismo Público Descentralizado
Dirección Administrativa
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Control de Insumos y Almacén

OBSERVADOR		FIRMA
NOMBRE		
C. BERTHA ALICIA MORALES ACOSTA		