



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
 No. LP-919044992-I27-2019**

“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 04 de Junio del 2019, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er piso del inmueble sito en Matamoros No. 520 Ote, Centro de esta ciudad se reunieron los Servidores Públicos, miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I27-2019** referente a la adquisición de **“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, la Lic. Ma. Alicia Leal Pérez, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *C.P. Erika Yadira González Gómez*, área usuaria, el Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza representante del Laboratorio Estatal; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. Leyla Esthela Montalvan Tueme, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste la *C. Petra Puga Reyes* en calidad de observadora.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: **Laboratorios LICON S.A.**, representada por el *C. Iván Perseo Edmundo Campos Velázquez*, **DM LAB S.A. de C.V.**, representada por el *C. José Luis Paredes Méndez* y **Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V.**, representada por el *C. Rene Gerardo Salazar Robledo*.

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]



Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

| DUDAS ADMINISTRATIVAS | | | |
|-------------------------|-----|--|---|
| PROVEEDOR | NO. | PREGUNTA | RESPUESTA |
| DM LAB S.A. DE C.V. | 1 | PARTIDA HEMOGLOBINA GLICOSILADA, EN EL PUNTO 1.1.1 SE MENCIONA QUE LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANÁLISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR. ES POSIBLE SABER EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE CUAL ES LA VARIACIÓN MÁXIMA Y/O MÍNIMA QUE TIENEN CONSIDERADA? | NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE, PORQUE CADA UNIDAD APLICATIVA ELABORA SU ORDEN DE ENVÍO SEGÚN SUS NECESIDADES. |
| DM LAB S.A. DE C.V. | 2 | PARTIDA HEMOGLOBINA GLICOSILADA, EN EL PUNTO 1.1.8 SE MENCIONA QUE EL LICITANTE OFERTARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE REACTIVOS, ASÍ COMO LOS CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ANUALES ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA. ¿EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE SE REFIEREN ES AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA EL CONTROL DE CALIDAD PUEDE SER DE LA MISMA MARCA? | SI, SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA. Y LOS CONTROLES DE CALIDAD SERÁ DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SEMESTRALES ESTABLECIDAS POR LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. |
| DM LAB S.A. DE C.V. | 3 | PARTIDA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN EL PUNTO 1.2.1. PERÍODO DE ENTREGA SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ DEL 20 DE JUNIO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. ¿LA ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN? EN CASO CONTRARIO ES POSIBLE CONTAR CON UN CALENDARIO DE ENTREGAS PARA GARANTIZAR EL ABASTO EN TIEMPO Y FORMA. | NO, LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.2.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN |
| LABORATORIOS LICON S.A. | 4 | 1.1. OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 1.1.1. EN EL ANEXO 1 DE ÉSTAS BASES, SE DESCRIBEN LAS PRUEBAS PARA LAS QUE SE REQUIEREN LOS REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DE LA CONVOCANTE. ASIMISMO EN EL ANEXO 1A SE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS RESULTADOS, LOS CUALES NO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS. CABE ACLARAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES A DICHO EQUIPO ASÍ COMO LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANÁLISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR, SIN REBASAR LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS. PREGUNTA: SÉ SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE SERVICIO, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIEREN EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS |

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



| | | | |
|--|---|--|---|
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 5 | 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.1. SOLICITAN EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MEJOR OFERTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD YA QUE NO PRECISA QUE ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS OFERTARÍA, POR LO QUE SE PRECISA QUE SE REQUIEREN EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS. |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 6 | 1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO. 1.2.1 PERIODO DE ENTREGA. SOLICITAN PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. DEBEMOS DE CONSIDERAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 7 | 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.16 SOLICITAN QUE ÉL O LOS LICITANTES QUE RESULTE ADJUDICADO PARA LAS PARTIDAS NO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 13 DEBERÁN ENTREGAR LOS VIALES PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD CON UN TIEMPO MÍNIMO DE ANTICIPACIÓN DE UNA SEMANA A LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO QUE ESTE INSCRITO. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD SOLO SERÁ PARA LAS PARTIDAS 1-QUIMICA CLÍNICA, 2.- ELECTROLITOS, 3.- HEMATOLOGÍA, 4.- EXAMEN DE ORINA, 5.- GASOMETRÍAS (CUIDADOS CRÍTICOS), 5.- GASOMETRÍAS (GASES ARTERIALES), INMUNOLOGÍA, 8.- INMUNOLOGÍA II, 9.- COAGULACION, 10.- INMUNOHEMATOLOGÍA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, Y 13.- MICROBIOLOGÍA.¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; DEBERÁ CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLO PARA LAS PARTIDAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 13. |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 8 | 1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA: INCISO I: SOLICITAN CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APPLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES CON EL COMPROMISO DE CANJEAR AQUELLOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO A LA FECHA DE SU CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD. |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 9 | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 1. NUMERAL 17. SOLICITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD. RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE LA FACULTAD DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD. |



| | | | |
|--|----|--|--|
| | | LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA? | |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 10 | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 11. SOLICITAN FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIÉN PRESENTAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL MANUAL DEL EQUIPO DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR CUANDO EN EL CATÁLOGO NO SEA POSIBLE ESTO. ¿SE ACEPTA? | SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD. |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 11 | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 17. SOLICITAN DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. ESTO SOLO APLICA PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| IL DIAGNOSTICS SA DE CV | 12 | PUNTO C NUMERAL 17.-ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN DE PUBLICA INTERNACIONAL, Y PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, SE PUEDE PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ACREDITADO COMO TUV, BSI, DEKRA, SGS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN |
| IL DIAGNOSTICS SA DE CV | 13 | PUNTO C NUMERAL 24 EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 5.2.Y 5.3 DE LAS "REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA, UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: I.-LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONFORME AL FORMATO DEL "ANEXO 9"; O CON LAS REGLAS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, CITADOS EN EL NUMERAL 1.1, UTILIZANDO EL FORMATO DEL ANEXO "9-A". II.- LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL TRATADO QUE | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, COMO SE SOLICITA EN LAS BASES, SE DEBERÁ PRESENTAR EL FORMATO DE ANEXO 9 QUE APLIQUE DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS. |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature and initials at the bottom right]



| | | | |
|--|---|--|--|
| | | CORRESPONDA, CONFORME AL FORMATO DEL ANEXO "9-B" SOLICITAMOS A LA AMBLE CONVOCANTE Y EN VISTA DE TRATARSE DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL Y DADO QUE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAREMOS SON DE ORIGEN EXTRANJERO, NO CUENTAN CON UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL SOLICITAMOS SE EXIMA DE LA ENTREGA DE LOS ANEXOS 9 Y 9-A SIN QUE ESTO SEAS MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA? | |
| DUDAS TÉCNICAS | | | |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 1 | ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITAN: QUE INTEGRE EN UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS REACTIVOS, CALIBRADORES, BIOSENSORES, GASES, AGUJA TOMA MUESTRA, PARA SU FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO BOLSA DE DESECHOS. PARTIDA 6. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (GASES ARTERIALES). PARA PODER ASEGURAR RESULTADOS DE BUENA CALIDAD Y EVITAR RIESGO EN EL PERSONAL DE LABORATORIO, ES NECESARIO QUE EL EQUIPO A PROPONER DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SOLICITADO? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 2 | ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. SOLICITAN: INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMP. DE 15 A 40° C. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INCUBADORA DE PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INTERVALO DE TEMP. DE 22°C +/- 1°C. ¿SE ACEPTA? | SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| IL DIAGNOSTICS SA DE CV | 3 | ANEXO 1 A PARTIDA 5 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (CUIDADOS CRITICOS) SOLICITAN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE INTERFERENCIAS (COÁGULOS Y MEDICAMENTOS INTERFERENTES) ¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA OPERACIÓN DEBERÁ SER SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO Y DE FORMA AUTOMÁTICA? | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| IL DIAGNOSTICS SA DE CV | 4 | ANEXO 1 A PARTIDA 5 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PAQUETE 6. REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRÍAS (GASES ARTERIALES) SOLICITAN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE INTERFERENCIAS (COÁGULOS Y MEDICAMENTOS INTERFERENTES) ¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA OPERACIÓN DEBERÁ SER SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO Y DE FORMA AUTOMÁTICA? | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACEPTA QUE OFERTE SU TECNOLOGÍA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |

GENERALES

- 1- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II. de la Ley.

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



2- Se informa a los interesados que la cantidad solicitada de biometrías hemáticas para la partida 3 es de 209,978 pruebas

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y el apartado de generales, se dio oportunidad al licitante presente para que formulará las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ningún comentario al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 17 de Junio del 2019 a las 11:00 hrs. en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:15 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO | | |
|---|---|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ | C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ | |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA | LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ LASTRA | |
| REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ | |



| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
| REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (AREA USUARIA) | Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA | |

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| INVITADOS PERMANENTES | | |
|---|------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO | |
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN | LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVAN TUEME | |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA | C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ | |

| LICITANTES | | |
|------------|--------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| | | |



| | | |
|--|---|--|
| LABORATORIOS LICON S.A. | C. IVÁN PERSEO EDMUNDO CAMPOS VELÁZQUEZ | |
| DM LAB, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ | |
| COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | C. RENE GERARDO SALAZAR ROBLEDO | |

| OBSERVADOR | | |
|------------|---------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| | C. PETRA PUGA REYES | |