



# Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

## ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 EQUIPO MÉDICO, 2DA. VUELTA

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:30 horas del día 06 de julio del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-144-2021** referente a la adquisición de **Equipo Médico, 2da. Vuelta**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la Lic. *Ma. Alicia Ledal Pérez*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. *Patricia Graciela Torres Gauna*, como **área usuaria**, el Dr. *Ernesto García Martínez*, representante de la Dirección de Hospitales y el Dr. *Jesús Almanza Escobedo*, invitado de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. *Leyla Esthela Montalván Tueme*, *jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén* y el C.P. *Felipe Manuel Flores Martínez*, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 1 de 10

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

ml-gob.mx  
(81) 8130.7000

Nuevo León



# Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el *C.P. Aaron Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presentes: **Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.**, representada por la *C. Virginia Cardona Acosta*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

### DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A. DE C.V.	1	PUNTO 3 INCISO C NUMERAL 10	PARA LOS FABRICANTES NACIONALES: CERTIFICADO O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O LAS NORMAS MEXICANAS Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, Y PARA EL EQUIPO FABRICADO EN EL EXTRANJERO: CERTIFICADO DE LA FDA O CE, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN MÉXICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR COMO DOCUMENTACIÓN PARA EQUIPO FABRICADO EN EL EXTRANJERO LA SIGUIENTE: CERTIFICADO CE O FDA DE ACUERDO CON EL ORIGEN DEL BIEN, ISO 13485 QUE AVALLA DE MANERA INTERNACIONAL LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DEL BIEN Y EL ISO 9001 QUE AVALLA LOS PROCESOS DEL FABRICANTE Y EN CASO DE QUE NO REQUIERA DE REGISTRO SANITARIO EL BIEN OFERTADO, SE PERMITA PRESENTAR EL LISTADO DEL DOF DE NO REQUERIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?	PARA EL EQUIPO FABRICADO EN EL EXTRANJERO SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE LA FDA O CE, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN MÉXICO, PARA EL CASO DE QUE COFEPRIS DETERMINE QUE NO SE REQUIERE ESTE ÚLTIMO, SE PODRÁ PRESENTAR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DONDE ASÍ LO SEÑALE.

### DUDAS TÉCNICAS

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 2 de 10

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

nl.gob.mx  
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 6 ENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, CONFIRME QUE PARA TEMAS DE REFERENCIACIÓN SE PODRÁ USAR UNA NUMERACIÓN COMO "1.1, 1.2, 1.3 ETC" Y NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ USAR NUMERACIÓN PARA LA REFERENCIACIÓN.
2	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 6 VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL	VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE QUE SE PODRÁ OFERTAR EL MODO VENTILATORIO DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN.
3	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DADO QUE LA CEDULA DEL VENTILADOR NO CUENTA CON NUMERALES, PARA PODER PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA MÁS ACERTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ASIGNAR UNA SECUENCIA NUMÉRICA. FAVOR DE CONFIRMAR.  DICE: CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM. DERIVADO DE LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, EL REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN PUEDE SER DE DIFERENTE MANERA, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR 2 O 3 PUERTOS USB PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACTUALIZACIÓN, PUES DE ESTA FORMA SE CUMPLE LA FUNCIÓN SOLICITADA Y NO DEMERITA DE NINGUNA FORMA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. FAVOR DE CONFIRMAR.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ REFERENCIAR DE MANERA NUMÉRICA.
4	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR		SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 3 de 10

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.,  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**



# Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

5	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DICE: CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM. DADO QUE CADA TECNOLOGÍA QUE EXISTE EN EL MERCADO REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DE DIFERENTE MANERA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR UN VENTILADOR QUE LA FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y/O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN LA REALICE POR MEDIO DE LECTOR DE TARJETAS SIM Y/O TARJETA PARA ACTUALIZACIÓN Y/O PUERTOS USB/ETHERNET. FAVOR DE CONFIRMAR.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
6	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERANDO QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO QUE PUEDEN OFRECER DIFERENTES RANGOS PARA PRESIÓN SOPORTE (PSV) Y QUE DE ACUERDO A BIBLIOGRAFÍA CUBREN LA DEMANDA, POR LO TANTO, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE HASTA 80 CMH2O, EL CUAL GARANTIZA EL SOPORTE DE PRESIÓN NECESARIO PARA EL PACIENTE QUE RESPIRA DE FORMA ESPONTÁNEA DURANTE EL RETIRO DE LA VENTILACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

7	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	<p>DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O. NOS PERMITTAMOS HACER LA SIGUIENTE ASEVERACIÓN. CONSIDERANDO QUE LA VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE (PSV) ES UNA MODALIDAD DE ASISTENCIA Y CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES DISMINUIR EL TRABAJO RESPIRATORIO LA CUAL ES LIMITADA POR PRESIÓN, EN LA QUE EL VENTILADOR PROPORCIONA SOPORTE CONSTANTE DURANTE LA INSPIRACIÓN. LA PSV HA DEMOSTRADO DISMINUIR EL TRABAJO RESPIRATORIO Y CONTRIBUYE A EVITAR LA FATIGA DIAFRAGMÁTICA, DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ASINCRONÍAS, ENTRE OTRAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE HASTA 80 CMH2O CUBRIENDO LAS NECESIDADES VENTILATORIAS DEL PACIENTE CON RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS, QUE SOLO REQUIERE EL SOPORTE DE PRESIÓN PARA CUBRIR SU DEMANDA DE VOLUMEN CORRIENTE CON MENOR ESFUERZO. FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	<p>sí, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
8	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	<p>DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O. NOS PERMITTAMOS ENVIAR LA SIGUIENTE ASEVERACIÓN. DURANTE EL DESTETE DE LA AMV (VENTILACIÓN ADAPTATIVA), SE OBSERVÓ QUE EL NIVEL DE PSV NECESARIO PARA COMPENSAR EL TRABAJO RESPIRATORIO CAUSADO POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, LOS CIRCUITOS Y LA VÁLVULA A DEMANDA DEL VENTILADOR ERA MUY VARIABLE ENTRE LOS PACIENTES; EL VALOR MEDIO DE PSV QUE COMPENSABA ESTE TRABAJO RESPIRATORIO ADICIONAL ERA DE UNOS 12 CMH2 O PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA. POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER EL RANGO DE HASTA 80 CMH2O. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>sí, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
9	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	Sin numeral	Partida 6 Ventilador	<p>DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O. CONSIDERANDO LA FÓRMULA <math>PMUS=(PRESIÓN PICO DE VÍAS AÉREAS-PEEP) \times (100-\% ASISTENCIA)/\% ASISTENCIA</math>. ESTA ECUACIÓN SE BASA EN EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA VPA, EN EL QUE: <math>PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS+PMUS=PRESIÓN TOTAL PARA EL CÁLCULO DE LA ASISTENCIA POR PSV, PRESIÓN ASISTIDA, ASB O SOPORTE DE</math></p>	<p>sí, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 5 de 10

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 81307000

Nuevo León



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

			<p>PRESIÓN AL PACIENTE EN PROCESO DEL RETIRO DE LA VENTILACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DESPUÉS DE CONSIDERAR LA REFERENCIA, NOS PERMITA OFRECER UN NIVEL DE HASTA 80 CMH2O DE SOPORTE DE PRESIÓN CONSIDERANDO QUE SE CUMPLE CON UN RANGO FISIOLÓGICAMENTE FUNCIONAL (RESPALDO EN LITERATURA DIVERSA DEDICADA A VENTILACIÓN MECÁNICA) PARA EL ADECUADO APOYO DEL PACIENTE EN EL PROCESO DEL RETIRO DE LA VENTILACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>		
10	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	Sin numeral	Partida 6 Ventilador	<p>DICE: VENTILACIÓN NO INVASIVA. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTÁNEA O PRESIÓN SOPORTE O ASV. DEBEMOS ENTENDER PARA ESTE PUNTO QUE SOLICITA 2 NIVELES DE PRESIÓN PARA EL MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVO Y ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN LOS CUALES PUEDEN SER PEEP/PIP Y/O CPAP/PSV Y/O IPAP/EPAP Y P.I.NSP ALTA/P.ESP BAJA PARA APRV. LOS CUALES PUEDAN SER REFERENCIADOS PARA CADA MODO VENTILATORIO. ¿FAVOR DE CONFIRMAR?</p>	<p>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
11	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	Sin numeral	Partida 6 Ventilador	<p>DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE. DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESTETE DEL PACIENTE, POR EJEMPLO. (P.01, PUNTOS DE INFLEXIÓN, Y MIP/NIF ETC. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
12	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	<p>DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE. DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR ADEMÁS DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESTETE DEL PACIENTE DEBERÁ CONTAR CON LA HERRAMIENTA DE RECLUTABILIDAD PARA LA ADECUADA EVALUACIÓN DE LA MECÁNICA PULMONAR DEL PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 6 de 10

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

13	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE MONITORIZAR CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL, ASÍ COMO EL DESPLIEGUE DE COMO MÍNIMO SUS VALORES NUMÉRICOS EN PANTALLA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. DEBEMOS ENTENDER QUE AL SOLICITAR MONITOREO DEL CO2 EL VENTILADOR DEBERÁ MOSTRAR LA GRÁFICA Y EL VALOR NUMÉRICO DEL PARÁMETRO, ASÍ COMO PODER CONECTAR O INSERTAR EL CABLE TRONCAL EN CUALQUIERA DE LOS 2 PUERTOS OFERTADOS SIN REQUERIR NINGÚN PUERTO EN ESPECÍFICO ¿FAVOR DE CONFIRMAR?  DICE: VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. SABEMOS QUE EXISTEN DIFERENTES TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES MARCAS DE VENTILADORES EN EL MERCADO, PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA Y TECNOLOGÍA DE CADA TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO Y SE RECOMIENDE NO UTILIZAR EL VENTILADOR O DISPOSITIVO PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
14	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DICE: BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 120 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SUMINISTRO DE ENERGÍA CON FUNCIONAMIENTO DE HASTA 4 HORAS. DEBEMOS ENTENDER QUE, AL SOLICITAR UN VENTILADOR PARA SER UTILIZADO EN LA CABECERA DE LA CAMA DEL PACIENTE, CON QUE CUMPLA CON EL TIEMPO DE 120 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, ES SUFICIENTE, YA QUE NO SERÁ UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
15	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DICE: FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS INDIQUE SI REQUIERE FILTRO DE BACTERIAS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO U NEONATAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD QUE REQUIERE DE CADA UNO DE ELLOS. ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
16	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	PARTIDA 6 VENTILADOR	DICE: FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS INDIQUE SI REQUIERE FILTRO DE BACTERIAS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO U NEONATAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD QUE REQUIERE DE CADA UNO DE ELLOS. ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR 10 FILTROS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO PEDIÁTRICO O SU EQUIVALENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. IP-919044992-144-2021 PÁGINA 7 de 10

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C P 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130 7000

**Nuevo León**



# Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

.....G E N E R A L E S.....

1.- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re-preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 14 de julio del 2021, a las 11:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.


De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 11:22 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 8 de 10





**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	


**MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ**

	NOMBRE	FIRMA
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARASTATAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. ERNESTO GARCIA MARTÍNEZ	
INVITADO DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. JESÚS ALMANZA ESCOBEDO	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2021 PÁGINA 9 de 10

Nuevo León



**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**INVITADOS PERMANENTES**

	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN</b>	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
<b>REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	
<b>LICITANTES</b>		
	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.</b>	C. VIRGINIA CARDONA ACOSTA	