

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA**

**SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
INTERNACIONALES No. EA-919044992-I64-BIS-2015**

REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 15 de septiembre del 2015, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 Ote., primer piso, centro de la ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la **Subasta Electrónica Inversa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales No. EA-919044992-I64-BIS-2015** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y el artículo 72 del Reglamento de la Ley en mención, así como el numeral 7 de la Convocatoria, estando presentes los miembros del Comité de Adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el *Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez*, Director Administrativo y Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones de Servicios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado, quien fue asistido por los miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. César Noé Rodríguez García*, representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** la *M.A.E. María Elena Avilez Pineda*, Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y como representante del área usuaria, el *Q.B.P. Héctor Gracia Leal del Laboratorio Estatal de Salud Pública* y la *Dra. Beatriz Aurora Lee González* y la *Q.C.B. Gloria Santos Gamboa del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea*, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, el *C.P. Gerardo Heberto Cervantes Padilla*, Coordinador de Licitaciones y la *Lic. Nancy Natale de León Rodríguez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

Posteriormente se procede a dar inicio al foro de aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día 10 de septiembre del 2015 a las 09:00 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, siendo esto conforme a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 728**

El día 10/09/2015 a las 09:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 728 y número de CompraNet EA-919044992-I64-BIS-2015 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 14/09/2015 10:40:33 AM

Proveedores

Nombre: VELEMED, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_748

Hora de Registro: 11/09/2015 13:54:18 PM

Nombre: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_777

Hora de Registro: 11/09/2015 10:19:52 AM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:19 AM

Comentario: PREGUNTA 1. PUNTO 4 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C, NUMERAL 10. SOLICITAN: FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATOQUE DESCRIBAN

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:20 AM

Comentario: CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS EN COLOR DE LOS FOLLETOS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:22 AM

Comentario: PREGUNTA 2. PUNTO 4 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C, NUMERAL 15. SOLICITAN: ESCRITO EN EL QUE GARANTICE QUE EL PERÍODO DE CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 6 MESES,

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:22 AM

Comentario: COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR INSUMOS CON MENOR CADUCIDAD A LA ESTABLECIDA, SE PODRÁN DEVOLVER LOS MISMOS A JUICIO Y RESPONSABILIDAD DEL LABORATORIO

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:23 AM

Comentario: DE LA UNIDAD APLICATIVA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON MENOS DE 6 MESES DE CADUCIDAD EN EL ENTENDIDO QUE SE HARÁ UNA CARTA COMPROMISO DE CANJE POR LOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN ALCANZADO

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:23 AM

Comentario: A CONSUMIR ANTES DE SU FECHA DE CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:24 AM

Comentario: PREGUNTA 3. PUNTO 4 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C, NUMERAL 16. SOLICITAN: ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:25 AM

Comentario: FABRICADOS EN MÉXICO ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:25 AM

Comentario: DADO QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SON PROPIEDAD DEL FABRICANTE. ¿ SE ACEPTA ?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:26 AM

Comentario: PREGUNTA 4. PUNTO 4 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C, NUMERALES 17 Y 21. SE REPITE LO SOLICITADO EN ESTOS NUMERALES. INCLUIREMOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 17.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:26 AM

Comentario: NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN EL NUMERAL 21. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:27 AM

Comentario: PREGUNTA 5. PUNTO 4, INCISO C, NUMERAL 29. SOLICITAN:DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES Y MUNICIPALES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 BIS

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:30 AM

Comentario: DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIENDO LOS SIGUIENTES: EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS 2.1.27

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:31 AM

Comentario: DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2015

PUBLICADA EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFRENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO FISCAL

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:31 AM

Comentario: DEL LICITANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ACEPTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:33 AM

Comentario: PREGUNTA 6. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. NUMERAL 3. EQUIPO PARA PAQUETE DE INMUNOLOGÍA II. PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (C.E.T.S.). EQUIPO. SOLICITAN QUE EL PROVEEDOR: DEBERÁ

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:34 AM

Comentario: PROPORCIONAR UN AGITADOR DE PLAQUETAS CON CAPACIDAD PARA 48 BOLSAS INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40 °C, ACCESO A CADA ENTREPAÑO (REMOVIBLES) SIN INTERRUMPIR EL FUNCIONAMIENTO INTERIOR, EN ACERO INOXIDABLE. DEBERÁ PROPORCIONAR UNA INCUBADORA PARA

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:35 AM

Comentario: PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMP. DE 15 A 40°C, INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE INTERFASE CON COMPUTADORA O REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y LOS NIVELES DE TEMPERATURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PROPORCIONAR AGITADOR

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:35 AM

Comentario: DE PLAQUETAS INTEGRADO CON AGITADOR E INCUBADOR

PARA 48 BOLSAS CON UN INTERVALO DE TEMPERATURA DE 22°C +/- 0.5°C, QUE ES LA TEMPERATURA RECOMENDADA PARA LA AGITACIÓN DE PLAQUETAS. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:36 AM

Comentario: PREGUNTA 7. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. NUMERAL 3. EQUIPO PARA PAQUETE DE INMUNOLOGÍA II. PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (C.E.T.S.). SOLICITAN QUE NO TENGA UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:37 AM

Comentario: DE 3 AÑOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO FUNCIONAL EN OPTIMAS CONDICIONES CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:38 AM

Comentario: PREGUNTA 8. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. EQUIPOS PARA GASOMETRIAS. SOLICITAN 6 EQUIPOS : 3 PARA EL H.MATERNO-INFANTIL, 2 PARA EL H.METROPOLITANO, 1 PARA H. DE SABINAS HIDALGO Y EN EL ANEXO 9 APARECE TAMBIEN

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:39 AM

Comentario: EL HOSPITAL GENERAL DE DR.ARROYO CON REQUERIMIENTO DE PRUEBAS. DEBEMOS CONSIDERAR AL HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO CON 1 EQUIPO MAS SIENDO EN TOTAL 7 EQUIPOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:40 AM

Comentario: PREGUNTA 9. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. EQUIPOS PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA. SOLICITAN 2 EQUIPOS: 1 PARA EL

H.MATERNO-INFANTIL Y 1 PARA EL H.METROPOLITANO.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 10:41 AM

Comentario: EN EL ANEXO 9 EL H. MATERNO INFANTIL NO TIENE REQUERIMIENTO Y EL INFANTIL SI. LA CANTIDAD DE PRUEBAS ANOTADAS PARA EL INFANTIL SON LAS QUE DEBEN SER PARA EL H. MATERNO INFANTIL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_748)

Hora del comentario: 01:54 PM

Comentario: En el Anexo 8 Características y especificaciones de Equipos en comodato para Equipos Química Clínica, Coagulación, Electrolitos, etc., podríamos numerar cada viñeta a fin de poder referenciar fácilmente las especificación, de cada partida ¿se acepta?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:31 PM

Comentario: PREGUNTA 10. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. EQUIPOS SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES. SOLICITAN BOLSAS TRIPLE CON SOLUCIÓN CPD- ADENINA.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:32 PM

Comentario: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR BOLSA TRIPLE DE SANGRE QUE CONTIENE EL ADITIVO CPDA-SAG MANITOL EL CUAL CONFIERE UNA VIGENCIA AL PAQUETE GLOBULAR DE 42 DÍAS. LA CUAL ES MAYOR DE LA QUE OFRECE EL ADITIVO

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:32 PM

Comentario: CPD-ADENINA CON 35 DÍAS DE VIGENCIA.¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:33 PM

Comentario: PREGUNTA 11. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. EQUIPOS SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES. SOLICITAN SILLÓN DE EXTRACCIÓN DE ALTA DURABILIDAD, CON CONTROL ELÉCTRICO

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:34 PM

Comentario: Y CON SOPORTE PARA COLOCACIÓN DE BALANZA MEZCLADORA, GRADILLAS Y MATERIAL PARA FLEBOTOMÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SILLONES DE EXTRACCIÓN DE SANGRE NUEVOS, DE ALTA DURABILIDAD Y CON CONTROL ELÉCTRICO.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:34 PM

Comentario: ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:36 PM

Comentario: PREGUNTA 12. ANEXO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES A UTILIZAR EN EL EQUIPO EN COMODATO. EN LA PARTIDA 8. INMUNOLOGÍA II. NO SE INCLUYÓ EL ESTUDIO DE HIV. ESTE ESTUDIO FORMA PARTE MUY IMPORTANTE DEL PANEL DE PRUEBAS QUE SE HACE A LA BOLSA DE

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_777)

Hora del comentario: 05:37 PM

Comentario: SANGRE. ¿SE VA A INCLUIR REQUERIMIENTO PARA ESTE ESTUDIO, ES CORRECTO?

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 10:40 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 14/09/2015 a las 10:40 AM horas.

La Convocante

fjavier.moyag

A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por el licitante.

LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	
Pregunta 1:	Punto 4.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. Inciso C, numeral 10. Solicitan: Folletos en español de los equipos en comodato que describan cuando menos las características solicitadas en el anexo 8. Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta nos permita presentar copias en color de los folletos de los equipos solicitados para corroborar especificaciones. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud, se podrá presentar copia en color de los folletos en español de los equipos que describan las características solicitadas en el anexo 8.
Pregunta 2:	Punto 4.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. Inciso C, numeral 15. Solicitan: Escrito en el que garantice que el período de caducidad de los reactivos deberá ser de 6 meses, como mínimo, contado a partir de la recepción en cada una de las unidades aplicativas de la Convocante, en caso de suministrar insumos con menor caducidad a la establecida, se podrán devolver los mismos a juicio y responsabilidad del laboratorio de la Unidad Aplicativa. Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta nos permita entregar reactivos con menos de 6 meses de caducidad en el entendido que se hará una carta compromiso de canje por los reactivos que no se hayan alcanzado a consumir antes de su fecha de caducidad. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud, siempre y cuando no sea la caducidad menor a 45 días, en el entendido que se hará una carta compromiso de canje por los reactivos que no se hayan alcanzado a consumir en dicho plazo.
Pregunta 3:	Punto 4.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. Inciso C, numeral 16. Solicitan: Alguno de los siguientes certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TUV, para equipos y reactivos fabricados en México además, la documentación de buenas prácticas de fabricación y la marca registrada en original o copias certificadas. Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta nos permita presentar copias de los documentos solicitados dado que los documentos originales son propiedad del fabricante. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud, se podrá presentar copias de los documentos solicitados, pero deberán estar certificadas.
Pregunta 4:	Punto 4.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. Inciso C, numerales 17 y 21. Se repite lo solicitado en estos numerales, incluiremos la información solicitada en el numeral 17. No será causal de descalificación el no presentar la información en el numeral 21. ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Es correcta su apreciación, se incluirá la información solicitada en el numeral 17 y se cancela el numeral 21.
Pregunta 5:	Punto 4.- Inciso C, numeral 29. Solicitan: Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: El documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.27 de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2015 publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014, comprobante del último pago de: Impuesto sobre nóminas, refrendo y/o tenencia de los vehículos de su propiedad e impuesto predial del domicilio fiscal del licitante. Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta acepte copia simple de los documentos requeridos. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud, se podrá presentar copia simple de los documentos requeridos en este punto



	4, inciso C, numeral 29.
Pregunta 6:	Anexo 8.- Características y especificaciones de los equipos en comodato. Numeral 3. Equipo para paquete de inmunología II. Para el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (C.E.T.S.). Equipo. Solicitan que el proveedor: Deberá proporcionar un agitador de plaquetas con capacidad para 48 bolsas intervalo de temperatura de 15 a 40 °C, acceso a cada entrepaño (removibles) sin interrumpir el funcionamiento interior, en acero inoxidable, deberá proporcionar una incubadora para plaquetas, con alarma audible y visual intervalo de temp. de 15 a 40°C, interior en acero inoxidable interfase con computadora o registrador electrónico y los niveles de temperatura. Solicitamos a la Convocante se nos permita proporcionar agitador de plaquetas integrado con agitador e incubador para 48 bolsas con un intervalo de temperatura de 22°C +/- 0.5°C, que es la temperatura recomendada para la agitación de plaquetas. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud pero el intervalo de temperatura deberá ser de 22°C +/-2°C (de 20 a 24°C)
Pregunta 7:	Anexo 8.- Características y especificaciones de los equipos en comodato. Numeral 3. Equipo para paquete de inmunología II. Para el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (C.E.T.S.). Solicitan que no tenga una antigüedad mayor de 3 años. Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar equipo funcional en óptimas condiciones con tecnología de punta. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud, a consideración de su desempeño y con respuesta inmediata no mayor a 24 horas.
Pregunta 8:	Anexo 8.- Características y especificaciones de los equipos en comodato. Equipos para Gasometrías. Solicitan 6 equipos: 3 para el H. Materno-Infantil, 2 para el H. Metropolitano, 1 para H. de Sabinas Hidalgo y en el anexo 9 aparece también el Hospital General de Dr. Arroyo con requerimiento de pruebas. Debemos considerar al Hospital General de Dr. Arroyo con 1 equipo más siendo en total 7 equipos ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Las cantidades referidas para las gasometrías para el Hospital Dr. Arroyo se quedan, sin considerar el equipo para el mismo.
Pregunta 9:	Anexo 8.- Características y especificaciones de los equipos en comodato. Equipos para Hemoglobina Glicosilada. Solicitan 2 equipos: 1 para el H. Materno-Infantil y 1 para el H. Metropolitano. En el anexo 9 el H. Materno Infantil no tiene requerimiento y el Infantil sí. La cantidad de pruebas anotadas para el Infantil son las que deben ser para el H. Materno Infantil. ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	No es correcta su apreciación.
Pregunta 10:	Anexo 8.- Características y especificaciones de los equipos en comodato. Equipo solicitado en comodato en la adquisición de Bolsas para Sangrado de Donadores. Solicitan bolsas triples con solución CPD- Adenina. Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta nos permita ofertar bolsa triple de sangre que contiene el aditivo CPDA-Sag manitol el cual confiere una vigencia al paquete globular de 42 días, la cual es mayor de la que ofrece el aditivo CPD-Adenina con 35 días de vigencia. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta su solicitud, deberán ofertar bolsas triples con solución CPD-Adenina.
Pregunta 11:	Anexo 8.- Características y especificaciones de los equipos en comodato. Equipos solicitados en comodato en la adquisición de Bolsas para Sangrado de Donadores. Solicitan sillón de extracción de alta durabilidad, con control eléctrico y con soporte para colocación de balanza mezcladora, gradillas y material para flebotomía. Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta nos permita ofertar sillones de extracción de sangre nuevos, de alta durabilidad y con control eléctrico. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud se podrá ofertar sillones de extracción de sangre nuevos, de alta durabilidad y con control eléctrico, pero debe incluir soporte para colocación de balanza mezcladora, gradillas y material para flebotomía.
Pregunta 12:	Anexo 9.- Distribución de las determinaciones a utilizar en el equipo en comodato. En la partida 8. Inmunología II. No se incluyó el estudio de HIV. Este estudio forma parte muy importante del panel de pruebas que se hace a la bolsa de sangre. ¿Se va a incluir requerimiento para este estudio, es correcto?
Respuesta:	No se va a incluir este estudio para esta licitación.


a / @

LICITANTE: VELEMED, S.A. DE C.V.	
Pregunta 1:	En el anexo 8 características y especificaciones de equipos en comodato para equipos Química Clínica, Coagulación, Electrolitos, etc., podríamos numerar cada viñeta a fin de poder referenciar fácilmente las especificaciones de cada partida. ¿Se acepta?
Respuesta:	Se acepta su solicitud se podrá numerar cada viñeta esto con el fin poder referenciar fácilmente las especificaciones de cada partida.

De esta manera se da por concluido el foro de aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de Subastas Electrónicas del Gobierno del Estado.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 12:00 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LIC. CÉSAR NOÉ RODRÍGUEZ GARCÍA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	M.A.E. MARIA ELENA AVILEZ PINEDA	

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (COMO ÁREA USUARIA)	Q.B.P. HÉCTOR GRACIA LEAL	
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (COMO ÁREA USUARIA)	DRA. BEATRIZ AURORA LEE GONZÁLEZ	
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. GLORIA SANTOS GAMBOA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC: FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
COORDINADOR DE LICITACIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	