



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-
919044992-I17-2016**

“SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA DIVERSAS UNIDADES”

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 18 de marzo del 2016, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I17-2016** referente a la adquisición de **Sustancias Químicas y Material de Laboratorio para Diversas Unidades**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el Reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Rafael Soto Briones*, representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** la *C.P. Rosa María Montes Salas*, Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y como área usuaria de este organismo, el *Q.C.B. Eleazar Vera Puente* Jefe de Control Clínico del Laboratorio Estatal de Salud Pública, la *Q.C.B. Graciela Cantú González* del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y la *Q.C.B. Laura Guadalupe Pérez Alanís* de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *C.P. Santiago Rodríguez Sandoval*, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el *Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanís*, Coordinador de Licitaciones y la *Lic. Sonia Marcela Robles Terreros*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asistieron el C. Alejandro Lozano Rey, el Dr. Alan González Torres y el C. Jerónimo Ramírez Morales quienes manifestaron su interés de estar presente en el mismo en calidad de observadores.

En uso de la palabra el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista asistencia de proveedores estando presentes: **DM Lab, S.A. de C.V.**, representada por el C. *Carlos Silvestre Rodríguez Martínez* y el C. *Lugardo Casas de Hoyos* en representación de la persona física la **C. Jannet Eugenia Rangel Banda**.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-I17-2016 PÁGINA 1 de 12



LICITANTE: CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

Pregunta 1: En el punto 3 Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, en el inciso C numeral 18, se menciona se anexa carta original de cada fabricante o distribuidor mayorista en la que manifieste que garantice el abasto suficiente de los insumos que oferte.
 Pregunta: se tendrá que anexar copia de la carta de distribución del fabricante al distribuidor mayorista que proporciona el apoyo para esta licitación y que garantiza el surtimiento de todos los requerimientos que genera la Secretaria?

Respuesta: No es obligatorio, solo se deberá presentar en original el documento mencionado en el numeral 18.

Pregunta 2: En el punto 3 Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, en el inciso C numeral 19, se menciona que se deberán presentar cuando menos dos cartas en original, emitidas por clientes en hoja membretada, en la cual se estipula que se ha proporcionado un buen servicio en la venta de sustancias químicas y material de laboratorio.
 Pregunta: al mencionar cartas emitidas por clientes en hoja membretada, se refiere a las unidades, Hospitales y Laboratorio Estatal de los Servicios de Salud de Nuevo León?

Respuesta: Se refiere a clientes en general, independientemente que se encuentren o no en Servicios de Salud.

LICITANTE: CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

Pregunta 1: Del Anexo 1 catálogo de materiales, de la partida de Reactivos Químicos en el renglón 29, Indicador Químico interno clase IV , la presentación que se solicita será en caja con 500 pzas? Es correcto?

Respuesta: Se precisa que se trata de la partida No. 29 de Reactivos Químicos, la cual se elimina.

Pregunta 2: Del Anexo 1 catálogo de materiales, de la partida de Reactivos Químicos en el renglón 30, Indicador Biológico para esterilización con vapor, la presentación que se solicita será en caja con 50 pzas? Es correcto?

Respuesta: Se precisa que se trata de la partida No. 30 de Reactivos Químicos, la cual se elimina.

Pregunta 3: De la partida de Reactivos Químicos en el renglón 57, Cloruro de Calcio al 0.025M la presentación que se requiere es de 500 ml. es correcto?

Respuesta: La presentación puede ser de 500 ml. o menor a la presentación establecida, siempre y cuando se cumpla con el volumen total.

Pregunta 4: De la partida de Material de Vidrio o-Plástico en el renglón 101, Frasco pequeño para Hemocultivos, que capacidad se solicita? Podrían complementar las especificaciones de este producto.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'R', 'S', 'A', 'SS', and several illegible signatures on the right margin.]



Respuesta:	Se precisa que se trata de la partida No. 101 de Material de Vidrio o Plástico, la cual se elimina.
Pregunta 5:	De la partida de Material de Vidrio o Plástico en el renglón 107, Tubos de polipropileno para centrifuga de 50 ml., la presentación que se solicita es bolsa con 500 pzas.? Es correcto?
Respuesta:	Se precisa que se trata de la partida No. 107 de Material de Vidrio o Plástico, la cual se elimina.

LICITANTE: DM LAB, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	Datos Generales y de Identificación , inciso h) La adquisición de Insumos requeridos por la convocante se realizara con recursos del presupuesto FASSA, tipo de presupuesto 110101 partida 25101 y 25501 programas 010508,020508,430503,940808,350503 con cargo a distintas unidades, solicito a la convocante nos aclare ¿ son Recursos Estatales o Federales?
Respuesta:	Es con recurso que transfiere la Federación al Estado y se ejercen conforme a la legislación estatal.
Pregunta 2:	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, inciso C) Numeral 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 están solicitando Cartas a los licitantes que deseen participar en la partida 129 (Material de Laboratorio Rayos X), solicito a la convocante nos aclare ¿de no participar en la partida mencionada, el no presentar dichas cartas, será motivo de rechazo?
Respuesta:	No será motivo de rechazo, ya que solo se pide de quien licita dicha partida (129).
Pregunta 3:	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, inciso C) Numeral 34, Escrito de participación en propuestas conjuntas, solicito a la convocante nos aclare, ¿de no participar en Propuesta conjunta, el omitir este escrito será motivo de rechazo?
Respuesta:	No será motivo de rechazo, lo cual se menciona en los últimos dos renglones del numeral mencionado.
Pregunta 4:	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, Inciso C) Numeral 17 Documento que compruebe el domicilio fiscal del licitante, solicito a la convocante nos aclare ¿si se pueden presentar copias únicamente de estos documentos?
Respuesta:	Se deberá presentar copias y originales para su cotejo, devolviéndose en el acto las originales al licitante.
Pregunta 5:	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico Inciso C) Numeral 31 Documento de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales tanto estatales como federales, solicito a la convocante nos aclare ¿si se pueden presentar copias únicamente de estos documentos?

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Respuesta:	Respecto a este documento, se deberá presentar copia y original para su cotejo, devolviéndose los originales al licitante, y para el resto de los documentos a los que se refiere este punto se deberá presentar como originalmente se indica en el mismo punto.
Pregunta 6:	Del Anexo 2:- Formato de Proposición Técnica, deberá presentar un formato por cada una de las partidas en que desea participar, solicito a la convocante nos aclare ¿Es un formato por partida?
Respuesta:	Puede presentar un formato por cada una de las partidas en que desea participar o un solo formato para las partidas en que desea participar.
Pregunta 7:	Del Anexo 3:- Formato de oferta Económica, deberá presentar un formato por cada una de las partidas en que desea participar, solicito a la convocante nos aclare ¿Es un formato por partida?
Respuesta:	Deberá presentar un formato por cada una de las partidas en que desea participar.

LICITANTE: JANNET EUGENIA RANGEL BANDA

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

Pregunta 1:	Referencia 1.1.6. Los licitantes deberán presentar dentro del sobre de su propuesta técnica copias de registros sanitarios, por ambos lados de todas las sustancias químicas ofertadas. Y en el numeral 22 del Inciso C. EL sobre de documentos de Propuesta Técnica dice: Carta bajo protesta de decir verdad de que en caso de salir adjudicado entregara a la convocante de los Registros Sanitarios de cada uno de las sustancias químicas, material de laboratorio y equipo que oferte. Pregunta: se solicita a la convocante nos aclare si los Registros Sanitarios de cada una de las sustancias químicas se entregarán después de salir adjudicados.
Respuesta:	Se deberá tomar en cuenta el numeral 22 del inciso C en el cual menciona entregar los documentos señalados (copias de registros sanitarios) en caso de resultar adjudicado.
Pregunta 2:	Referencia del inciso C numeral 31. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 33 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último (predial) en caso de ser propietario. Pregunta: se solicita a la convocante, en caso de ser arrendatario me permita presentar copia de contrato de arrendamiento a nombre de mí representada.
Respuesta:	Si se permite entregar copia al ser arrendado.
Pregunta 3:	Referencia 1.2.3 Condiciones de entrega inciso a) Información Específica relativa a Sustancias Químicas: Las Sustancias Químicas se encuentran conformadas por 4 partidas, las cuales incluyen los renglones mencionados dentro de las mismas: PARTIDA 1 A LA 20: SEROLOGÍA PARTIDA 21 A LA 28: MEDIOS DE CULTIVO

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



	<p>PARTIDA 29 A LA 57: REACTIVOS QUÍMICOS PARTIDA 58 A LA 68: COLORANTES</p> <p>La asignación será por partida por lo que los licitantes participantes deberán ofertar el 100% de los renglones que conforman cada una de ellas, la Convocante se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no cumplan con lo anterior. Pregunta: solicitamos a la convocante me aclare, si en el Anexo 1 sustancias químicas y material de laboratorio, la columna que dice Partida se refiere a los renglones.</p>
Respuesta:	Las partidas son las señaladas en el anexo 1 y se puede ofertar por partida, a excepción de la partida 129 la cual debe cotizarse con todos los renglones que la integran.
LICITANTE: JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Referencia: Partida 21-28 Medios de Cultivo, renglón 23, placa de agar sangre, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm. de diámetro, con 18 ml. de medio hidratado con 5% de sangre desfibrinada de carnero. Apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de pvdc polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación, presentación c/1. Pregunta, se solicita a la convocante nos permita cotizar presentación con 10 placas.
Respuesta:	Si puede cotizar presentación C/10 placas, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 2:	Referencia: Partida 21-28 Medios de Cultivo, renglón 25, placa de thayer martin, desechable, estéril de poliestireno cristal de 92 mm. de diámetro, con 18 ml. de medio hidratado, con 1% de hemoglobina, 1% de suplemento nutritivo y 1% de inhibidor de vcnt, apilable, con identificación impresa individual. Bolsa estéril de pvdc polipropileno sellada al calor con etiqueta de identificación, presentación c/1. Pregunta, se solicita a la convocante nos permita cotizar presentación con 10.
Respuesta:	Si puede cotizar presentación C/10 placas, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 3:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 116, Tubo para la toma y recolección de sangre. Por punción capilar de polipropileno translucido, desechable. Pediátrico, con gel separador de suero inerte, 90-140 mg. por tubo, tapón oro, volumen de dreando 500 mcl, tapón recolector de flujo. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar tubo para la toma y recolección de sangre. Por punción capilar. De polipropileno translucido, desechable. Pediátrico, con gel separador de suero inerte, tapón oro, con adaptador para centrifuga, tapón recolector de flujo y etiquetados individualmente con número de lote, fecha de caducidad y datos de identificación del paciente y embudo recolector de sangre.
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado, siempre y cuando el volumen de llenado sea de 500 mcl, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Pregunta 4:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 117, tubo para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translucido, desechable, pediátrico, con edta di potásico como anticoagulante, tapón lila, volumen de drenado 250-500 mcl., tapón recolector de flujo. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar tubo para la toma y recolección de sangre. Por punción capilar. De polipropileno translucido, desechable. Pediátrico, con gel separador de suero inerte, tapón lila, con adaptador para centrifuga, tapón recolector de flujo y etiquetados individualmente con número de lote, fecha de caducidad y datos de identificación del paciente y embudo recolector de sangre.
Respuesta:	Si puede ofertar lo señalado, siempre y cuando el volumen de drenado sea de 250 a 500 mcl, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 5:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 118, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con edta k2 (7.2 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml. (+ 0.3 ml). Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con edta k2 aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml. Etiquetados individualmente con número de lote, fecha de caducidad, y datos de identificación del paciente. Con tapón de seguridad. Estéril.
Respuesta:	Si se acepta que oferte lo que señala, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 6:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 119, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml. (+ 0.3 ml.) Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación, volumen de drenado 6 ml. Etiquetados individualmente con número de lote, fecha de caducidad y datos de identificación del paciente. Con tapón de seguridad. Estéril.
Respuesta:	Si se acepta que oferte lo solicitado, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 7:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 120, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 100 mm) desechable para

Feb
 SS

Handwritten signatures and initials on the right margin.



	adulto sin anticoagulante, tapón oro con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml (+ 0.3 ml) recubrimiento de partículas de silice 0.07-020 mg. por tubo, gel separador inerte 1.0 g. por tubo. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 100 mm) desechable para adulto sin anticoagulante, tapón rojo con anillo amarillo con silicón como lubricante, volumen de drenado 5 ml, recubrimiento de partículas de silice 0.07-020 mg. por tubo, gel separador inerte por tubo. Etiquetados individualmente con número de lote, fecha de caducidad y datos de identificación del paciente. Con tapón de seguridad. Estéril.
Respuesta:	Si se acepta que oferte lo solicitado, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 8:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 121, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 molar (3.2%) (0.3 ml) liquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 - 3 ml (+ 0.3 ml) el rango menor establece el volumen de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío (13 x 75 mm) desechable para adulto con citrato de sodio 0.105 molar (3.2%) liquido, tapón azul con silicón como lubricante, volumen de drenado 2.7 - 3.5 ml. Etiquetados individualmente con número de lote, fecha de caducidad y datos de identificación del paciente Con tapón de seguridad. Estéril.
Respuesta:	Si se acepta que oferte lo solicitado, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 9:	Referencia: Anexo 1, Material para toma de muestras de sangre, partida 123, lanceta microtainer automática 1.0 mm. X 2.5 mm (para r/n normales). Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar lanceta automática 1.25mm x 28g (para r/n normales).
Respuesta:	No se acepta su solicitud, deberá ajustarse a lo mencionado en las bases para esta partida.
Pregunta 10:	Referencia: Anexo 1, Material de vidrio o plástico, partida 89, envase, tarro de 125 ml. pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural. Con tapón, tipo rosca. Cierre hemético. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, envase, tarro de 120 ml. pomadera de polietileno de alta densidad con tapón, tipo rosca. Cierre hemético.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 11:	Referencia: Anexo 1, Material de vidrio o plástico, partida 90, envase, tarro de 60 ml. pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural. Con tapón, tipo rosca. Cierre hemético. Estéril. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, envase, tarro de 60 ml. pomadera de polietileno de alta densidad con tapón, tipo rosca. Cierre hemético.

Handwritten mark resembling a stylized 'Y' or '4'.

Handwritten initials 'AS' inside a circle.

Handwritten initials 'ACE' and 'SS'.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten mark resembling the letter 'N'.



Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 12:	Referencia: Anexo 1, Material de vidrio o plástico, partida 102, envase, tarro de 125 ml. pomadera de polietileno de alta densidad (60003) natural. Con tapón, tipo rosca. Cierre hemético. Estéril. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, envase, tarro de 120 ml. pomadera de polietileno de alta densidad con tapón, tipo rosca. Cierre hemético. Estéril.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.
Pregunta 13:	Referencia: Anexo 1, Material de vidrio o plástico, partida 104, frascos de boca ancha de 5 a 6 cms. de diámetro por 4 a 7cms. de alto, de plástico transparente con tapa de rosca de 100 a 125 ml. desechable. Pregunta, solicito a la convocante me permita cotizar, frascos de boca ancha de 5 a 6 cms. de diámetro por 4 a 8cms. de alto, de plástico transparente con tapa de rosca de 100 a 125 ml. desechable.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin limitar la posibilidad de que los demás licitantes oferten lo originalmente señalado en las bases.

.....GENERALÉS.....

1.- Se agrega la Partida No. 130 con la siguiente descripción:

Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico PET al vacío (13 x 75mm) desechable pediátrico con citrato de sodio taponado 0.2 ml. 0.109 molar, tapón azul con silicón como lubricante. Unidad de medida: envase, Presentación C/100 y Cantidad 60.

2.- De la partida No. 129, se corrige la numeración de los renglones para quedar de la siguiente manera:

*MATERIAL RADIOLÓGICO

PARTIDA	REGLÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
129	1	704260025	FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LTS. (PARA PROCESADORA AUTOMÁTICA)	ENVASE	C/1	277
	2	705800134	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 280 A 300 MG/ML: IODOTALAMATO DE MEGGLUMINA; IODAMIDA MEGGLUMÍNICA; IOXITALAMATO DE MEGGLUMINA. FRASCO CON 50 ML	ENVASE	C/1	64
	3	705900041	SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD, POLVO. PARA ESTUDIOS DOBLE CONTRASTE. CON 5 KG.	BOTE	C/1	5
	4	705900066	SULFATO DE BARIO POLVO, EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE, REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE. BOLSA CON 454 G	BOLSA	C/1	24
	5	707070041	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL DE 20.3 X 25.4 CM. (8 X 10")	CAJA	C/100	121
	6	707070090	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL DE 24 X 30 CM. (10 X 12")	CAJA	C/100	216
	7	707070116	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL DE 30 X 35 CM. (11X14")	CAJA	C/100	162
	8	707070132	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL DE 35.6 X 35.6 CM. (14 X 14")	CAJA	C/100	178



9	707070140	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE, MEDIDAS 35.6 X 43.2 CM. (14 X 17")	CAJA	C/100	386
10	707070173	PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA MASTOGRAFIA 18 X 24 CM.	CAJA	C/100	411
11	707070488	PELICULAS ORTOCROMATICAS SENSIBLES AL VERDE PARA MASTOGRAFIA 20.3 X 25.4 CM.	CAJA	C/100	321
12	707070496	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL, DENTAL CONVENCIONAL DE 3.2 X 4.1 CMS.	CAJA	C/150	319
13	707070587	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL SENSIBLE AL AZUL INFANTIL SENCILLA PERIAPICAL DE 2.2 X 3.5 CM. CAJA CON 100 PELÍCULAS.	CAJA	C/100	117
14	708170543	REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS (PARA PROCESADORA AUTOMATICA)	EQUIPO	C/1	302
15	3796870701	PELICULA DVB PARA IMPRESION LASER EN SECO 14 X 17 PULGADAS (35 X 43 CM) BASE AZUL. PRESENTACION: CARTUCHO CON 100 HOJAS.	CARTUCHO	c/100	23
16	4055750003	SOLUCIÓN ESTÉRIL QUE CONTIENE 741 MG/ML DE IOVERSOL CON 3.6 MG/ML DE TROMETAMINA COMO AMORTIGUADOR Y 0.2 MG/ML DE EDETATO DE CALCIO DISÓDICO COMO ESTABILIZADOR. JERINGA PRELLENADA CON 75 ML PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVASCULAR COMO MEDIO RADIOPACO DE DIAGNOSTICO.	JERINGA PRELLENADA	C/1	317
17	4055750004	SOLUCIÓN ESTÉRIL QUE CONTIENE 741 MG/ML DE IOVERSOL CON 3.6 MG/ML DE TROMETAMINA COMO AMORTIGUADOR Y 0.2 MG/ML DE EDETATO DE CALCIO DISÓDICO COMO ESTABILIZADOR. JERINGA PRELLENADA CON 100 ML PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVASCULAR COMO MEDIO RADIOPACO DE DIAGNOSTICO.	JERINGA PRELLENADA	C/1	385
18	5054260001	SOLUCION FIJADORA PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. CONCENTRADO PARA PREPARAR 3.8 LTS	FRASCO	C/1	333
19	5056870701	PELICULA DVB PARA IMPRESION LASER EN SECO 14 X 17 PULGADAS (35 X 43 CM) BASE AZUL. CARTUCHO CON 125 HOJAS	CARTUCHO	c/125	6
20	5056870818	PELICULA DVB PARA IMPRESION LASER EN SECO 10 X 12 PULGADAS (25 X 30 CM) BASE AZUL. CARTUCHO CON 125 HOJAS	CARTUCHO	c/125	107
21	5056870826	PELICULA DVB PARA IMPRESION LASER EN SECO 8 X 10 PULGADAS (20 X 25 CM) BASE AZUL. CARTUCHO CON 100 HOJAS	CARTUCHO	C/100	16
22	5056870827	PELICULA DVB PARA IMPRESION LASER (MASTOGRAFÍA) EN SECO 8 X 10 PULGADAS (20.3 X 25.4 CM.) BASE AZUL. PRESENTACION: CARTUCHO CON 100 HOJAS. PARA IMPRESORA 5850	CARTUCHO	c/100	26
23	5058170001	SOLUCION REVELADORA PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. CONCENTRADO PARA PREPARAR 3.8 LTS	FRASCO	C/1	333

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 29 de marzo del 2016, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No. 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 10:50 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LIC. RAFAEL SOTO BRIONES	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ROSA MARIA MONTES SALAS	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. ELEAZAR VERA PUENTE	



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. GRACIELA CANTÚ GONZÁLEZ	<i>Graciela Cantú G</i>
JURISDICCION SANITARIA No. 1 (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. LAURA GUADALUPE PÉREZ ALANIS	<i>L.</i>

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	<i>[Signature]</i>
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	C.P. SANTIAGA RODRÍGUEZ SANDOVAL	<i>[Signature]</i>
COORDINADOR DE LICITACIONES	LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANÍS	<i>[Signature]</i>
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. SONÍA MARCELA ROBLES TERREROS	<i>[Signature]</i>



CONCURSANTES		
	NOMBRE	FIRMA
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. CARLOS SILVESTRE RODRIGUEZ MARTINEZ	
JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	C. LUGARDO CASAS DE HOYOS	

OBSERVADORES		
	NOMBRE	FIRMA
	C. ALEJANDRO LOZANO REY	
	DR. ALAN GONZALEZ TORRES	
	C. JERONIMO RAMIREZ MORALES	

(Handwritten marks and signatures scattered across the bottom of the page, including a large 'A', a signature, and various scribbles.)