

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
PRESENCIAL No. LP-919044992-I28-2016**

“MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 10 de Agosto del 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Matamoros No. 520 Oriente, Tercer piso, Centro de esta Ciudad, los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I28-2016** referente a la Adquisición de “**Material de Curación para Diversas Unidades**”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. Aarón Serrato Araoz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. Rosa María Montes Salas; como área usuaria: el Dr. Noé Enrique Pérez Anguiano como representante de la Dirección de Hospitales, la Lic. Blanca Elizabeth Tanguma Montalvo y la C. Viridiana Yazmín Torres Cuevas, como representantes del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, la Lic. Elena Oribe Beltrán y el Dr. Gerardo Gil Galindo, como representantes del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. Martha Patricia Gámez Hernández, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanís, Coordinador de Licitaciones y la Lic. Nancy Natale de León Rodríguez, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el C.P. Aarón Serrato Araoz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: Artimédica, S. A. de C. V., representada por la C. Nancy Guillermina Valdés Lara, Comercializadora Médica Alvasan, S.A. de C.V., representada por el C. José



Teodoro Alcalá, Hisa Farmacéutica, S.A. de C.V., representada por el C. Raúl Salvador Díaz Lugo y Solo Productos Médicos Desechables, S.A. de C.V., representada por el C. Alfonso del Bosque Bonilla.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

Pregunta 1:

1.1 OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación

1.1.2 El licitante deberá incluir en su oferta económica el costo global del paquete incluido en el anexo 1, considerando las descripciones y cantidades de cada uno de los renglones que integran la partida, los cuales se mencionan en el anexo 1A.

Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo No. 3 se aplicara el precio unitarios antes de I.V.A., del partida No. 1 (costo global como paquete).

ANEXO 3

Formato de Oferta Económica

Partida	Cantidad Cotizada	Precio Unitario antes de IVA
1 (PAQUETE)	1	\$1,000,000.00

Subtotal antes de I.V.A.	I.V.A.	Total incluyendo I.V.A.
\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 1,160,000.00

¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION

Respuesta:

Es correcta su apreciación.

Pregunta 2:

1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación

1.1.4. Las compañías participantes deberán incluir en su sobre de propuestas técnicas, copias de registros sanitarios, legibles y por ambos lados de cuando menos 70% de los insumos ofertados y deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante a la firma del contrato.



	Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar registros sanitarios por familia, identificando los renglones que corresponda, así como entregar los registros sanitarios en medio electrónicos y no impresos, ya que representa un alto volumen de papel impreso. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.4 de la Convocatoria.
Pregunta 3:	1.1 OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación 1.1.8 El licitante deberá presentar dentro del periodo del 11 al 17 de Agosto de 2016 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar muestras por familia identificadas en la etiqueta los renglones a que corresponden. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia.
Pregunta 4:	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas. <u>Favor de confirmar que todos los anexos y escritos deberán estar dirigidos de la siguiente manera como mínimo redacción :</u> C.P. NOÉ EMMANUEL DEL REAL GARCÍA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.



Respuesta:	No es correcta su apreciación, los escritos y anexos deberán estar dirigidas al C.P. Aarón Serrato Araoz, Director Administrativo, Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., salvo los registros sanitarios, identificaciones, certificados, aviso de funcionamiento, manuales, recibo de proposiciones y los documentos solicitados en el punto 3 inciso c) numeral 27 de la convocatoria.
Pregunta 5:	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. B.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas. SOLICITAMOS AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE TODOS LOS ANEXO Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERAD, PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICAS SON LOS QUE REQUIEREN FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EL RESTO DE LA PAPELERIA NO ES REQUISITO QUE CONTENGA LA FIRMA DE REP LEGAL DE LA COMPAÑÍA (ALGUNOS DE ELLOS: REGISTROS SANITARIOS, MANUALES DE CALIDAD, CARTAS DE HOSPITALES, CARTA DE FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS, CERTIFICADOS DE FUMIGACION, PAGO DE TENENCIAS, CERTIFICADOS ORIGINALES DE CALIDAD)
Respuesta:	No es correcta su apreciación, las cartas, declaraciones, escritos bajo protesta de decir verdad, emitidos por el licitante, propuestas técnicas y económicas son las que deberán ser firmadas por el representante legal, de conformidad con el artículo 74 fracción XIV primer párrafo del reglamento, solo los manuales de calidad y los registros sanitarios no requerirán firma autógrafa del representante legal de la compañía.
Pregunta 6:	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER 5. Certificado o escrito bajo protesta de decir verdad de que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o Normas Internacionales aplicables y en el que manifieste que los servicios que oferte cumplen con la legislación sanitaria vigente, para las partidas y renglones que aplica, y con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, con las Normas Internacionales.



	SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SI CONTAMOS CON CERTIFICADO ISO 9001:2008, CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO PRESENTANDO DICHO CERTIFICADO (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE) ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 7:	<u>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u> 9.-Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ACEPTAR PRESENTAR 70% CARTAS EN ORIGINAL Y EL RESTO EN COPIA Y AL CONTAR CON UN SOLO CUATRO DIAS HABIL DE DIFERENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES Y DISTROBUIDORES MAYORISTAS ESTAN EN LA CD DE MEXICO Y NO PROPORSIONARAN LA CARTA ASTA DESPUES DE LA PRESENTACION DE JUNTA DE ACLARACIONES PROGRAMDA A 10: 00 PM PARA APLICAR TODOS LOS CAMBIO DE DICHA JUNTA, Y ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE ENTREGAR ORIGINALES RESTANTES ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, deberá presentar el 100% de las cartas de apoyo en original.
Pregunta 8:	<u>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u> 11. Los licitantes que deseen participar en el presente concurso deberán presentar como mínimo tres cartas en original, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio relativo a material de curación ante otros clientes del área de salud, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que con la presentación de tres cartas originales de hospitales privados de cualquier estado de la república mexicana cumplimos con dicho punto ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si, se acepta su solicitud
Pregunta 9:	<u>C.-EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u>



	17.- Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE CON LA PRESENTACION DE COPIAS SIMPLE DE DICHOS MANUALES; CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si, se aceptaran copias simples, siempre que estén firmados por su emisor.
Pregunta 10:	C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER 18.- Cd o USB que contenga el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD SON LOS ANEXOS Y PROPUESTA TECNICAS Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, deberá presentar el total de los documentos incluidos en el sobre técnico.
Pregunta 11:	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 27.- Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el <i>Artículo 33 Bis</i> del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último es caso de ser propietario. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS COPROBANTES DE PAGO A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD PODREMOS PRESENTAR COPIA SIMPLES DE DICHOS PAGOS. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, reservándose la Convocante el derecho de verificar en cualquier momento la autenticidad de dichos documentos.
Pregunta 12:	ANEXO 15



	MODELO DE CONTRATO QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.- Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PUEDA CONFIRMAR QUE LOS INSUMOS LICITADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y/O CUADRO BASICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD Y QUE CUENTEN CON REGISTRO SANITARIOS VIGENTES.
Respuesta:	Se corrige dicho punto, debiendo quedar de la siguiente manera "Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de insumos del sector salud".
Pregunta 13:	ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.- d) Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud DE SER AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR PODREMOS CONSIDERAR QUE SE PUEDE COTIZAR MATERIAL DE CURACION QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCION DE LA CLAVE DE CUADRO BASICO Y QUE CUENTE CON RESGITRO SANITARIO PARA SU VENTA Y COMERCIALIZACION EN TERRITORIO NACIONAL EN VIAS DE OFERTAR AL MEJOR PRECIO POSIBLE. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, aclarando que se corrige el punto señalado en la pregunta anterior.
Pregunta 14:	<u>Solicitamos atentamente a la convocante permita ofertar bienes fabricados bajo los más altos estándares de calidad, como las normas de calidad a nivel internacional que provengan de países que no cuentan con Tratado de Libre comercio Vigente con México, y así mismo para demostrar la calidad de los productos presentar certificados internacionales de calidad, como ISO385.</u> ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta su solicitud, deberá ofertar productos con origen de países con los que México cuenta con tratados.
Pregunta 15:	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:



27. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el *Artículo 33 Bis* del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último es caso de ser propietario.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIMOS CON EL PUNTO NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES NOS PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO DE OPINION 32 D COMO REFERENTA AL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta:

Si se acepta, pero solo para cubrir el cumplimiento de obligaciones fiscales consistente en documento actualizado expedido por el S.A.T., el resto de comprobante solicitado en este numeral deberá presentarlos.

Pregunta 16:

C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:
20. ANEXO 6. Recibo de proposiciones

Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo no. 6, se aplicara una (1) sola partida técnica y económica (global como paquete)

ANEXO 6

RECIBO DE PROPOSICIONES

PROVEEDOR: xxxxxxxx



		Proposiciones	Proposiciones
		Técnicas	Económicas
	Total de propuestas	(1)	(1)
	¿ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION?		
Respuesta:	Si es correcta su apreciación, debiendo llenar un recibo por cada proposición, una para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica.		
Pregunta 17:	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 9. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA Y FIRMADA EN MÉXICO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MEXICO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CARTA APOSTILLE DEL PODER DE DISTRIBUCIÓN QUE LA CASA MATRIZ EN EL EXTRANJERO LE OTORGA. ¿Se acepta nuestra solicitud?		
Respuesta:	No se acepta, deberá presentar las cartas como se solicitan en el punto 9 inciso C numeral 3 de la Convocatoria, ya que se está garantizando el abasto con dicho requisito		
Pregunta 18	1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación 1.1.9 El licitante deberá presentar copia simple completa (anverso y reverso) y legible del registro sanitario del 70% de los Materiales de Curación incluidos en el anexo 1A en el cual se mencione el nombre del fabricante y la descripción técnica del insumo ofertado, referenciando el número de renglón y clave. Deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios a la firma del contrato. Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar registros sanitarios por familia identificadas por partida. ¿SE ACEPATA NUESTRA SOLICITUD?		
Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.9 de la Convocatoria.		
Pregunta 19	3.4. Documentación distinta a las proposiciones. La documentación distinta a las proposiciones que se deberá agregar en el sobre de Propuesta Técnica será la siguiente:		



	3.4.1 Respecto a las Personas Morales: c) Copia de Comprobante de Domicilio fiscal actualizado, así como el de la prestación de los servicios. Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirme que con comprobante de domicilio fiscal y prestación de los servicios es el mismo solamente se presenta un solo comprobante de domicilio.
Respuesta:	Es correcta su apreciación y se corrige dicho punto aclarando que es solo el comprobante de Domicilio fiscal del licitante.
Pregunta 20:	<u>3.4. Documentación distinta a las proposiciones.</u> La documentación distinta a las proposiciones que se deberá agregar en el sobre de Propuesta Técnica será la siguiente: 3.4.1 Respecto a las Personas Morales: D) Copia de Nombre y domicilio de los apoderados, representantes y socios. Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirma que con presentación de copia de identificación con domicilio, IFE INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL de los apoderados, representantes y socios cumplimos dicho punto.
Respuesta:	Se elimina este requisito en virtud de que ya se solicitó en el Anexo 8A.
Pregunta 21	<u>3.4. Documentación distinta a las proposiciones.</u> La documentación distinta a las proposiciones que se deberá agregar en el sobre de Propuesta Técnica será la siguiente: e) Copia de Poderes en los que consten a las personas que se les delega actos de administración. Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirma que con presentación de copia de acta constitutiva en la cual se encuentra poder de actos administración cumplimos con dicho punto
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, siempre y cuando en dicho documento se establezca el requisito solicitado en el punto de referencia.
Pregunta 22	<u>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u> 17.- Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado. <u>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LA 919044-I28-2016 TENEMOS QUE PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE</u>



	<u>INDIQUE QUE CUMPLIMOS CON EL TRAMITE DE CERTIFICACION EMITIDO POR ENTIDAD CERTIFICADORA</u>
Respuesta:	Se acepta que el Licitante presente la constancia de certificación o documento emitido por la entidad certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, dicho documento deberá acompañarse de los manuales solicitados.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.																
DUDAS TÉCNICAS:																
Pregunta 1:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE DESCRIPCION YA QUE ESTE RENGLON NO. 43 NO SE APEGA A LA DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE : DICE : <table><tr><td>52</td><td>600880108</td><td>APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS</td><td>ENVASE</td><td>C/150</td></tr></table> DEBE DICER: <table><tr><td>060</td><td>088</td><td>0108</td><td>APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.</td><td>ENV</td><td>150.00</td></tr></table> ¿Se acepta nuestra solicitud?					52	600880108	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE	C/150	060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	150.00
52	600880108	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE	C/150												
060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	150.00											
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.															
Pregunta 2:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LAS SIGUIENTES RENGLONES 370 DE LA PRESENTE LICITACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN MERCADO ¿se acepta nuestra solicitud? <table><tr><td>351</td><td>605500784</td><td>JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0</td><td>PIEZA</td><td>C/1</td></tr></table>					351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1						
351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1												
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.															



Pregunta 3:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LA PARTIDA 665 ES REQUERIDA REUSABLE O DESECHABLE													
	665	5049500530	AMBU PEDIATRICO											
Respuesta:	Se requiere desechable.													
Pregunta 4:	SOLICITAMOAS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE LA RENGLON NO. 32 NO SE APEGA A LA PRESENTACION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE: ¿Se acepta nuestra solicitud? DICE: <table border="1"><tr><td>32</td><td>600660872</td><td>DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.</td><td>ENVASE</td><td>C/6</td></tr></table> DEBE DECIR: <table border="1"><tr><td></td><td>600660872</td><td>DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.</td><td>ENV</td><td>12</td></tr></table>				32	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6		600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.	ENV	12
32	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6										
	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.	ENV	12										
Respuesta:	Es correcto la presentación es bolsa con 12 pza.													
Pregunta 5:	RENGLON 592 CLAVE 5044700092 <table border="1"><tr><td>625</td><td>5044700092</td><td>ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA</td></tr></table> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA: UN KIT QUE CONTIENE: 5 APOSITOS DE APOSITO ADHERENTE DE GASA IMPREGNADA CON EMULSION PARAFINADA (PARA PROTECCION DE ORGANOS, TENDONES) DE 10X10 Y 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO				625	5044700092	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA							
625	5044700092	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA												



	MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS. ¿Se acepta nuestra solicitud?							
Respuesta:	Se elimina el renglón 625 clave 5044700092 y también se elimina el renglón 624 clave 5044700091.							
Pregunta 6:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LA PARTIDA 666 Y 668 ES REQUERIDA REUSABLE O DESECHABLE. <table border="1"><tr><td>668</td><td>5049500550</td><td>AMBU NEONATAL</td></tr><tr><td>666</td><td>5049500531</td><td>AMBU ADULTO</td></tr></table>		668	5049500550	AMBU NEONATAL	666	5049500531	AMBU ADULTO
668	5049500550	AMBU NEONATAL						
666	5049500531	AMBU ADULTO						
Respuesta:	Se requiere desechable.							
Pregunta 7:	<table border="1"><tr><td>16</td><td>600407605</td></tr></table>	16	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 16 CM CM. CALIBRE 14 G.MARCA BARD ¿Se acepta nuestra solicitud?				
16	600407605							
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.							
Pregunta 8:	<table border="1"><tr><td>17</td><td>600407613</td></tr></table>	17	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR				
17	600407613							



	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 10 CM. CAL. 14 G. MARCA BARD	
	¿Se acepta nuestra solicitud?	
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.	
Pregunta 9:	133	601663370 CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G10. ENVASE CON 5 PIEZAS. MARCA BARD	
	¿Se acepta nuestra solicitud?	
Respuesta:	No se acepta lo solicitado.	
Pregunta 10:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 0.94 LTS. EN RENGLON NO. 261	
	261	602180085 DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.
	¿Se acepta nuestra solicitud?	
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.	
Pregunta 11:	RENGLÓN 391 PARTIDA 606030011 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA. PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual está diseñada para el contacto con vísceras abdominales. Medida 26x36cm Se acepta?	
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.	



Pregunta 12:	RENGLÓN 392 PARTIDA 606030012 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA. PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual está diseñada para el contacto con viceras abdominales. Medida 20x30 cm. ¿Se acepta?			
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.			
Pregunta 13:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 4.75 LTS EN RENGLO NO. 262 <table><tr><td>262</td><td>602180093</td><td>CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.</td></tr></table> ¿Se acepta nuestra solicitud?	262	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.
262	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.			
Pregunta 14:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 7.5 LTS EN RENGLO NO. 263 <table><tr><td>263</td><td>602180119</td><td>DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 7.5 A 9.4 LITROS. PUNZO-CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 7.50 A 9.40 LTS.</td></tr></table> ¿Se acepta nuestra solicitud?	263	602180119	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 7.5 A 9.4 LITROS. PUNZO-CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 7.50 A 9.40 LTS.
263	602180119	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 7.5 A 9.4 LITROS. PUNZO-CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 7.50 A 9.40 LTS.		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.			



Pregunta 15:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 11.30 LTS EN RENGLON NO. 264		
	264	602180127	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 LITROS.
	¿Se acepta nuestra solicitud?		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado		
Pregunta 16:	308	603460015	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM
			PIEZA
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC ¿Se acepta nuestra solicitud?		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.		
Pregunta 17:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 22.70 LTS EN RENGLON NO. 247		



	265	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.
	¿Se acepta nuestra solicitud?		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.		
Pregunta 18:	309	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC ¿Se acepta nuestra solicitud?		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.		
Pregunta 19:	341	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 200 CM TIPO TRACER MARCA BOSTON SCIENTIFIC ¿Se acepta nuestra solicitud?		
Respuesta:	Si se acepta lo solicitado.		
Pregunta 20:	RENGLON 566 CLAVE 5042000612		



602	5042000612	CANISTER DE RECOLECCIÓN PARA TERAPIA VAC DE 1000 ML RECOLECTOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.	PIEZA	C/1
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA: CANISTER RECOLECTOR 800 ML. QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA NEGATIVA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS. ¿Se acepta nuestra solicitud?				
Respuesta:		Si se acepta lo solicitado.		
Pregunta 21:		Solicitamos amablemente a la convocante información de presentación y unidad de medidas de las sig. partidas las cuales se encuentran en blanco (en blanco) 20 22 46 240 241 247 266 318 322 323 415 561 601 664		



Respuesta:	La contestación a su pregunta se encuentra otorgada al momento de dar respuesta a la pregunta número 3, formulada por la empresa SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, S.A. DE C.V.																																			
Pregunta 22:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LA PARTIDA 622 ES REQUERIDA ESTERIL O NO ESTERIL <table border="1"><tr><td>622</td><td>5044560001</td><td>GUANTES EXTRA CHICOS DE LATEX</td></tr></table>	622	5044560001	GUANTES EXTRA CHICOS DE LATEX																																
622	5044560001	GUANTES EXTRA CHICOS DE LATEX																																		
Respuesta:	Se requiere que sea estéril.																																			
Pregunta 23:	DE ACUARDO CON EL ANTERIOR PROCESO LICITIRIO LP 919044992-I2-2016 DONDE FUERON ELIMINADOS LOS SIGUIENTES CLAVES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEAN ELIMINADOS NUEVAMENTE <table border="1"><tr><td>370</td><td>605500784</td><td>JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0</td><td>PIEZA</td><td>C/1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>371</td><td>605500800</td><td>JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLE, CAPACIDAD 5 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2</td><td>PIEZA</td><td>C/1</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>604</td><td>5042331008</td><td>INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. PRESENTACIÓN CON 30 PRUEBAS.</td><td>ENVASE</td><td>C/30</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>605</td><td>5042331009</td><td>INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. ROLLO DE 50 METROS.</td><td>ROLLO</td><td>C/1</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>610</td><td>5042331016</td><td>PAPEL PARA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR DE PLASMA. CAJA CON 12 ROLLOS</td><td>PIEZA</td><td>C/1</td><td>16</td><td></td></tr></table> ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	370	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	1		371	605500800	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLE, CAPACIDAD 5 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2	PIEZA	C/1	23		604	5042331008	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. PRESENTACIÓN CON 30 PRUEBAS.	ENVASE	C/30	3		605	5042331009	INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. ROLLO DE 50 METROS.	ROLLO	C/1	7		610	5042331016	PAPEL PARA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR DE PLASMA. CAJA CON 12 ROLLOS	PIEZA	C/1	16	
370	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	1																															
371	605500800	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLE, CAPACIDAD 5 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2	PIEZA	C/1	23																															
604	5042331008	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. PRESENTACIÓN CON 30 PRUEBAS.	ENVASE	C/30	3																															
605	5042331009	INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. ROLLO DE 50 METROS.	ROLLO	C/1	7																															
610	5042331016	PAPEL PARA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR DE PLASMA. CAJA CON 12 ROLLOS	PIEZA	C/1	16																															
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.																																			

LICITANTE: ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

Pregunta 1: Con respecto a lo solicitado en el punto 1.1.4 en el cual se menciona que las compañías participantes deberán incluir en su sobre de propuesta técnica copia de los registros sanitarios legibles y por ambos lados de cuando menos 70% de los insumos ofertados. Solicitamos muy atentamente nos acepte presentar registro sanitario por familia, ya que un registro sanitario puede incluir todas las medidas de un mismo producto. Se acepta nuestra solicitud?



Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.4 de las bases de la presente Convocatoria.
Pregunta 2:	Con respecto a lo solicitado en punto 1.1.8 en el cual se menciona presentar muestras de cuando menos el 70% del material de curación solicitado en el anexo 1A. ¿Solicitamos muy atentamente se nos acepte presentar muestra por familia, ya que la variación de la muestra puede ser en las medidas de cada producto, se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud y se modifica el porcentaje requerido de muestras, debiendo entregar el 90% de muestras y se acepta que sea por familia.
Pregunta 3:	Con respecto al punto 1.2.1 periodo de suministro de material de curación, en el inciso a) mencionan que el periodo de suministro del material de curación será del 24 de agosto al 31 de diciembre del 2016, y en el inciso c) mencionan que el material de curación se entregará dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de envío por parte del licitante ganador debemos entender que la orden de envío será generada posterior a la firma del contrato, el cual de acuerdo al numeral 18. Se firmará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo. Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Sí, es correcta su apreciación.
Pregunta 4:	Con respecto al numeral 3.4 documentación distinta a las proposiciones, numeral 3.4.1 respecto a las personas morales, solicito aclaración a los siguientes incisos. a) Copia de la cedula de identificación fiscal b) Copia de registro federal de contribuyentes, c) Copia de comprobante de domicilio fiscal actualizado, así como el de la prestación de los servicios Consideramos que estos requisitos A, B, C, se cumplen con el documento expedido por la SHCP y el servicio de administración tributaria denominado cedula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal, es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	No es correcta su apreciación, los tres documentos deberán presentarse de manera independiente donde demuestre lo requerido, haciendo la corrección en el inciso C, refiriéndonos que es solo un comprobante de Domicilio fiscal del licitante, omitiendo la de prestación de servicios.
Pregunta 5:	En el mismo numeral 3.4 documentación distinta a las proposiciones, numeral 3.4.1 inciso c) A que se refieren con "Así como el de la prestación de los servicios".
Respuesta:	Se contesta en la parte final de la respuesta a la pregunta anterior.
Pregunta 6:	En el mismo numeral 3.4 documentación distinta a las proposiciones, numeral 3.4.1 inciso d)



	Podrían especificar a qué copia se refieren si de identificación o de domicilio.
Respuesta:	Se elimina este requisito en virtud de que ya se solicitó en el Anexo 8A.
Pregunta 7:	Con respecto al numeral 9: pena convencional (sanción) primer párrafo, solicitamos muy atentamente a la convocante la disminución al 1% por cada día hábil de retraso, ya que los retrasos se deben principalmente a faltantes por los fabricantes de los productos, por escasos de materia prima y a diversos problemas en el abasto y surtimiento de sus productos, lo cual pone en desventaja a los licitantes al no poder transferir esta sanción a los fabricantes, además consideramos que este monto de sanción no es equitativo ya que los contratos que se derivaron de licitaciones anteriores de artículos y servicios que se adjudicaron en el curso de este mismo año fueron con un porcentaje del 1% diario por cada día hábil de retraso. Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, en el supuesto que el monto de la sanción llegara a exceder del monto de la garantía, solo se aplicará hasta el monto de la garantía, según lo establece el inciso B, Fracción I del Artículo 48 de la Ley.
Pregunta 8:	Solicitamos muy atentamente a la convocante nos acepte ofertar más de una marca por clave, cumpliendo con lo solicitado en el anexo 1 de las bases, esta solicitud se basa para evitar faltantes o retrasos en la entrega por faltantes en el mercado de algún producto. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta, máximo tres marcas por clave.
Pregunta 9:	Solicitamos muy atentamente a la convocante, que, en caso de resultar adjudicados, la convocante nos entregue los consumos promedio mensuales de cada unidad, esto con la finalidad de programar la adquisición y distribución de sus necesidades de insumos. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Las cantidades promedio total ya están definidas en el anexo 1 A; sin embargo dicha información específica, será proporcionada por cada unidad aplicativa al licitante ganador.
Pregunta 10:	Solicitamos atentamente a la convocante la confirmación del Nombre de a quien deben ir dirigidos los escritos y las cartas que conforman la presente licitación.
Respuesta:	Se contesta con mayor detalle en la pregunta Administrativa número 4 del licitante COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.
Pregunta 11:	Con respecto a la documentación solicitada en el numeral 3 inciso C, número 11, solicitamos muy atentamente que sean tomadas en cuenta las cartas de buen servicios de sus unidades de Salud. ¿Se acepta nuestra solicitud?



Respuesta:	Si se acepta, las cartas pueden ser de las unidades de la convocante o de otros clientes del área de salud.
Pregunta 12:	Con respecto al numeral 17 de este mismo inciso, solicitamos atentamente la aceptación de una copia del certificado a nombre de la empresa del certificado de implementación y aplicación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, ya que los manuales forman parte de la documentación requerida para la obtención del mencionado certificado, el cual fue otorgado por un organismo autorizado. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Se acepta su solicitud, interpretándose en ésta que se entregará una copia de la certificación ISO 9001:2008.
Pregunta 13:	Se solicita a la convocante se excluya de solicitar muestra y registro sanitario en los renglones que se solicita 1 pieza y que no se tome en cuenta en el porcentaje de 70% de registros y muestras presentadas. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta su solicitud.

LICITANTE: ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Renglón 294 Clave 0603451003 EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA CON EQUIPO COMPLETO PARA TÉCNICA DE SELDINGER Y CÁNULA 8, 8.5 Y 9 FR. PIEZA. Se solicita a la convocante nos permita cotizar charola de traqueostomia percutánea que incluye cuerno con diltacion única punta hidrofílica con marcas hasta nivel piel, guía metálica hidrofílica punta en J cargador de cánula 24fr, 26 y 28 con material para colocación y fijación, con técnica de seldinger. Contiene material de asepsia y antisepsia, porta agujas, kelly curva. Con medidas de cánula de 6 u 8.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 2:	Renglón 392 Clave 0606030012 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA. Se solicita a la convocante me permita cotizar malla biológica en base submucosa delgada de intestino porcino, medida 20X20cm tipo Cook.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 3:	Renglón 394 Clave 0606030014 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE A BASE DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 CON PESO DE 28 G/M2 Y PORO DE 3 MM. MEDIDA 6 X 11 CM. PIEZA. PIEZA Se solicita a la



	convocante me permita cotizar malla biológica en base submucosa delgada de intestino porcino, medida 7X10cm
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 4:	Renglón 500 Clave 0609080478 TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA A TRAUMÁTICA Y LÍNEAS RADIOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO, CON PUERTOS DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRA LARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 39 FR, DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.0 MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.0 MM. PIEZA. Se solicita a la convocante me permita cotizar bloqueador selectivo de pulmón de 9FR con balón esférico, para pulmón derecho o izquierdo.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 5:	Renglón 501 Clave 609080544 TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO, MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA A TRAUMÁTICA Y LÍNEAS RADIOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO, CON PUERTOS DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRA LARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 37 FR, DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM. PIEZA Se



	solicita a la convocante me permita cotizar bloqueador selectivo de pulmón de 9FR con balón esférico, para pulmón derecho o izquierdo.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 6:	Renglón 671 Clave 5049506021 SISTEMA OBTURADOR GYNECARE TVT (MALLA PROTECTOR SIN TENSIÓN PARA LA INCONTINENCIA) Se solicita a la convocante me permita cotizar cabestrillo ureteral libre de tensión 100% biológico que incluye agujas transopturadoras. Cuenta con cortador de cinta, el material es de submucosa delgada de intestino porcino.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 7:	Renglón 6 Clave 600340228 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVÉS DE TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G. PIEZA. Se le solicita a la convocante, nos permita cotizar Aguja para biopsia de 14 G. por 9 cm de longitud.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 8:	Renglón 18 Clave 600407613 AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G. Se le solicita a la convocante, nos permita cotizar Aguja para biopsia de 14 G. por 9 cm de longitud.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 9:	Renglón 289 Clave 603450289 EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER MALECOT DE POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE 14 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM.) DE DIÁMETRO, Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". -DILATADORES RADIOPACOS CALIBRE 6, 8, 10, 12, 14 Y 16FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO MITTY POLLACK CALIBRE 22 G X 20 A 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 A 20 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO POR CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. EQUIPO. EQUIPO.



	Se le solicita a la convocante nos permita cotizar equipo para nefrostonia con catéter de 14fr por 25 cm de longitud.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 10:	Renglón 152 Clave 601676471 BALON PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES, CON DOBLE VÍA LONGITUD 200 CM CALIBRE 6.8 FR 2 ML. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar balón para extracción con calibre de 6.6fr.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 11:	Renglón 308 Clave 603460015 ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar esfinterotomo para vías biliares con calibre del catéter de 7fr. con punta domo.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 12:	Renglón 309 Clave 603460023 ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar esfinterotomo para vías biliares con calibre del catéter de 7fr., con punta domo.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 13:	Renglón 599 Clave 5041680527 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.5 MM C/1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL DE 20 FR. TUBO DE ALIMENTACIÓN DE 1.2CM. DE LONGITUD. Solicitamos a la convocante omitir la palabra mickey ya que limita la oferta.
Respuesta:	No se acepta su solicitud.
Pregunta 14:	Renglón 600 Clave 5041680528 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.7 MM C/1 Solicitamos a la convocante omitir la palabra mickey ya que limita la oferta.



Respuesta:	No se acepta su solicitud.
Pregunta 15:	Renglón 637 Clave 5048410036 SET DE LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, TAMBOR CON 7 LIGAS. Solicitamos a la convocante nos permitimos ofertar set de ligadura de varices esofagicas con dos tambores de 6 ligas cada uno, dando un total de 12 ligas. (12 disparos)
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 16:	Renglón 126 Clave 0601661549 CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR. Se solicita al convocante aclarar si requiere se requiere guía metálica para el catéter ureteral doble "j", de poliuretano, radiopaco, longitud 24 cm. calibre 6 fr.
Respuesta:	Si se requiere guía.
Pregunta 17:	Renglón 127 Clave 0601661564 CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR. Se solicita al convocante aclarar si requiere se requiere guía metálica para el catéter ureteral doble "j", de poliuretano, radiopaco, longitud 24 cm. calibre 7 fr.
Respuesta:	Si se requiere guía.
Pregunta 18:	Renglón 166 Clave 0601678782 CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN PARA PUNCIONAR Y UN CATÉTER DE SILICÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. CALIBRE 5 FR PIEZA. Se solicita al convocante aceptar un catéter venoso subcutáneo implantable que contiene un contenedor metálico de titanio con membrana de elastómero de silicón para punccionar y un catéter de silicón para administración de bolo o infusión continua. calibre 6 fr.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.



Pregunta 19:	Renglón 288 Clave: 603450222 EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE:- CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 10 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD.- GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J".- DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRE 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM.- AGUJA TIPO MITTY POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO PARA CADA AGUJA.- TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. Se solicita al convocante aceptar un equipo para nefrostomía percutánea con catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 9fr x 30cms.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 20:	Renglón 292 Clave 603450743 EQUIPO DE CATETERES URETRALES RADIOPACO DOBLE "J", CONSTA DE; GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR. CATETER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 6 FR. POSICIONADOR DE VINIL, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD. Se solicita al convocante aclarar si requiere se requiere guía metálica para el catéter ureteral doble "j", de poliuretano, radiopaco, longitud 24 cm. calibre 6 fr.
Respuesta:	Si se requiere de guía metálica.
Pregunta 21:	Renglón 299 Clave: 603451873 EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta de fijación, sonda de succión multiperforada, con diámetro externo de 7 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.



Pregunta 22:	Renglón 54 CLAVE 600880652 APÓSITO HIDROCOLOIDE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL, TAMAÑO DE 10.0 CM, 0.6 CM X 10.0 CM 0.6 CM ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 23:	Renglón 55 CLAVE 600880660 APOSITOS HIDROCOLOIDES, CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM ± 3.0 CM X 16.0 CM ± 4.0 CM. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 24:	Renglón 56 CLAVE 600880678 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM. PIEZA ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 25:	Renglón 57 CLAVE 600880686 APOSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 26:	Renglón 58 CLAVE 600880694 APÓSITO ABSORBENTE A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO DE 10.0 CM ± 2.0 CM X 20.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.



Pregunta 27:	Renglón 59 CLAVE 600880702 APOSITO EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM ± 0.5 CM (2 G). PIEZA ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 28:	Renglón 63 CLAVE 600880769 DESCRIPCION APÓSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. TAMAÑO 15 X 20 CM. PIEZA UNIDAD DE MEDIDA ENVASE, PRESENTACION C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación tubo de 85grs.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 29:	Renglón 65 CLAVE 600880793 APOSITOS DE HIDROPOLÍMERO, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 10 A 11 CM X 11 A 16 CM. PIEZA. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 30:	Renglón 66 CLAVE 600880827 APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM. ENVASE C/12. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 31:	Renglón 67 CLAVE 600880835 APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 40 CM X 20 CM A 40 CM. ENVASE C/6. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 32:	Renglón 69 CLAVE 600880850 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS



	Y AGUA CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 12.5 X 12.5 CMS. PIEZA C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 33:	Renglón 71 CLAVE 600880884 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, SIN PEGAMENTO ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 15 X 15 CMPIEZA C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 34:	Renglón 72 CLAVE 600880892 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO EN FORMA DE SACRO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO O PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 22 X22 CMS. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar medida 20x16.9 cms presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 35:	Renglón 73 CLAVE 600880900 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO EN FORMA DE TALÓN CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTA CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO O PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS 10.5 X 13.5 CMS. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar apósito hidrocelular para manejo de exudado en forma de talón con adhesivo medida 19.8x14 cms. caja con 5 piezas.



Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 36:	Renglón 282 CLAVE 603370164 ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS. PIEZA. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?
Respuesta:	La medida es 35W.
Pregunta 37:	Renglón 283 CLAVE 603370180 ENGRAPADORA LINEAL RECARGABLE. CARTUCHO CON GRAPAS. PIEZA. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?
Respuesta:	La medida es 60MM Y 80 MM,
Pregunta 38:	Renglón 285 CLAVE 603370214 ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE. CARTUCHO CON GRAPAS. PIEZA. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?
Respuesta:	La medida es 60MM Y 80 MM.
Pregunta 39:	Renglón 32 CLAVE DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLÍTICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCIÓN OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G. ENVASE CON 6. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar presentación con 12.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 40:	Renglón 286 CLAVE 603370230 ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL. PIEZA. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?
Respuesta:	La medida es 18 cm longitud x 25 mm diámetro.



Pregunta 42:	Renglón 392 CLAVE 606030012 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA. Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita cotizar esta partida con la medida 20 X 25 CM ovalada.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 43:	Renglón 393 CLAVE 606030013 MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM. X 25 A 35 CM. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita cotizar esta partida con la medida de 25 X 35.5 CM rectangular.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 44:	Renglón 469 CLAVE 608412441 MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM. Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita cotizar esta partida con las misma descripción pero con la aguja de la medida de 5.5 MM.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 45:	Renglones del 604 a la 613 CONSUMIBLES PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACION POR PLASMA. Con relación a los consumibles solicitados de la partida 604 a la partida 613, Los cuales son insumos de empaque y validación para el proceso de esterilización por plasma, observamos que no se aprecia la solicitud del consumible (Cartucho de peróxido de hidrogeno para esterizador de plasma con 10 celdas individuales para 10 ciclos de esterilización, presentación envase con 2 piezas, numero de catálogo: 10144), el cual es el principal componente en el proceso de esterilización. En caso de que nuestra apreciación sea correcta, solicitamos amablemente a la convocante, incluir la partida mencionada a su requerimiento.
Respuesta:	No se acepta su solicitud.
Pregunta 46:	Renglón 301 Clave 603452301 EQUIPO (CATÉTER) PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: UNA CÁNULA. UNA JERINGA DE 5 ML. UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON



	EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. EQUIPO. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Equipo Para hemodiálisis de inserción en subclavia, yugular o femoral doble lumen, incluye: Una cánula, Una guía de acero inoxidable, Un catéter doble lumen Calibre de 11 a 12 Fr, longitud 185 a 205 mm con obturador y un dilatador con extensiones curvas. Estéril y desechable. SIN JERINGA, Tipo: Mahurkar. Adulto. Se acepta?
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 47:	Renglón 117 Clave 0601660228 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 12 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 48:	Renglón 118 Clave 601660236 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 14 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 49:	Renglón 119 Clave 601660244 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 50:	Renglón 120 Clave 601660251 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 18 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.



Pregunta 51:	Renglón 121 Clave 601660269 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 20 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 52:	Renglón 122 Clave 601660277 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 22 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 53:	Renglón 123 Clave 601660285 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 24 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 54:	Renglón 124 Clave 601660293 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 26 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 55:	Renglón 164 Clave 601678220 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 8 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.



Pregunta 56:	Renglón 165 Clave 601678238 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 10 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 57:	Renglón 170 Clave 601681455 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 12 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 58:	Renglón 187 Clave 601685340 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CAL.14 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 59:	Renglón 188 Clave 601685365 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 16 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 60:	Renglón 189 Clave 601685381 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 18 FR.



	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 61:	Renglón 190 Clave 601685399 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILY DESECHABLE CALIBRE 20 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 62:	191 Clave 601685407 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 22 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 63:	Renglón 192 Clave 601685456 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CAL. 26 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 64:	Renglón 207 Clave 601688138 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 8.0 MM DIÁMETRO INTERNO.



	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 8 con Diámetro Interno: 7.6mm, Diámetro Externo 12.2mm y longitud 81mm.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 65:	Renglón 208 Clave 601688146 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 10 con Diámetro Interno: 8.9mm, Diámetro Externo 13.8mm y longitud 81mm.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 66:	Renglón 209 Clave 601688161 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO: EXTERNO: LONGITUD: 10.0 MM ± 0.2 MM 13.0 MM ± 1.0 MM 84 MM ± 5 MM. PIEZA. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 10 con Diámetro Interno: 8.9mm, Diámetro Externo 13.8mm y longitud 81mm.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 67:	Renglón 210 Clave 601688211 CANULA PARA TRAQUEOTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA. PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 6.0 MM + - 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO 8.5 MM+ - 0.5 MM LONGITUD 64 MM + - 5 MM Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 6 con Diámetro Interno: 6.4mm, Diámetro Externo 10.8mm y longitud 76mm.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.



Pregunta 68:	Renglón 258 Clave 602070013 CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L- Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un circuito con las mismas características solicitada pero con bolsa de 2lts únicamente.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 69:	Se le solicita a la Convocante proporcionar la descripción completa de los siguientes renglones: 20, 22, 46, 240, 241, 247, 266, 322, 323, 415, 561, 601 y 664.
Respuesta:	La contestación a su pregunta se encuentra otorgada al momento de dar respuesta a la pregunta No. 3, formulada por la empresa Solo Productos Médicos Desechables, S.A. de C.V.

LICITANTE: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Partida No. 406 INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante acepte ofertar Indicador emulador de clase VI, para la esterilización en vapor, tiras de papel paquete de 250 tiras, que realiza la monitorización de los parámetros de crítica importancia: tiempo, temperatura y vapor durante el proceso de esterilización, conforme a la norma ISO EN 11140-1 para su uso en cada bandeja o artículo, cambio de color claro y abrupto, fácil de interpretar, sencillo de registrar, producto no tóxico, sin plomo.
Respuesta:	No se acepta ya que es un emulador con diferentes utilidades.



LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	Punto 1.1.8. Muestras.- Solicito amablemente a la convocante me permita presentar las muestras por familia.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia.
Pregunta 2:	Inciso C Punto 13.- Solicito amablemente a la convocante, me permita presentar el 50% de los registros sanitarios en un USB y carta de compromiso de que si resultamos adjudicados cumpliremos con la entrega del 50% restante a la firma del contrato.
Respuesta:	No se acepta su solicitud, los registros sanitarios, deberá de presentarse lo requerido en el punto 1.1.9 de las bases de la presente convocatoria
Pregunta 3:	Inciso C Punto 13.- Solicito amablemente a la convocante, me permita presentar los registros sanitarios por familia.
Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el Punto 1.1.9 de las bases de la presente Convocatoria.
Pregunta 4:	Inciso C Punto 13.- Solicito a la convocante en este punto, que los registros sanitarios no requieran firma autógrafa del representante legal, ya que estos representan un alto volumen de papelería.
Respuesta:	Se acepta su solicitud.
Pregunta 5:	Inciso C punto 12.- Es correcto entender que en este punto debemos de presentar la Licencia Sanitaria.
Respuesta:	No es correcta su apreciación, el punto mencionado no hace alusión a dicho documento.
Pregunta 6:	Solicito amablemente a la convocante me confirme cuales son los países con los que México tiene tratados de libre comercio o me confirme de que países podemos presentar los productos y registros sanitarios.
Respuesta:	Los países con los que México tiene Tratados están incluidos en los tratados señalados en el punto 1, letra A de la Convocatoria.
Pregunta 7:	Inciso C Punto 3.- Es correcto entender que en este punto para comprobar relación en las principales operaciones de ventas de los últimos 12 meses, es necesario presentar copia de facturas de ventas de material de curación.
Respuesta:	No es obligatorio la entrega copias de dichas facturas, sin embargo, si es requerido la relación de las principales ventas en mención, informando en ésta el Numero y fecha de factura, Monto de la operación, así como razón social y contacto de los clientes.



Pregunta 8:	Es correcto entender que todos los cambios que se realicen en la junta de aclaraciones deben ser plasmados en la propuesta Técnica y propuesta Económica.
Respuesta:	Los que así corresponda si deberán ser plasmados.
Pregunta 9:	Es correcto entender que todos los anexos y escritos deberán estar dirigidos al encargado del despacho de la Dirección Administrativa.
Respuesta:	No es correcta deberá sujetarse a lo señalado en la respuesta 4 de la empresa Comercializadora Médica Alvasan, S.A. de C.V.

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

Pregunta 1:	Partida 126.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE SE REQUIERE GUÍA METÁLICA PARA EL CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.
Respuesta:	Si se requiere guía metálica.
Pregunta 2:	Partida 127.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE SE REQUIERE GUÍA METÁLICA PARA EL CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR.
Respuesta:	Si se requiere guía metálica.
Pregunta 3:	Partida 167.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE QUE CONTIENE UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE SILICÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. CALIBRE 6 FR PIEZA.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 4:	Partida 288.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 9FR X 30CMS.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 5:	Partida 292.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE SE REQUIERE GUÍA METÁLICA PARA EL CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.
Respuesta:	Si se requiere guía metálica.



Pregunta 6:	Partida 299.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME CONFIRME LA DESCRIPCION DE EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 7 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. EQUIPO.
Respuesta:	No se acepta su solicitud, favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 7:	Partida 300 Clave 603452152.- EQUIPO PARA BLOQUEO MIXTO (EPIDURAL-SUBDURAL) BÁSICO, ESTÉRIL, DESECHABLE. CONTIENE: A) AGUJA TIPO TOUHY CALIBRE 16 Ó 17 G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL, PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. B) CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, ESTÉRIL, DESECHABLE, CALIBRE 18 Ó 19 G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, (HASTA 20 CM CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. C) SUJETADOR PARA CATÉTER, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNIÓN ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL CALIBRE DE LA AGUJA TOHUY QUE SE ESTARÁ REQUIRIENDO 16 ó 17 G.
Respuesta:	La medida ideal para la atención adecuada de los pacientes es de 18 G.

LICITANTE: SOLO PRODUCTOS MÉDICOS DESECHABLES, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

Pregunta 1: NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.8

Dice - El licitante deberá presentar dentro del periodo del 11 al 17 de Agosto de 2016 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse en el



	Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Solicitamos a la convocante nos permita entregar cuando menos el 70% de las muestras por familia, identificando los renglones a los que pertenece con etiquetas individuales sobre el mismo empaque de la muestra, se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, y se modifica el porcentaje requerido de muestras, debiendo entregar el 90% de muestras por familia.
Pregunta 2:	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.9 Dice - El licitante deberá presentar copia simple completa (anverso y reverso) y legible del registro sanitario del 70% de los Materiales de Curación incluidos en el anexo 1A en el cual se mencione el nombre del fabricante y la descripción técnica, referenciando el número de renglón y clave. Deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios a la firma del contrato. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar copias simples completas (anverso y reverso) y legibles del 70% de los registros sanitarios, solicitamos sea por familia, identificando los renglones a los que pertenece, respetando la carta compromiso de que si resultamos adjudicados cumpliremos con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios. Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.9 de la Convocatoria.
Pregunta 3:	NUMERAL 3, INCISO B, PUNTO II, PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Donde menciona, que las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León. Solicitamos nos confirme si es correcto el nombre del Director Administrativo C.P. Aarón Serrato Araoz?
Respuesta:	Si es correcto.
Pregunta 4:	NUMERAL 3, INCISO C, PUNTO 17 Dice - Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.



	Solicito a la convocante que para dar cumplimiento a lo solicitado en el inciso C). Manual de Calidad certificado por organismo autorizado, nos permita presentar en su sustitución el certificado ISO 9001-2008 para dar cumplimiento a lo solicitado. Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 5:	NUMERAL 3, INCISO B, PUNTO II, PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Dice.- Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en la parte final o última hoja de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas. -Solicitamos a la convocante omitir la firma autógrafa del representante legal de la compañía en los registros sanitarios, el resto de los documentos deberán estar debidamente firmados por el representante legal. Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si, se acepta su solicitud.

Handwritten signature and initials in blue ink.

LICITANTE: SOLO PRODUCTOS MÉDICOS DESECHABLES, S.A. DE C.V.						
DUDAS TÉCNICAS:						
Pregunta 1:	Solicito a la convocante elimine los siguientes debido a que ya no se comercializan. Se acepta?					
	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	370	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	1
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.					

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Pregunta 2:	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Biberones de plástico en las presentaciones de 120ml y 240ml, que cumpla con las mismas características, Se acepta nuestra solicitud?																		
	<table border="1"><thead><tr><th>REGLON</th><th>CLAVE</th><th>DESCRIPCION</th><th>UM</th><th>PRESENTACION</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>76</td><td>601180052</td><td>BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 120 ML.</td><td>PIEZA</td><td>C/1</td><td>83</td></tr><tr><td>77</td><td>601180102</td><td>BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 240 ML.</td><td>PIEZA</td><td>C/1</td><td>162</td></tr></tbody></table>	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	76	601180052	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 120 ML.	PIEZA	C/1	83	77	601180102	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 240 ML.	PIEZA	C/1	162
REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD														
76	601180052	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 120 ML.	PIEZA	C/1	83														
77	601180102	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 240 ML.	PIEZA	C/1	162														
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.																		

X

HB

PD

Guerrero

2

HB



Pregunta 4:	Solicitamos a la convocante nos proporcione más información sobre el siguiente renglón					
	75	601100067	BALÓN	PIEZA	C/1	2
Respuesta:	Balón posparto bakri.					

Una vez contestadas las preguntas administrativas y técnicas formuladas por el Licitante, **Solo Productos Médicos Desechables, S.A. de C.V.**, se le informa que como es de su conocimiento, ante notificación que le fue practicada a su representante legal el C. Alfonso del Bosque Bonilla, el día 21 (veintiuno) de junio del año 2016 (dos mil dieciséis), en virtud de Resolución Administrativa pronunciada por la Dirección General de este Organismo en fecha 16 (dieciséis) de junio del año 2016 (dos mil dieciséis), se decretó la rescisión de los contratos números ADC20160014-1 y ADC20160015-1, celebrados con el citado Licitante, derivados de la Licitación Pública Internacional número LP-919044992-I2-2016, referente a la adquisición de Material de Curación para Diversas Unidades, atendiendo a lo anterior, en caso de ser interés de la empresa **Solo Productos Médicos Desechables, S.A. de C.V.**, presentar propuestas dentro del presente Proceso de Licitación, deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 37 fracción III de la Ley, que al efecto prescribe:

"Artículo 37. Impedimentos para contratar.
Las unidades convocantes se abstendrán de recibir propuestas y adjudicar contrato alguno con las personas siguientes:
III.- Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, entidad o unidad administrativa convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión."

..... G E N E R A L E S

Se informa a todos los participantes que se elimina del anexo 1A de la presente licitación los siguientes renglones: 321, 332, 333, 492, 493, 602, 606, 607, 608, 609 y 612, por no ser de origen de los países con los que México tiene tratados o tienen solo una distribución.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, a lo que acto seguido no se formularon preguntas adicionales.

Finalmente se reitera que el Actos de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 18 de agosto del 2016 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, sito en el tercer piso del inmueble ubicado en Matamoros No. 520, Zona Centro en Monterrey, N.L. C.P. 64000, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 16:56 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I28-2016
PÁGINA 47 de 50



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ROSA MARÍA MONTES SALAS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES	DR. NOÉ ENRIQUE PÉREZ ANGUIANO	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	C. VIRIDIANA YAZMÍN TORRES CUEVAS	





REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	LIC. BLANCA ELIZABETH TANGUMA MONTALVO	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA"	LIC. ELENA ORIBE BELTRÁN	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA"	DR. GERARDO GIL GALINDO	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ	
COORDINADOR DE LICITACIONES	LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANIS	



REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	
---	--	---

PROVEEDORES		
	NOMBRE	FIRMA
ARTIMEDICA, S. A. DE C. V.	C. NANCY GUILLERMINA VALDÉS LARA	
COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ TEODORO ALCALÁ	
HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.	C. RAUL SALVADOR DIAZ LUGO	
SOLO PRODUCTOS MÉDICOS DESECHABLES, S.A. DE C.V.	C. ALFONSO DEL BOSQUE BONILLA	



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

LISTA DE ASISTENCIA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

10 de agosto de 2016

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES PRESENCIAL
LP-919044992-I28-2016

"MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES"

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
NOMBRE	PERSONA QUE ASISTE AL EVENTO	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ		
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS		
MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
NOMBRE	PERSONA QUE ASISTE AL EVENTO	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL C.P. ROSA MARÍA MONTES SALAS		
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA) LIC. BLANCA ELIZABETH TANGUMA		
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA) C. VIRIDIANA YAZMÍN TORRES CUEVAS		
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA) LIC. ELENA ORIBE BELTRÁN		
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA) DR. GERARDO GIL GALINDO		
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DR. NOÉ ENRIQUE PÉREZ ANGUIANO		
INVITADOS PERMANENTES		
NOMBRE	PERSONA QUE ASISTE AL EVENTO	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ		
COORDINADOR DE LICITACIONES LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANIS		
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ		