



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
 PRESENCIAL No. LP-919044992-14-2015**

“MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 22 de Diciembre del 2015, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Matamoros No. 520 Oriente, tercer piso, Centro de esta Ciudad, los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-14-2015 referente a la Adquisición de “Material de Curación para Diversas Unidades”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley; así como lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás Miembros del Comité, siendo estos los siguientes, **Miembros del Comité con Voz y Voto:** El *Lic. Rafael Soto Briones*, Representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León; el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, Representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembro del comité con Voz:** La *C.P. Rosa María Montes Salas*, Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; como Representante del Área Usuaría de este Organismo, el *Dr. Victor Manuel Santana Enriquez*, representante del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepulveda”; **Invitados Permanentes:** Todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *C.P. Santiago Rodríguez Sandoval*, Jefa del Departamento de Adquisiciones; el *Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanis*, Coordinador de Licitaciones y la *Lic. Nancy Natale de León Rodríguez*, en representación del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

En uso de la palabra el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: **Solo Productos Médicos Desechables, S. A. de C. V.**, representada por el C. Alfonso del Bosque Bonilla; **Artimedica, S. A. de C. V.**, representada por el C. Mario Alonso García Ramón; **Hisa Farmacéutica, S. A. de C. V.**, representada por el C. Eduardo Peña Hernández; **ILS, Integradora Logística en Salud, S. A. de C. V.**, representada por el C. Esteban José Madero Rodríguez y **Comercializadora Medica Alvasan, S. A. de C. V.**, representada por el C. Jose Teodoro Alcalá.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, S. A. DE C. V.								
DUDAS ADMINISTRATIVAS:								
PREGUNTA 1	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.8 Solicitamos a la convocante nos confirme si el formato de entrega de muestras será Libre ya que no mencionan en que formato se presentaran.							
RESPUESTA:	El formato de Acuse de Muestras será el siguiente, mismo que incluirá los siguientes conceptos:							
	Partida	Renglón	Clave	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Marca	Cantidad Entregada
PREGUNTA 2	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.8 Solicitamos a la convocante en relación a las muestras solicitadas acepte la presentación de al menos el 70% de las muestras de material de curación solicitadas en el anexo 1-A debido a que algunos de los fabricantes de los materiales de curación han cerrado por temporada, siendo como requisito el comprobante de recepción de muestras para presentar en propuesta técnica.							
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud se podrán entregar muestras por familia identificando en la etiqueta los renglones a que corresponda.							
PREGUNTA 3	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.9 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar copia simple completa (anverso y reverso) y legible del registro sanitario por familia referenciando el número de renglón y clave impreso, entregando el 30% restante a la firma del contrato.							
RESPUESTA:	No se acepta, deberá entregar el registro sanitario del 100% de los productos ofertados.							
PREGUNTA 4	NUMERAL 3 INCISO C, PUNTO 21 Solicito a la convocante nos confirme si el Anexo 6 que se refiere al Recibo de proposiciones se incluye dentro del sobre de la propuesta técnica como lo menciona en el numeral 3 -FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO, inciso C -EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER, punto 21, o fuera del los sobres técnico y económico como lo menciona en la parte posterior del anexo 6?							

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials and marks



	ANEXO 6						
	RECIBO DE PROPOSICIONES						
	PROVEEDOR:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Proposiciones Técnicas</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Proposiciones Económicas</td> </tr> <tr> <td>Total de propuestas</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table>		Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas	Total de propuestas	()	()
	Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas					
Total de propuestas	()	()					
	Dice contener en cada sobre las proposiciones técnicas y económicas.						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">NOMBRE</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">FIRMA</td> <td style="text-align: center; font-size: x-small;">FECHA</td> </tr> </table>				NOMBRE	FIRMA	FECHA
NOMBRE	FIRMA	FECHA					
	*Fuera de los Sobres Técnico y Económico						
RESPUESTA:	El anexo No. 6, de la Convocatoria es necesario que se presente fuera de los sobres.						
PREGUNTA 5	<p>NUMERAL 3, INCISCO C, PUNTO 18</p> <p>Solicito a la convocante para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 18.- inciso C). Manual de Calidad certificado por organismo autorizado, nos permita presentar en su sustitución el certificado ISO 9001-2008 para dar cumplimiento a lo solicitado. Se acepta nuestra solicitud?</p>						
RESPUESTA:	Si se acepta siempre que dicho manual se contenga en el certificado mencionado						

A
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

LICITANTE: SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, S.A. DE C.V.						
DUDAS TÉCNICAS:						
PREGUNTA 1	Solicito a la convocante nos permita ofertar presentación de 120gr. Marca Tersso. Se acepta?					
	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	20	600660054	JABON NEUTRO, ADICIONADO CON GLICERINA PASTILLA DE 100 G.	ENVASE	C/1	1690
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar a los demás concursantes el proponer lo solicitado en las bases					
PREGUNTA 2	Solicito a la convocante elimine los siguientes debido a que ya no se comercializan. Se acepta?					
	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

S

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z



	351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	112
	357	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud, se eliminan los renglones 351 y 357, del anexo No. 1-A.					
PREGUNTA 3	Se solicita a la convocante que nos sea permitido ofertar en el renglón número 27 que menciona como presentación c/6, nos permita ofertar en presentación c/12. Se acepta nuestra solicitud?					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	27	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS,ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6	1176
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.					
PREGUNTA 4	Solicito a la convocante elimine los siguientes debido a que ya no se comercializan. Se acepta?					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	208	601689425	SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. MODELO: KEHR. CALIBRE 14 FR.	PIEZA	C/1	47
	209	601689433	SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. MODELO: KEHR. CALIBRE 16 FR.	PIEZA	C/1	76
	210	601689441	SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. MODELO: KEHR. CALIBRE 18 FR.	PIEZA	C/1	73
RESPUESTA:	No se acepta, porque si existen en el mercado mexicano					
PREGUNTA 5	Solicite a la convocante atentamente elimine este renglón, contemplando que ya incluye el renglón 486 VASO PARA MEDICAMENTOS, DE PLASTICO, CAPACIDAD 30 ML (1 ONZA), en presentación de plástico. Se acepta?					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	485	609460019	VASO PARA MEDICAMENTOS DE VIDRIO, CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA)	PIEZA	C/1	38
RESPUESTA:	No se acepta, las claves referenciadas cuentan con descripciones diferentes					
PREGUNTA 6	Solicitamos a la convocante mas información sobre la descripción de este renglón y de ser posible eliminarlo. Se acepta?					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	502	609531603	VENDA DE GASA, ANCHO 10 CMS.	PIEZA	C/1	2
RESPUESTA:	No se elimina, y la descripción es correcta como se referencia en las bases.					
PREGUNTA 7	Solicitamos a la convocante nos brinde más información sobre este renglón, a su vez revisar si esta correcta la unidad de medida (UM) "caja" presentación c/1, si es estéril o no estéril, Favor de confirmar.					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD



	589	5044560002	GUANTES DE LATEX	CAJA	C/1	4997
RESPUESTA:	Se acepta la eliminación del renglón 589.					
PREGUNTA 8	Solicitamos amablemente a la convocante elimine las siguientes partidas debido a que son de alta especialidad. Favor de confirmar.					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1	2
	399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. -TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1	2
RESPUESTA:	Si se acepta, su solicitud de eliminar dichos renglones.					
PREGUNTA 9	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Biberones de plástico en las presentaciones de 120ml y 240ml, que cumpla con las mismas características, Se acepta nuestra solicitud?					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	66	601180052	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 120 ML.	PIEZA	C/1	21
	67	601180102	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 240 ML.	PIEZA	C/1	20
RESPUESTA:	No se acepta, apegarse a lo solicitado en las bases.					
PREGUNTA 10	Se solicita a la convocante nos confirme la descripción y presentación del siguiente renglón ya que menciona en descripción envase con 50pz y presentación c/50, podemos considerar en descripción c/1pz, presentación de envase c/50?					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	388	607400001	ANTIFAZ PROTECTOR DE TEJIDO AMOLDABLE E HIDROGEL ADHESIVO. TAMAÑO CHICO Y MEDIANO. ENVASE CON 50 PIEZAS.	ENVASE	C/50	8
RESPUESTA:	Se suprime de la descripción de esta clave la redacción de "envase con 50 piezas". Aclarando que la presentación es en envase con 50 piezas y la cantidad solicitada son 8 cajas con 50 piezas.					
PREGUNTA 11	Solicito a la convocante nos proporcione más información sobre la descripción de los siguientes Renglones. Favor de confirmar individualmente cada renglón.					
	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD

88

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



304	604460014	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: CHICO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	3
305	604460022	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO MEDIANO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	2
306	604460030	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: GRANDE	JUEGO O ESTUCHE	C/15	2

RESPUESTA: La descripción corresponde a lo que se requiere y está completa, ante la falta de claridad de su pregunta, las tres claves se mantienen como esta en las bases.

PREGUNTA 12 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita aplicar las siguientes descripciones para las siguientes partidas garantizando el mismo funcionamiento de las mismas. Se acepta?

RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION
116	601661549	CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.	EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 6 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 6FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM	Cambio de clave para <u>entregar charola completa</u>
117	601661564	CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR.	EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 7 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 7FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM	Cambio de clave para <u>entregar charola completa</u>

RESPUESTA: Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.

PREGUNTA 13 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el renglón 269 clave 603450222 Equipo para Nefrostomia Percutánea con la siguiente descripción. Se acepta?

RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION
269	603450222	EQUIPO.PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE:- CATÉTER CÓLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 10 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD.- GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J".- DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRE 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM.- AGUJA TIPO MITTY POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE	Set de Nefrostomia con cateter 100% silicon y punta PIGTAIL 9 Fr 30 Cm. Long. con llave de dos vías, Consta de una aguja de punción de 17.5 G, una aguja de chiba 22 G, una guía de acero inoxidable .035 X 100 cm. long, 40 Cm. Long. 5	269



			LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO PARA CADA AGUJA.- TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL.	dilatadores 6,8,10,12 y 14 Fr, bolsa de drenado y un disco de fijación.	
--	--	--	--	--	--

RESPUESTA: No se acepta, debido a que lo solicitado en las bases es lo requerido en las unidades aplicativas, por lo que se deberán apegar a las bases.

PREGUNTA 14 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita aplicar las siguientes descripciones para las siguientes partidas garantizando el mismo funcionamiento de las mismas. Se acepta?

RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM
375	606030011	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE HIDROGEL BIO-ABSORBIBLE A BASE DE ACIDO HIALURONICO, CARBOXYMETIL CELULOSA Y POLIETILENGLICOL. CON FIBRAS DE ACIDO POLIGLICOLICO PARRA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. <u>MEDIDA 30 X 35 CM. PIEZA.</u>
376	606030012	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA.	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE HIDROGEL BIO-ABSORBIBLE A BASE DE ACIDO HIALURONICO, CARBOXYMETIL CELULOSA Y POLIETILENGLICOL. CON FIBRAS DE ACIDO POLIGLICOLICO PARRA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. <u>MEDIDA 20 X 25 CM. PIEZA.</u>
378	606030014	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE A BASE DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 CON PESO DE 28 G/M2 Y PORO DE 3 MM. MEDIDA 6 X 11 CM. PIEZA.	MALLA DE MONOFILAMENTE DE POLIPROPILENO LIGERO DE BAJO PERFIL, 15 A 15 CM
379	606030016	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE A BASE DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 CON PESO DE 28 G/M2 Y PORO DE 3 MM. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE HIDROGEL BIO-ABSORBIBLE A BASE DE ACIDO HIALURONICO, CARBOXYMETIL CELULOSA Y POLIETILENGLICOL. CON FIBRAS DE ACIDO POLIGLICOLICO PARRA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. <u>MEDIDA 30 X 35 CM. PIEZA.</u>

RESPUESTA: Se aceptan las modificaciones a los renglones 375, 376 y 379 sin limitar se proponga lo solicitado en

88

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



	las bases a los demás concursantes, no se acepta la modificación propuesta al renglón 378.				
PREGUNTA 15	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar el renglón 377 con las siguientes medidas. Se acepta?				
	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	
	377	606030013	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM. X 25 A 35 CM.	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35.5 CM	
RESPUESTA:	No se acepta, ya que no se proporcionan las medidas necesarias para complementar la descripción, además de que se requiere dicho material en las unidades aplicativas.				
PREGUNTA 16	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el renglón 554 con la descripción. Se acepta?				
	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION
	554	5041650824	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE LARGA PERMANENCIA DE SILICÓN, DE 4FR X 65CM DE LONGITUD DE UN LUMEN CON INTRODUCOR O FUNDA DESPRENDIBLE, DE SEGURIDAD QUE EVITA PUNCIONES ACCIDENTALES QUE PERMITE SER RETIRADO FÁCILMENTE. CATÉTER RADIOPACO CON MARCAS CADA CENTÍMETRO, ESTILETE HIDROFÍLICO. INCLUYE KIT COMPLETO DE COLOCACIÓN QUE CONTIENE: 1 CATÉTER PICC DE SILICÓN, 1 ESTILETE HIDROFÍLICO, 1 SET DE EXTENSIÓN CON PUERTOT, 1 INTRODUCOR DE SEGURIDAD INTROSYTE, 2 MÁSCARAS, 1 CINTA MÉTRICA, 2 CAMPOS, 3 HISOPOS PREIMPREGNADOS CON ALCOHOL, 1 TOALLITA CON SOLUCIÓN NORMAL SALINA, 1 TORNQUETE, 4 GASAS 4 IN. X 4 IN., 2 GASAS 2 IN. X 2 IN., 2 JERINGAS DE 10 CC, 1 ADAPTADOR PARA VIAL, 1 VÁLVULA DE ACCESO IV, 1 TIJERAS, 1 PINZA DISECCIÓN, 4 CINTAS	<i>Cateter Central de Insercion Periferica, de larga permanencia de poliuretano de 6fr x 55cms de longitud de 2 y 3 lumen. Kit contiene End Caps uno por lumen, cinta métrica de 25", dispositivo estabilizador para catéter, una toallita protectora para la piel, una Jeringa de 12ml, Micro introductor de 6fr con dilatador 0.5MM DI, guía de Nitinol flexible con punta recta de 0.46mm por 50 cms de longitud, un catéter periférico de seguridad 20g X 45mm, micro introductor EZ de 6fr con dilatador 0.5mm DI, Aguja para punción de 21G x 7cm, un Bisturí. Compatible con ultasonido para accesos vasculares.</i>	<u>Cambio de descripcion, solicitado por clinica de cateteres cod. 8276118/8386118 marca Bard</u>

88

Handwritten signatures and marks on the right margin of the page.



			ACOLCHONADAS PARA FIJACIÓN, 1 CINTA PARA FIJACIÓN, 1 HISOPO CON PROTECTOR PARA PIEL Y 1 APÓSITO TRANSPARENTE		
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere el calibre referido dicho material en las unidades aplicativas.				
PREGUNTA 17	Se le solicita a la convocante agregar las siguientes partidas debido a que en la clave 5041650824 son requeridas. Se acepta?				
	DESCRIPCION		OBSERVACION		
	Set de guias de agujas, con gel conductivo, 2 bandas elásticas, bolsa de polietileno de 6 x 48" (15 cm x 122 cm)		Se utiliza una por cada catéter clave 5041650824 (agregar partida)		
	Equipo ultrasonido para acceso vascular SITE RITE 5		Necesario para colocar catéteres partida 5041650824		
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud				
PREGUNTA 18	En el renglón 58 clave 600880835 menciona aposito con barrera antimicrobiana estéril y desechable. 40 cm x 20 cm a 40 cm. envase c/6, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "apósito con barrera antimicrobiana estéril y desechable medida 20x30 cm presentación caja con 5 piezas." ¿Se acepta?				
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere de la medida referida en las unidades aplicativas.				
PREGUNTA 19	En renglón 63 clave: 600880892 menciona apósito hidrocélular de poliuretano en forma de sacro, con estructura trilaminar compuesto por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocélular central altamente absorbente y liberadora de presión, y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo o para el tratamiento de heridas, estéril y desechable medida 22 x22 cms. envase c/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar apósito hidrocélular de poliuretano en forma de sacro medida 20 x 16.9 cms. Se acepta?				
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere de la medida referida en dicho material de las unidades aplicativas.				
PREGUNTA 20	En renglón 64 clave 600880900 menciona apósito hidrocélular de poliuretano en forma de talón con estructura trilaminar compuesta con estructura trilaminar compuesto por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocélular central altamente absorbente y liberadora de presión, y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo o para el tratamiento de heridas, estéril y desechable medidas 10.5 x 13.5 cms. envase c/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "apósito hidrocélular para manejo de exudado para talón con adhesivo medida 19.8x14 cms." ¿Se acepta?				
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.				
PREGUNTA 21	En renglón 513 clave 609533302 menciona vendaje fabricado con un tejido abierto de algodón impregnado de un pasta que contiene 10% de óxido de zinc para el tratamiento de las úlceras				



	venosas, en pierna con índice tobillo brazo (itb) > 0.8 mmhg, provee una compresión media a la pierna de entre 15 y 25 mmhg. Medidas: 7.5 cms. x 6 mts. Pieza c/1. solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar venda elástica compuesta 70% de poliéster y 30% de algodón, impregnada con pasta no solidificable de oxido de zinc, acacia, glicerina, aceite de resina y vaselina. medida 3x10 (9 mts x 7.6 cms). Se acepta?
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere la descripción referida dicho material en las unidades aplicativas.
PREGUNTA 22	En renglón 624 clave 5049500383 menciona aposito hidropolimerico 18 cm x 18 cm c/5 piezas. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar medida 20x30. Se acepta?
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.
PREGUNTA 23	En renglón 56 clave 600880793 menciona apositos de hidropolímero, para tratamiento de heridas. 10 a 11 cm x 11 a 16 cm. pieza. Envase c/1. Solicitamos amablemente a la convocante a la convocante poder ofertar medida 10x10. Se acepta?
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.

LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1	En el renglón 18 del inciso C del número 3 solicitan Manual de Procedimientos. A) Manual de Organización de la Empresa. B) Manual de Procedimientos de la empresa. C) Manual de Calidad certificado por organismo autorizado. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar un escrito bajo protesta de decir verdad donde manifestamos que la empresa que represento está en proceso de certificación de calidad y nos comprometemos a entregar los manuales certificados solicitados en cuanto nos sea otorgada la certificación o entregar los manuales que se encuentran en proceso de certificación, ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA:	Se acepta que el licitante presente los manuales que se encuentran en proceso de certificación
PREGUNTA 2	En el numeral 1.1.8 solicitan "El licitante deberá presentar cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas, en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas". Solicitamos amablemente a la comprobante se nos permita entregar muestras por familia, identificadas en la etiqueta los renglones que correspondan., ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud se podrán entregar muestras por familia identificando en la etiqueta los renglones a que corresponda.

88

[Handwritten signatures and initials]



PREGUNTA 3	<p>En el numeral 1.1.9 solicitan El licitante deberá presentar copia simple completa (anverso y reverso) y legible del registro sanitario del 70% de los Materiales de Curación incluidos en el anexo 1A y 1B en el cual se mencione el nombre del fabricante y la descripción técnica del bien ofertado, referenciando el número de renglón y clave. Deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios,</p> <p>Solicitamos amablemente a la comprobante se nos permita entregar registros sanitarios por familia, identificando los renglones que correspondan, así como entregar los registros en medios electrónicos y no impresos, ya que representan un alto volumen de papel impreso ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
RESPUESTA:	<p>Se acepta que se presente el 70% de los registros sanitarios por familia en papel, y además deberá presentar en un USB u otro medio electrónico el total de los registros sanitarios que demuestren el 70%</p>

LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA 1 Respecto a los renglones 366 y 390, Solicitamos amablemente a la convocante sean eliminados de la presente licitación ya que corresponden a material para cirugías de osteosíntesis

renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION
374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1
399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. -TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. -TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1

¿Se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud.

PREGUNTA 2 Solicitamos amablemente a la convocante se eliminen los siguientes renglones de la presente licitación, debido a que no se encuentran disponibles en el mercado:

renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION
351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1
352	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1

¿Se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud.

PREGUNTA 3 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar aplicador frepp con 1.6 ml para los siguientes renglones:

renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION
538	5040661061	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARANJA. CONTIENE: 3 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE. APLICADOR FREPP CON 1.5ML S/TINTE LINEA VASCULAR APLICADOR SEPP CON	PIEZA	C/1



		0.67ML S/TINTE LINEA VASCULAR		
539	5040661062	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARANJA. CONTIENE: 3 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE APLICADOR FREPP CON 1.5ML S/TINTE LINEA VASCULAR	PIEZA	C/1

¿Se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.

PREGUNTA 4 Solicitamos amablemente a la convocante, se incluya tinta rosa, de acuerdo a la descripción del cuadro básico del siguiente renglón de acuerdo a lo siguiente:

renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION
38	600661060	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA. . CONTIENE: 26 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE	PIEZA	C/1

RESPUESTA: Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.

LICITANTE: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1 ¿La entrega de las partidas es en una sola exhibición o en con entregas parciales?

RESPUESTA: La presente licitación cuenta con solo 1 partida, misma que se surtirá mediante entregas parciales según las necesidades de las unidades aplicativas mediante Órdenes de Envío.

LICITANTE: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA 1 Solicitamos amablemente nos permita ofertar únicamente las partidas 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 del ANEXO A1; en razón de que son insumos para equipo médico, siendo ofertadas en Kit y no por partida individual, considerando que este Kit cuenta con representación exclusiva en México por mi representada y por ningún motivo se puede vender por separado o a intermediarios. ¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta su solicitud y se informa a los licitantes e interesados que se eliminan para esta licitación los renglones 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1 **1.1 OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación**
 1.1.2 El licitante deberá incluir en su oferta económica el costo global del paquete incluido en el anexo 1, considerando las descripciones y cantidades de cada uno de los renglones que integran la partida, los cuales se mencionan en el anexo 1ª

Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo no. 3 se aplicara el precio unitarios antes de iva del partida no. 1(costo global como paquete)

ANEXO 3

Formato de Oferta Económica

Partida	Cantidad Cotizada	Precio Unitario antes de
---------	-------------------	--------------------------



		IVA
1 (PAQUETE)	1	\$1,000,000.00
Subtotal antes de I.V.A.	I.V.A.	Total incluyendo I.V.A.
\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 1,160,000.00

¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION

RESPUESTA Si es correcta su apreciación.

PREGUNTA 2 1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación

1.1.4. Las compañías participantes deberán incluir en su sobre de propuestas técnicas, copias de registros sanitarios, legibles y por ambos lados de cuando menos 70% de los insumos ofertados y deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante a la firma del contrato.

Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar registros sanitarios por familia ,identificando los renglones que corresponda ,así como entregar los registros sanitarios en medio electrónicos y no impresos ,ya que representa un alto volumen de papel impreso

¿ se acepta nuestra solicitud

RESPUESTA Se acepta que se presente el 70% de los registros sanitarios por familia en papel, y además deberá presentar en un USB u otro medio electrónico el total de los registros sanitarios que demuestren el 70% y el licitante que resulte adjudicado deberá entregar el 30% restante en medio electrónico a la fecha de la firma del contrato.

PREGUNTA 3 1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación

1.1.8 El licitante deberá presentar el día 23 de Diciembre de 2015 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas, en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar muestras por familia identificadas en la etiqueta los renglones a que corresponden

¿ se acepta nuestra solicitud

88

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



REPUESTA	Si se acepta su solicitud se podrán entregar muestras por familia identificando en la etiqueta los renglones a que corresponda.
PREGUNTA 4	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO</p> <p>II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas.</p> <p><u>Favor de confirmar que todos los anexos y escritos deberán estar dirigidos de la siguiente manera como mínimo redacción :</u></p> <p>SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESENTE.</p>
RESPUESTA	Es correcta su apreciación
PREGUNTA 5	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO</p> <p>B.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:</p> <p>II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas.</p> <p>SOLICITAMOS AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE TODOS LOS ANEXO Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERAD , PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICAS SON LOS QUE REQUIEREN FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LAGEL DE LA COMPAÑÍA</p> <p>EL RESTO DE LA PAPELERIA NO ES REQUISITO QUE CONTENGA LA FIRMA DE REP LEGAL DE LA COMPAÑÍA (ALGUNOS DE ELLOS : REGISTROS SANITARIOS , MANUALES DE CALIDAD, CARTAS DE HOSPITALES, CARTA DE FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS , CERTIFICADOS DE FUMIGACION, PAGO DE TENENCIAS , CERTIFICADOS ORIGINALES DE CALIDAD)</p>
RESPUESTA	Se acepta que solamente los manuales de calidad y los registros sanitarios no requerirán firma autógrafa del representante legal de la compañía, todos los demás documentos deberán estar debidamente firmados por la compañía.
PREGUNTA 6	<p>C .EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>5. Certificado o escrito bajo protesta de decir verdad de que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o Normas Internacionales aplicables y en el que manifieste que los servicios que oferte cumplen con la legislación sanitaria vigente, para las partidas y renglones que aplica, y con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, con las</p>



	<p>Normas Internacionales.</p> <p>SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SI CONTAMOS CON CERTIFICADO ISO 9001:2008 , CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO PRESENTANDO DICHO CERTIFICADO (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE)</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Si se acepta su solicitud
PREGUNTA 7	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>9.-Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ACEPTAR PRESENTAR 70% CARTAS EN ORIGINAL Y EL RESTO EN COPIA YA QUE POR LAS TEMPORADA DE FIN DE AÑO Y AL CONTAR CON UN SOLO DIA HABIL DE DIFERENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACION DE PROPUESTAS , LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES Y DISTROBUIDORES MAYORISTAS ESTAN EN LA CD DE MEXICO Y NO PROPORSIONARAN LA CARTA ASTA DESPUES DE LA PRESENTACION DE JUNTA DE ACLARACIONES PROGRAMDA A 13: 00 PM PARA APLICAR TODOS LOS CAMBIO DE DICHA JUNTA , Y ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE ENTREGAR ORIGINALES RESTANTES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Se aceptará presentar el 100% de las cartas de apoyo en copia fotostática, reservándose la Convocante verificar en cualquier momento la autenticidad de las mismas
PREGUNTA 8	<p>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>11 .- Se presentarán 3 cartas selladas y firmadas por 3 diferentes Administradores de las Unidades locales de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción) y deberán ser en original y 3 Unidades foráneas (fuera del área metropolitana de la ciudad de Monterrey) de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción), mediante la cual especifique que ha prestado un buen servicio en el abasto de Materiales de curación.</p> <p>SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR SI LAS CARTAS FORANEAS FIRMADAS Y SELLADAS POR EL ADMINISTRADOR DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y JURISDICCIONES SON COPIAS SIMPLES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Se aclara a los licitantes interesados en la presente licitación que se elimina el requisito identificado con el número 11 del inciso C del punto 3 de las Bases y por lo que respecta al número 12 del mismo inciso y punto se modifica para quedar de la siguiente manera "Los licitantes que quieran participar en el presente concurso deberán presentar como mínimo 2 cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado un buen servicio ante otros clientes, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento"
PREGUNTA 9	<p>C.-EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>18.- Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.</p>

88

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE CON LA PRESENTACION DE COPIAS SIMPLE DE DICHS MANUALES ; CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Si se aceptaran copias simples, siempre que estén firmados por el Representante Legal
PREGUNTA 10	<p>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>19.- Cd o USB que contenga el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD SON LOS ANEXOS Y PROPUESTA TECNICAS Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	No es correcto, deberá presentar el total de su propuesta técnica en CD o USB
PREGUNTA 11	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>28. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el <i>Artículo 33 Bis</i> del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2015 publicada en el DOF el 30 de Diciembre de 2014, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS COPROBANTES DE PAGO A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD PODREMOS PRESENTAR COPIA SIMPLES DE DICHS PAGOS</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Si, se acepta su solicitud, reservándose la Convocante el derecho de verificar en cualquier momento la autenticidad de dichos documentos
PREGUNTA 12	<p style="text-align: center;">ANEXO 15</p> <p style="text-align: center;">MODELO DE CONTRATO</p> <p>QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.-</p> <p>Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PUEDA CONFIRMAR QUE LOS INSUMOS LICITADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</p>
RESPUESTA	Se corrige dicho punto, debiendo quedar de la siguiente manera "Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de insumos del sector salud"

88

Handwritten signatures and initials on the right margin.



PREGUNTA 13		ANEXO 15
		MODELO DE CONTRATO
	QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.- Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud DE SER AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR PODREMOS CONSIDERAR QUE SE PUEDE COTIZAR MATERIAL DE CURACION QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCION DE LA CLAVE DE CUADRO BASICO Y QUE CUENTE CON RESGITRO SANITARIO PARA SU VENTA Y COMERCIALIZACION EN TERRITORIO NACIONAL EN VIAS DE OFERAT AL MEJOR PRECIO POSIBLE ¿ se acepta nuestra solicitud	
RESPUESTA	No se acepta su solicitud. Se corrigió el punto señalado en la pregunta anterior	
PREGUNTA 14	Solicitamos atentamente a la convocante permita ofertar bienes fabricados bajo los más altos estándares de calidad, como las normas de calidad a nivel internacional que provengan de países que no cuentan con Tratado de Libre comercio Vigente con México, y así mismo para demostrar la calidad de los productos presentar certificados internacionales de calidad, como ISO385. ¿ se acepta nuestra solicitud	
RESPUESTA	No se acepta su solicitud	

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.																	
DUDAS TÉCNICAS:																	
PREGUNTA 1	SOLICITAMOAS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE DESCRIPCION YA QUE ESTE RENGLON NO. 43 NO SE APEGA A LA DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE : DICE : <table border="1" data-bbox="267 1323 1218 1417"> <tr> <td>43</td> <td>600880108</td> <td>APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM.</td> <td>ENVASE</td> <td>C/150</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ENVASE CON 150 PIEZAS</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> DEBE DICER: <table border="1" data-bbox="267 1512 1218 1575"> <tr> <td>060</td> <td>088</td> <td>0108</td> <td>APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.</td> <td>ENV</td> <td>150.00</td> </tr> </table> ¿ se acepta nuestra solicitud	43	600880108	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM.	ENVASE	C/150			ENVASE CON 150 PIEZAS			060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	150.00
43	600880108	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM.	ENVASE	C/150													
		ENVASE CON 150 PIEZAS															
060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	150.00												
RESPUESTA	La descripción se mantiene como esta descrita ya que la clave corresponde al sistema copa de los SSNL.																
PREGUNTA 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LAS SIGUIENTES RENGLONES 351 Y 357 DE LA PRESENTE LICITACION , DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN MERCADO ¿ se acepta nuestra solicitud																

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with a signature inside.



351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	112
357	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11

RESPUESTA Se acepta su solicitud.

PREGUNTA 3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEAN ELIMINADAS DE LA PRESENTE LICITACION LAS RENGLON 374 Y 399 LAS CUALES CORRESPONDEN A MATERIAL PARA CIRUGIAS OSTEOSINTESIS

¿ se acepta nuestra solicitud

399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA
374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA

RESPUESTA Se acepta su solicitud.

PREGUNTA 4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE LA RENGLON NO. 27 NO SE APEGA A LA PRESENTACION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUENTE :

¿ se acepta nuestra solicitud

DICE:

27	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS,ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6
----	-----------	--	--------	-----

88



Handwritten signatures and initials on the right margin.



	<p>DEBE DECIR:</p> <table border="1" data-bbox="329 310 1203 520"> <tr> <td data-bbox="329 310 509 520">600660872</td> <td data-bbox="509 310 1011 520"> DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS. </td> <td data-bbox="1011 310 1133 520">ENV</td> <td data-bbox="1133 310 1203 520">12</td> </tr> </table>	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.	ENV	12
600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.	ENV	12		
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.				
PREGUNTA 5	<p>REGLON 592 CLAVE 5044700092</p> <table border="1" data-bbox="269 590 1177 709"> <tr> <td data-bbox="269 590 386 709">592</td> <td data-bbox="386 590 518 709">5044700092</td> <td data-bbox="518 590 1177 709"> ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. </td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:</p> <p>UN KIT QUE CONTIENE:5 APOSITOS DE APOSITO ADHERENTE DE GASA IMPREGNADA CON EMULSION PARAFINADA (PARA PROTECCION DE ORGANOS, TENDONES) DE 10X10 Y 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	592	5044700092	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.	
592	5044700092	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.			
RESPUESTA	Se elimina del presente procedimiento el renglón 592, para efectos de proceder otra forma de adquisición de dicha clave				
PREGUNTA 6	<p>REGLON 626 CLAVE 5049500416 :</p> <table border="1" data-bbox="269 1520 1252 1671"> <tr> <td data-bbox="269 1520 394 1671">626</td> <td data-bbox="394 1520 529 1671">5049500416</td> <td data-bbox="529 1520 1252 1671"> APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO GRADO MÉDICO HIDROFÓBICO PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400-600 MICRAS QUE CONTIENE PLATA DE COLOR PLATEADO, OVALADO DE 25.6 CM LARGO POR 15 CM ANCHO Y 3.2 CM ESPESOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA </td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:</p>	626	5049500416	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO GRADO MÉDICO HIDROFÓBICO PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400-600 MICRAS QUE CONTIENE PLATA DE COLOR PLATEADO, OVALADO DE 25.6 CM LARGO POR 15 CM ANCHO Y 3.2 CM ESPESOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA	
626	5049500416	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO GRADO MÉDICO HIDROFÓBICO PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400-600 MICRAS QUE CONTIENE PLATA DE COLOR PLATEADO, OVALADO DE 25.6 CM LARGO POR 15 CM ANCHO Y 3.2 CM ESPESOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA			



	<p>UN KIT QUE CONTIENE:2 APOSITOS DE PLATA NANOCRISTALINA FLEXIBLE DE 10X10 Y 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>			
RESPUESTA	Se elimina del presente procedimiento el renglón 626, para efectos de proceder otra forma de adquisición de dicha clave			
PREGUNTA 7	<table border="1" data-bbox="267 808 1198 877"> <tr> <td data-bbox="267 808 391 877">16</td> <td data-bbox="391 808 514 877">600407605</td> <td data-bbox="514 808 1198 877">AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 16 CM. CM. CALIBRE 14 G.MARCA BARD</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	16	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.
16	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.		
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás licitantes.			
	<table border="1" data-bbox="267 1129 1284 1199"> <tr> <td data-bbox="267 1129 391 1199">17</td> <td data-bbox="391 1129 514 1199">600407613</td> <td data-bbox="514 1129 1284 1199">AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 10 CM. CAL. 14 G. MARCA BARD</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	17	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.
17	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.		
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases para los demás concursantes.			
PREGUNTA 8	<table border="1" data-bbox="267 1493 1159 1562"> <tr> <td data-bbox="267 1493 391 1562">123</td> <td data-bbox="391 1493 514 1562">601663370</td> <td data-bbox="514 1493 1159 1562">CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G10. ENVASE CON 5 PIEZAS. MARCA BARD</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	123	601663370	CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.
123	601663370	CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.		
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.			
PREGUNTA 9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 0.94 LTS EN RENGLON NO. 243			



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="272 285 386 667">243</td> <td data-bbox="386 285 516 667">602180085</td> <td data-bbox="516 285 1161 667"> DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS. </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">¿ se acepta nuestra solicitud?</p>	243	602180085	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.	
243	602180085	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.			
RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.				
PREGUNTA 10	<p>RENGLÓN 375 PARTIDA 606030011 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.</p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual esta diseñada para el contacto con víceras abdominales. Medida 26x36cm</p> <p>¿Se acepta?</p>				
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.				
PREGUNTA 11	<p>RENGLÓN 376 PARTIDA 606030012 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA.</p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual esta diseñada para el contacto con víceras abdominales. Medida 20x30 cm</p> <p>¿Se acepta?</p>				
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.				
PREGUNTA 12	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 4.73 LTS EN RENGLON NO. 244</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="272 1486 386 1755">244</td> <td data-bbox="386 1486 516 1755">602180093</td> <td data-bbox="516 1486 1258 1755"> CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA. </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">¿ se acepta nuestra solicitud</p>		244	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.
244	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.			



RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.		
PREGUNTA 13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 7.57 LTS EN RENGLON NO. 245		
	245	602180119	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 7.5 A 9.4 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 7.50 A 9.40 LTS.
	¿ se acepta nuestra solicitud		
RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.		
PREGUNTA 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 11.30 LTS EN RENGLON NO. 246		
	246	602180127	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 LITROS.
	¿ se acepta nuestra solicitud		
RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.		
PREGUNTA 15	292	603460015	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ÑOS PERMITA OFERTAR		
	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM		
	MARCA BOSTON SCIENTIFIC		
	¿ se acepta nuestra solicitud		
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.		
PREGUNTA 16	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 22.70 LTS EN RENGLON NO. 247		

88

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="267 283 389 577">247</td> <td data-bbox="389 283 511 577">602180135</td> <td data-bbox="511 283 1209 577">CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.</td> </tr> </table> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	247	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.	
247	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.			
RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.				
PREGUNTA 17	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="267 735 389 861">293</td> <td data-bbox="389 735 511 861">603460023</td> <td data-bbox="511 735 1209 861">ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	293	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM	
293	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM			
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.				
PREGUNTA 18	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="267 1176 389 1270">325</td> <td data-bbox="389 1176 511 1270">604631838</td> <td data-bbox="511 1176 1209 1270">CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 200 CM TIPO TRACER MARCA BOSTON SCIENTIFIC</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	325	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER	
325	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER			
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.				

LICITANTE: ILS, INTEGRADORA LOGÍSTICA EN SALUD, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 3. Se solicita amablemente a la convocante, ratificar que para dar cumplimiento a dicho punto, sólo deberemos presentar el Currículum de mi Representada en donde se manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente</p>
-------------------	---



	convocatoria, su metodología y la experiencia comprobable en ventas relacionadas a la presente Convocatoria, omitiendo la presentación de los 2 (dos) contratos celebrados con Organismos de Salud Estatales o Municipales del Estado de Nuevo León. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud
PREGUNTA 2	Mismo punto , En caso de ser negativa su respuesta al punto anterior, solicitamos a la convocante que los 2 (dos) contratos puedan ser Federales y/o de algún otro estado de la República Mexicana. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Ya fue resuelta esta duda en su pregunta anterior
PREGUNTA 3	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 7. Se solicita amablemente a la convocante que para cumplimiento de este punto podemos presentar sin ser causal de descalificación, Carta bajo protesta de decir verdad que cuentan con la capacidad de distribución para atender los requerimientos establecidos en estas bases, indicando el equipo actual de distribución, así mismo incluir, copia simple del contrato de distribución y prestación de servicios así como el certificado de fumigación a nombre del licitante, de los vehículos de distribución. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Si se acepta, siempre y cuando se presenten los contratos que señala el licitante
PREGUNTA 4	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 11. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la presentación de dicho punto no aplica a mi Representada si no ha establecido relación alguna con la Convocante. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Se aclara a los licitantes interesados en la presente licitación que se elimina el requisito identificado con el número 11 del inciso C del punto 3 de las Bases y por lo que respecta al número 12 del mismo inciso y punto se modifica para quedar de la siguiente manera "Los licitantes que quieran participar en el presente concurso deberán presentar como mínimo 2 cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado un buen servicio ante otros clientes, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento"
PREGUNTA 5	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 12. A letra indica "Los licitantes que quieran participar en el presente concurso y no hayan establecido una relación comercial con la Convocante, deberán presentar como mínimo cuatro cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante otros clientes del área de salud, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento." Solicitamos amablemente a la Convocante, favor de indicar si por clientes del área de salud se podrán contemplar otras dependencias del sector gobierno y/o OPD, Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Respecto a dicha duda, ya se dio respuesta en la pregunta anterior
PREGUNTA 6	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 11 y 12. Solicitamos atentamente a la Convocante que ratifique que el cumplimiento de cualquiera de los puntos antes mencionados, (11 o 12) será suficiente ya que ambos refieren a las Cartas de Buen Servicio. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Respecto a dicha duda, ya se dio respuesta en la pregunta 5

88

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREGUNTA 7	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 13. Solicitamos atentamente a la Convocante que para este punto en el cual solicitan el Alta de Hacienda que demuestre que cuenta con Almacén dentro del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sea suficiente entregar Aviso de Funcionamiento y/o Contrato de Arrendamiento a nombre del licitante con el cual se demuestre que se cuenta con Almacén dentro del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Favor de pronunciarse al respecto.</p>
RESPUESTA:	<p>Se acepta su solicitud y de igual manera se modifica dicho punto, quedando de la siguiente manera "Escrito en el cual garanticen que se comprometen a cumplir con los horarios de entrega de materiales de curación, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.2 de estas bases, además deberá de comprobar mediante el alta en hacienda que cuenta con Almacén"</p>
PREGUNTA 8	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 14 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar Copias de registros sanitarios legibles y por ambos lados así como muestras físicas de cuando menos 60% de los insumos ofertados y carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 40% restante a la firma del contrato. Favor de pronunciarse al respecto.</p>
RESPUESTA:	<p>No se acepta su solicitud</p>
PREGUNTA 9	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 18. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que para cumplimiento de dicho punto será suficiente presentar los procedimientos completos de nuestro sistema de gestión de calidad a nombre del licitante. Favor de pronunciarse al respecto.</p>
RESPUESTA:	<p>Si se acepta, siempre y cuando dicho proceso incluya los manuales solicitados</p>
PREGUNTA 10	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 28. Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a lo enunciado en dicho punto referente al predial del domicilio fiscal del Licitante, nos permita presentar un Contrato de Arrendamiento suscrito en la Ciudad de Monterrey entre mi Representada y un arrendador, sin que esto sea motivo de descalificación. Favor de pronunciarse al respecto.</p>
RESPUESTA:	<p>Se acepta su solicitud</p>
PREGUNTA 11	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 28. Es correcto entender que en el caso de que mi representada Cuente con Contratos de Prestación de Servicios de Personal (Outsourcing), Contratos de Arrendamiento Vehicular y Contrato de Arrendamiento de Instalaciones, bastara con presentar copia simple de los contratos antes mencionados. Favor de pronunciarse al respecto.</p>
RESPUESTA:	<p>Si es correcta su apreciación</p>
PREGUNTA 12	<p>Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 28. Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a lo enunciado en dicho punto referente el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre</p>

88

(Handwritten signatures and initials)



	el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, nos permita presentar el documento de opinión 32-D referente al cumplimiento de dichas obligaciones a nivel federal. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud
PREGUNTA 13	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso D. El sobre de propuesta económica deberá contener Punto 1; ANEXOS 3, 4 y 10. Solicitamos amablemente a la Convocante favor de confirmar que el Anexo 10 será presentado sólo por el Licitante adjudicado, por lo cual, para dar cumplimiento al contenido del sobre de Propuesta económica, bastará con presentar los anexo 3 y 4, así como el CD o USB que contenga el desglose de la oferta económica en formato Excel, sin que esto sea motivo de descalificación. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación, el Anexo 10 solo será presentado por el licitante que resulte adjudicado
PREGUNTA 14	Anexo 7. Solicitamos amablemente a la Convocante tomando como sustento el Punto 2.1 inciso b. de las presentes bases que a la letra dice "Tratándose de Personas Morales: Los representantes de los licitantes deberán de acreditar dentro del periodo de inscripción su existencia legal y la personalidad jurídica que ostentan para la suscripción de las propuestas y, en su caso, firma del contrato, acreditación que se hará mediante Acta Constitutiva en Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y/o Poder ratificado ante Notario Público. Solicito sea opcional que el Poder Notarial del representante legal cuente con Registro Público de la propiedad.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud, siempre que presente original para su cotejo
PREGUNTA 15	Anexo 7. En caso de ser negativa la respuesta anterior solicito atentamente a la convocante me permita presentar carta de notario público en la cual se manifieste que la inscripción ante el Registro público de comercio se encuentra en trámite.
RESPUESTA:	Ya se dio respuesta a esta duda en la pregunta anterior

LICITANTE: ILS, INTEGRADORA LOGÍSTICA EN SALUD, S. A. DE C. V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1	Anexo 1-A, Renglón 569 Clave 5042331008 Descripción INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. PRESENTACIÓN CON 30 PRUEBAS. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 2	Anexo 1-A, Renglón 570 Clave 5042331009 Descripción INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. ROLLO DE 50 METROS. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.



PREGUNTA 3	Anexo 1-A, Renglón 572 Clave 5042331011 Descripción ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 100 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 4	Anexo 1-A, Renglón 574 Clave 5042331013 Descripción ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 250 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 5	Anexo 1-A, Renglón 575 Clave 5042331014 Descripción ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 350 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 6	Anexo 1-A, Renglón 576 Clave 5042331015 Descripción ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 400 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 7	Anexo 1-A, renglón 577, clave 5042331016, DESCRIPCIÓN PAPEL PARA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR DE PLASMA. CAJA CON 12 ROLLOS. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 8	Anexo 1-A, renglón 578, clave 5042331033, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 150MM X 70M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 9	Anexo 1-A, renglón 579, clave 5042331037, DESCRIPCIÓN HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. MEDIDA 75 X 75 CMS. Envase con 250 hojas. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 10	Anexo 1-A, renglón 580, clave 5042331038, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. Medidas 150 mm x 200 mm Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA	Anexo 1-A, renglón 581, clave 5042331040, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE

88

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



11	ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 250 MM X 200 M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Marca: Belemed (Humanmeditek); modelo: Plasmaster 142d; marca: Belemed (Humanmeditek) modelo: Plasmaster 80.
PREGUNTA 12	Anexo 1-A Renglón 33, Clave 600660963, Descripción ANTISEPTICO Y GERMICIDA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55 %, CON 3.785 L. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 13	Anexo 1-A Renglón 53, Clave 600880744, Descripción HIDROGEL CON ALANTOÍNA AL 0.6% Y COLÁGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO. ENVASE CON 90 GR. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 14	Anexo 1-A Renglón 54 Clave 600880769, Descripción APÓSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. TAMAÑO 15 X 20 CM. PIEZA. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 15	Anexo 1-A Renglón 97 Clave 601510050 Descripción CAMPANA PARA CIRCUNCISION ESTERIL, DESECHABLE. TIPO HOLLISTER TAMAÑO NO. 2. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 16	Anexo 1-A Renglón 268 Clave 603400235 Descripción EQUIPO CON FILTRO M 100 PARA PRISMA DE GAMBRO COMO CONSUMIBLE DE LA CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. EQUIPO. Solicito atentamente a la convocante confirme si desea la adquisición del equipo o manejarlo como dato, o requieren la compra del filtro. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	No se requiere la adquisición del equipo; la descripción debe decir equipo con filtro dializador de fibra hueca y sus líneas, indicadas para reemplazo set st 150 compatible con equipo prisma flex como consumible de la clave 531.340.0235 equipo de hemofiltración para terapia renal continua.
PREGUNTA 17	Anexo 1-A Renglón 277 Clave 603451003 Descripción EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA CON EQUIPO COMPLETO PARA TÉCNICA DE SELDINGER Y CÁNULA 8, 8.5 Y 9 FR. PIEZA. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 18	Anexo 1-A Renglón 304 Clave 604460014 Descripción GRAPA HEMOSTÁTICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNÉTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: CHICO. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 19	Anexo 1-A Renglón 305 Clave 604460022 Descripción GRAPA HEMOSTÁTICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNÉTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO MEDIANO. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante

88

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



	cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 20	Anexo 1-A Renglón 375 Clave 606030011 Descripción MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 21	Anexo 1-A Renglón 376, Clave 606030012 Descripción MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 22	Anexo 1-A Renglón 390 Clave 607472354 Descripción ENDOPRÓTESIS PLASTICA PARA CONDUCTO BILIAR TIPO COTTON LEUNG LONGITUD 10 CM, CALIBRE 10 FR. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 23	Anexo 1-A Renglón 485 Clave 609460019 Descripción VASO PARA MEDICAMENTOS DE VIDRIO, CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA) Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 24	Anexo 1-A Renglón 530 Clave 4041250310 Descripción BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 38 X 12. 5 X 54.9 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR. CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 250 BOLSAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 25	Anexo 1-A Renglón 531 Clave 4041250311 Descripción BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 11 X 3 X 19.6 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR. CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 1000 BOLSAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 26	Anexo 1A, Renglón 535, Clave 4043450315, DESCRIPCIÓN EQUIPO COMPLETO CON CATETER PERCUTANEO DE 4 FR. 100% SILICON DE 30 CMS. DE LONG. CON MARCA RADIOPACA C/5 CMS. CON CONECTOR LUER-LOCK, 2 INTRODUCADORES, CON CAMPOS DESECHABLES, JERINGAS, APOSITO TRANSPARENTE, TIJERAS, PINZA, COTONETES C/YODOPOVIDONA Y ALCOHOL DE 2 VIAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 27	Anexo 1A, Renglón 568, Clave 5042331007, DESCRIPCIÓN AGENTE ESTERILIZANTE (H2O2) AL 50%. BOTELLA DE 140 ML. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.



PREGUNTA 28	Anexo 1A, Renglón 569, Clave 5042331008, DESCRIPCIÓN INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. PRESENTACIÓN CON 30 PRUEBAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 29	Anexo 1A, Renglón 570, Clave 5042331009, DESCRIPCIÓN INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. ROLLO DE 50 METROS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 30	Anexo 1A, Renglón 571, Clave 5042331010, DESCRIPCIÓN INDICADOR QUÍMICO TIRA. PAQUETE CON 250 PIEZAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 31	Anexo 1A, Renglón 572, Clave 5042331011, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 100 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 32	Anexo 1A, Renglón 573, Clave 5042331012, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 200 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 33	Anexo 1A, Renglón 574, Clave 5042331013, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 250 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 34	Anexo 1A, Renglón 575, Clave 5042331014, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 350 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 35	Anexo 1A, Renglón 576, Clave 5042331015, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 400 MM X 70 M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 36	Anexo 1A, Renglón 577, Clave 5042331016, DESCRIPCIÓN PAPEL PARA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR DE PLASMA. CAJA CON 12 ROLLOS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.

88

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, including a large signature that appears to be 'C' and several smaller initials.]



RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 37	Anexo 1A, Renglón 578, Clave 5042331033, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 150MM X 70M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 38	Anexo 1A, Renglón 579, Clave 5042331037, DESCRIPCIÓN HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. MEDIDA 75 X 75 CMS. ENVASE CON 250 HOJAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 39	Anexo 1A, Renglón 580, Clave 5042331038, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 150 MM X 200 M. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 40	Anexo 1-A, Renglón 581, clave 5042331040, DESCRIPCIÓN ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 250 MM X 200 M. Solicito atentamente a la convocante me aclare el modelo del equipo y marca en que se usará esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 41	Anexo 1-A, Renglón 583, clave 5043300015, DESCRIPCIÓN ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE DE 50MM. DE LARGO 902-MG 650. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo del equipo. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 42	Anexo 1-A, Renglón 584, clave 5043300020, DESCRIPCIÓN ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE DE 75MM. DE LARGO 902-MG. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo del equipo. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 43	Anexo 1-A, Renglón 586, clave 5043300040, DESCRIPCIÓN ELECTRODOS DE PARCHES DE 3". Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo del equipo. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 44	Anexo 1-A, Renglón 587, clave 5043300050, DESCRIPCIÓN ELECTRODO DE DISCO 2MM. P/ELECTROMIOGRAFIA CAT. # 6030. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo del equipo. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 45	Anexo 1-A, Renglón 590, clave 5044561002, DESCRIPCIÓN EQUIPO COMPLETO PARA ANESTESIA EPIDURAL CON LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA ASEPSIA, INFILTRACIÓN Y PROCEDIMIENTO. COMPONENTES PARA ASEPSIA: 3 ISOPOS DE PLÁSTICO CON ESPONJA 1 SOBRE DE YODO POVIDONA (10Z), 2 CAMPOS ABSORBENTES, 3 GASAS,



	CAMPO HENDIDO, RECIPIENTE MÓVIL PARA YODO. CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS PARA INFILTRACIÓN: JERINGA 3ML, 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS (22G, 25G X 38 MM) 1 AGUJA FILTRO (19 G X 38 MM), CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS PARA PROCEDIMIENTO: AGUJA TUOHY 18 G, FILTRO EPIDURAL, JERINGA DE 20ML, CATÉTER EPIDURAL DE POLIAMIDA (NYLON) 20G, 1 JERINGA DE BAJA RESISTENCIA EPILORCONECTOR PARA CATÉTER, ESTERIL Y DESECHABLE. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 46	Anexo 1-A, Renglón 595, clave 5045300080, DESCRIPCIÓN ELECTRODO FACIAL DE 1". Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo del equipo. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 47	Anexo 1-A, Renglón 598, clave 5045500610, DESCRIPCIÓN JERINGA HIPODERMICA DE 0.5 ML CON AGUJAS, 20 X 32 Y 23 X 25. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 48	Anexo 1-A, Renglón 600, clave 5046030017, DESCRIPCIÓN MALLA DE POLIPROPILENO ESTÁNDAR CON CUBIERTA DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y CARBOXIMETILCELULOSA RECTANGULAR DE 12 X 14 PULGADAS, (30.5 X 35.6 CM). Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 49	Anexo 1-A, Renglón 603, clave 5046930007, DESCRIPCIÓN PARAFINA PREPARADA CON PUNTO DE FUSION DE 37 GRADOS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 50	Anexo 1-A, Renglón 605, clave 5048410037, DESCRIPCIÓN PROLENE C/A REDONDA DEL 0. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 51	Anexo 1-A, Renglón 606, clave 5048410038, DESCRIPCIÓN PROLENE C/A REDONDA DEL 1. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 52	Anexo 1-A, Renglón 612, clave 5049080150, DESCRIPCIÓN TUBO CONECTOR P/DRENAJE URINARIO. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 53	Anexo 1-A, Renglón 613, clave 5049500163, DESCRIPCIÓN EXTENSIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 54	Anexo 1-A, Renglón 624, clave 5049500383, DESCRIPCIÓN APOSITO HIDROPOLIMERICO 18 CM X 18 CM C/5 PIEZAS. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de

88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 55	Anexo 1-A, Renglón 625, clave 5049500393, DESCRIPCIÓN LIMPIADOR DE INSTRUMENTOS DE TRIPLE ENZIMA. SOLUCIÓN ACUOSA DE ENZIMAS Y SURFACTANES Y SALES ÁCIDAS ORGÁNICAS.SOLUCIÓN ACUOSA CON PH NEUTRO DE ENZIMAS PROTEASAS, LIPASA Y AMILASA CON INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN Y SURFACTANTE EMPLEA UNA COMBINACIÓN DE TRES ENZIMAS DE ALTO RENDIMIENTO. ESTAS SON COMPLETAMENTE EFICACES PARA LA DIGESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS Y DEPÓSITOS QUE SUELEN APARECER EN LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS QUIRÚRGICOS, INCLUYENDO PROTEÍNAS, LÍPIDOS, CARBOHIDRATOS Y MUCOPOLISACÁRIDOS. ENVASE CON 5 LT. Solicito atentamente a la convocante me proporcione la descripción comercial y modelo de la partida. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, a lo que acto seguido no se formularon preguntas adicionales.

GENERALES

Se informa que la empresa Hisa Farmacéutica, S.A. de C.V., presento escrito de interés en participar en la licitación y presento dudas administrativas y técnicas sin embargo las mismas fueron presentadas el día 21 de diciembre de 2015 a las 13:30 horas, según aparece en el sello de recibido, siendo el cierre oficial a las 13:00 horas del día antes mencionado, esto atendiendo a lo dispuesto en el punto 11 de Junta de Aclaraciones de esta convocatoria que dice: "Se llevará a cabo el día 22 de Diciembre del 2015 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de la Convocante, ubicada en Matamoros No. 520 oriente, segundo piso, Centro de la Ciudad, Monterrey Nuevo León, C.P. 64000. Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán entregar las preguntas por escrito y en cd o usb en documento word; utilizando el formato que como ANEXO 14 se acompaña a las presentes bases, acompañadas de un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, Anexo 14-A, lo cual podrán hacer a más tardar 24 horas antes de la celebración del evento, en las oficinas del Departamento de Adquisiciones, ubicado en Matamoros oriente, No. 520, primer piso, Centro de la Ciudad, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, Tels.: 8130 70 46 y 8130 70 47. Dichas preguntas deberán estar firmadas por el Representante Legal, caso contrario no se aceptarán. Se levantará acta de la sesión y lo acordado será obligatorio aún para quienes no asistan."

De esta manera se da por concluido la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 28 de Diciembre del 2015, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, sito en el tercer piso del inmueble ubicado en Matamoros No. 520, Zona Centro en Monterrey, N.L. CP64000 a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 17:00 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LIC. RAFAEL SOTO BRIONES	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ROSA MARÍA MONTES SALAS	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" (ÁREA USUARIA)	DR. VICTOR MANUEL SANTANA ENRIQUEZ	



DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	C.P. SANTIAGA RODRÍGUEZ SANDOVAL	
COORDINADOR DE LICITACIONES	LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANIS	
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	

CONCURSANTE		
	NOMBRE	FIRMA
SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, S. A. DE C. V.	C. ALFONSO DEL BOSQUE BONILLA	
ARTIMEDICA, S. A. DE C. V.	C. MARIO ALONSO GARCÍA RAMÓN	
HISA FARMACÉUTICA, S. A. DE C. V.	C. EDUARDO PEÑA HERNÁNDEZ	



ILS, INTEGRADORA LOGÍSTICA EN SALUD, S. A. DE C. V.	C. ESTEBAN JOSÉ MADERO RODRÍGUEZ	
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S. A. DE C. V.	C. JOSÉ TEODORO ALCALÁ	

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]