



Handwritten initials and signatures in the top right corner.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES PRESENCIAL No. LP-919044992-I34-2016

“MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES 2da. VUELTA”

Handwritten signature: Juana Muñoz Ponce

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 16:00 horas del día 12 de Septiembre del 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la la Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Matamoros No. 520 Oriente, Tercer piso, Centro de esta Ciudad, los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I34-2016 referente a la Adquisición de “Material de Curación para Diversas Unidades 2ª Vuelta”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. Aarón Serrato Araoz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: Miembros del Comité con Voz y Voto: el Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, Miembros del Comité con Voz: de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. Rosa María Montes Salas; como área usuaria: el Dr. Noé Enrique Pérez Anguiano como representante de la Dirección de Hospitales, la Enf. Adriana Guadalupe González Rodríguez y el Dr. Jorge Fabio Lezama de Luna, como representantes del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, la Lic. Ana Maria Martínez Delgado y la Lic. Juana Muñoz Ponce, como representantes del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, Invitados Permanentes: todos de este Organismo, el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. Martha Patricia Gámez Hernández, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanís, Coordinador de Licitaciones y la Lic. Sonia Marcela Robles Terreros, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el C.P. Aarón Serrato Araoz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: Artimédica, S. A. de C. V., representada por el C. Mario

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



[Handwritten signatures]

Alonso García Ramón, Comercializadora Médica Alvasan, S.A. de C.V., representada por el C. José Teodoro Alcalá, Hisa Farmacéutica, S.A. de C.V., representada por el C. Juan Manuel Gallegos Niño y Distribuidora Sevi, S.A. de C.V., representada por el C. Juan Soto Chávez.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.		
DUDAS ADMINISTRATIVAS:		
PREGUNTA No. 1	<p>1.1 OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación</p> <p>1.1.2 El licitante deberá incluir en su oferta económica el costo global del paquete incluido en el anexo 1, considerando las descripciones y cantidades de cada uno de los renglones que integran la partida, los cuales se mencionan en el anexo 1ª</p> <p>Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo no. 3 se aplicara el precio unitarios antes de iva del partida no. 1(costo global como paquete)</p>	
ANEXO 3		
Formato de Oferta Económica		
Partida	Cantidad Cotizada	Precio Unitario antes de IVA
1 (PAQUETE)	1	\$1,000,000.00
Subtotal antes de I.V.A.	I.V.A.	Total incluyendo I.V.A.
\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 1,160,000.00
¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION		

[Handwritten signature: Juan Soto Chávez]
[Handwritten signature: Joana Moritz Fonseca]
[Handwritten signature: Dora Amurruy]



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

RESPUESTA	Es correcta su apreciación.
PREGUNTA No.2	<p>1.1.OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación</p> <p>1.1.4. Las compañías participantes deberán incluir en su sobre de propuestas técnicas, copias de registros sanitarios, legibles y por ambos lados de cuando menos 70% de los insumos ofertados y deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante a la firma del contrato.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar registros sanitarios por familia ,identificando los regiones que corresponda ,así como entregar los registros sanitarios en medio electrónicos y no impresos ,ya que representa un alto volumen de papel impreso</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA .-	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.4 de la Convocatoria.
PREGUNTA NO. 3	<p>1.1.OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación</p> <p>1.1.8 El licitante deberá presentar dentro del periodo del 12 al 19 de Septiembre de 2016 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar muestras por familia identificadas en la etiqueta los renglones a que corresponden</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
Repuesta.-	Si se acepta su solicitud, y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia.

Juana Aloniz fonce

Mr. P. Ammuntum y

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Nuevo León
[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

	<p>presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas.</p> <p>SOLICITAMOS AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE TODOS LOS ANEXO Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERAD , PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICAS SON LOS QUE REQUIEREN FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LAGAL DE LA COMPAÑÍA</p> <p>EL RESTO DE LA PAPELERIA NO ES REQUISITO QUE CONTENGA LA FIRMA DE REP LEGAL DE LA COMPAÑÍA (ALGUNOS DE ELLOS : REGISTROS SANITARIOS , MANUALES DE CALIDAD, CARTAS DE HOSPITALES, CARTA DE FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS , CERTIFICADOS DE FUMIGACION, PAGO DE TENENCIAS , CERTIFICADOS ORIGINALES DE CALIDAD)</p>
<p>RESPUESTA-</p>	<p>No es correcta su apreciación, las cartas, declaraciones, escritos bajo protesta de decir verdad, emitidos por el licitante, propuestas técnicas y económicas son las que deberán ser firmadas por el representante legal, de conformidad con el artículo 74 fracción XIV primer párrafo del reglamento, solo los manuales de calidad y los registros sanitarios no requerirán firma autógrafa del representante legal de la compañía.</p>
<p>PREGUNTA NO. 6</p>	<p><u>C .EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>5. Certificado o escrito bajo protesta de decir verdad de que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o Normas Internacionales aplicables y en el que manifieste que los servicios que oferte cumplen con la legislación sanitaria vigente, para las partidas y renglones que aplica, y con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, con las Normas Internacionales.</p> <p>SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SI CONTAMOS CON CERTIFICADO ISO 9001:2008 , CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO PRESENTANDO DICHO CERTIFICADO (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE)</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA NO.</p>	<p>Si se acepta su solicitud.</p>
<p>PREGUNTA No. 7</p>	<p><u>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>9.-Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas</p>

[Handwritten signature and initials on the bottom left margin]

[Handwritten signature and initials in the bottom center margin]

[Handwritten signatures and initials on the bottom right margin]



	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ACEPTAR PRESENTAR 70% CARTAS EN ORIGINAL Y EL RESTO EN COPIA Y AL CONTAR CON UN SOLO TRES DIAS HABIL DE DIFERENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACION DE PROPUESTAS , LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES Y DISTROBUIDORES MAYORISTAS ESTAN EN LA CD DE MEXICO Y NO PROPORSIONARAN LA CARTA ASTA DESPUES DE LA PRESENTACION DE JUNTA DE ACLARACIONES PROGRAMDA A 10: 00 PM PARA APLICAR TODOS LOS CAMBIO DE DICHA JUNTA , Y ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE ENTREGAR ORIGINALES RESTANTES</p> <p>RECORDANDO QUE EN L CD MEXICO EL DIA 15 SEPTIEMBRE TAMBIEN ES FESTIVO REGRESAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE CONTAMO CON SOLAMENTE 12, 13, 14 DIAS HABILES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA.-	No se acepta, deberá presentar el 100% de las cartas de apoyo en original, en los términos solicitados en el punto a que se refiere su pregunta.
PREGUNATA NO. 8	<p><u>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>11. Los licitantes que deseen participar en el presente concurso deberán presentar como mínimo tres cartas en original, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio relativo a material de curación ante otros clientes del área de salud, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que con la presentación de tres cartas originales de hospitales privados de cualquier estado de la república mexicana cumplimos con dicho punto.</p> <p>Asi también solicitamos sea aceptadas carta de hospitales de</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTAS.-	Si, se acepta su solicitud

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



[Handwritten mark]

<p>PREGUNTA NO. 9</p>	<p><u>C.-EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>17.- Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE CON LA PRESENTACION DE COPIAS SIMPLE DE DICHS MANUALES ; CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA .-</p>	<p>Si, se aceptaran copias simples, siempre que estén firmados por su emisor.</p>
<p>PREGUNTA NO. 10</p>	<p><u>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>18.- Cd o USB que contenga el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD SON LOS ANEXOS Y PROPUESTA TECNICAS Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA.-</p>	<p>No se acepta, deberá presentar el total de los documentos incluidos en el sobre técnico</p>
<p>PREGUNTA NO.11</p>	<p><u>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</u></p> <p>27 Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el <i>Artículo 33 Bis</i> del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último es caso de ser propietario.</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS COPROBANTES DE PAGO A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD PODREMOS PRESENTAR COPIA SIMPLES DE DICHS PAGOS</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA.-</p>	<p>Si se acepta su solicitud, reservándose la Convocante el derecho de verificar en cualquier momento la autenticidad de dichos documentos.</p>
<p>PREGUNTA 12.-</p>	<p style="text-align: center;">ANEXO 15</p> <p style="text-align: center;">MODELO DE CONTRATO</p> <p>QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.-</p> <p>Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PUEDA CONFIRMAR QUE LOS INSUMOS LICITADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y/O CUADRO BASICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD ; Y QUE CUENTEN CON REGISTRO SANITARIOS VIGENTES</p>
<p>RESPUESTAS.-</p>	<p>Se corrige dicho punto, debiendo quedar de la siguiente manera "Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de insumos del sector salud".</p>
<p>PREGUNTA 13-</p>	<p style="text-align: center;">ANEXO 15</p> <p style="text-align: center;">MODELO DE CONTRATO</p> <p>QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.-</p> <p>d) Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud</p> <p>DE SER AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR PODREMOS CONSIDERAR QUE SE PUEDE COTIZAR MATERIAL DE CURACION QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCION DE LA CLAVE</p>

[Handwritten notes and signatures on the right margin]
 J. J. J. J. J.
 J. J. J. J. J.
 J. J. J. J. J.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]





[Handwritten mark]

	<p>DE CUADRO BASICO Y QUE CUENTE CON REGISTRO SANITARIO PARA SU VENTA Y COMERCIALIZACION EN TERRITORIO NACIONAL EN VIAS DE OFERTAR AL MEJOR PRECIO POSIBLE</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA.-</p>	<p>Si se acepta su solicitud, aclarando que se corrige el punto señalado en la pregunta anterior.</p>
<p>PREGUNTA NO. 14</p>	<p>Solicitamos atentamente a la convocante permita ofertar bienes fabricados bajo los más altos estándares de calidad, como las normas de calidad a nivel internacional que provengan de países que no cuentan con Tratado de Libre comercio Vigente con México, y así mismo para demostrar la calidad de los productos presentar certificados internacionales de calidad, como ISO385.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA .-</p>	<p>No se acepta su solicitud, deberá ofertar productos con origen de países con los que México cuenta con tratados.</p>
<p>PREGUNTA NO. 15</p>	<p>C. <u>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</u></p> <p>27. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el <i>Artículo 33 Bis</i> del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último es caso de ser propietario.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIMOS CON EL PUNTO NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES NOS PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO DE OPINION 32 D COMO REFERENTA AL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten initials]

RESPUESTA .-	Si se acepta, pero solo para cubrir el cumplimiento de obligaciones fiscales consistente en documento actualizado expedido por el S.A.T., el resto de comprobante solicitado en este numeral deberá presentarlos				
PREGUNTA NO. 16	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 20. ANEXO 6. Recibo de proposiciones</p> <p>Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo no. 6 se aplicara una (1) sola partida técnica y económica (global como paquete)</p> <div style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px;">ANEXO 6</div> <div style="text-align: center; padding: 20px;">RECIBO DE PROPOSICIONES</div> <p>PROVEEDOR: xxxxxxxx</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Proposiciones Técnicas</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Proposiciones Económicas</td> </tr> </table>			Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas
	Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas			

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Juana Estrella Ponce
 Adriana Amador

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten initials/signature

	<p>Total de propuestas</p>	<p>(1)</p>	<p>(1)</p>
<p>Respuesta.-</p>	<p>Si es correcta su apreciación, debiendo llenar un recibo por cada proposición, una para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica.</p>		
<p>PREGUNTA NO. 17</p>	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 9. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA Y FIRMADA EN MÉXICO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MEXICO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CARTA APOSTILLE DEL PODER DE DISTRIBUCIÓN QUE LA CASA MATRIZ EN EL EXTRANJERO LE OTORGA.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>		
<p>RESPUESTA</p>	<p>No se acepta, deberá presentar las cartas como se solicitan en el punto 9 inciso C numeral 3 de la Convocatoria, ya que se está garantizando el abasto con dicho requisito</p>		
<p>PREGUNTA NO 18</p>	<p>1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación</p> <p>1.1.9 El licitante deberá presentar copia simple completa (anverso y reverso) y legible del registro sanitario del 70% de los Materiales de Curación incluidos en el anexo 1A en el cual se mencione el nombre del fabricante y la descripción técnica del insumo ofertado, referenciando el número de renglón y clave. Deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios a la firma del contrato.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar registros sanitarios por familia identificadas por partida</p>		

Vertical handwritten notes:
 Juan
 Amador y Juana Clotilde Ponce

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signatures and initials



Handwritten initials/signature

	¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD
RESPUESTA	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.9 de la Convocatoria
PREGUNTA 19	<p><u>3.4. Documentación distinta a las proposiciones.</u></p> <p>La documentación distinta a las proposiciones que se deberá agregar en el sobre de Propuesta Técnica será la siguiente:</p> <p>3.4.1 Respecto a las Personas Morales:</p> <p>c) Copia de Comprobante de Domicilio fiscal actualizado, así como el de la prestación de los servicios.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirme que con comprobante de domicilio fiscal y prestación de los servicios es el mismo solamente se presenta un solo comprobante de domicilio</p>
RESPUESTA	Es correcta su apreciación y se corrige dicho punto aclarando que es solo el comprobante de Domicilio fiscal del licitante.
PREGUNTA NO. 20	<p><u>3.4. Documentación distinta a las proposiciones.</u></p> <p>La documentación distinta a las proposiciones que se deberá agregar en el sobre de Propuesta Técnica será la siguiente:</p> <p>3.4.1 Respecto a las Personas Morales:</p> <p>D) Copia de Nombre y domicilio de los apoderados, representantes y socios.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirma que con presentación de copia de identificación con domicilio , IFE INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL de los apoderados, representantes y socios cumplimos dicho punto</p>
RESPUESTA	Se elimina este requisito en virtud de que ya se solicitó en el Anexo 8A.
PREGUNTA NO. 21	<p><u>3.4. Documentación distinta a las proposiciones.</u></p> <p>La documentación distinta a las proposiciones que se deberá agregar en el sobre de Propuesta Técnica será la siguiente:</p> <p>e) Copia de Poderes en los que consten a las personas que se les delega actos de administración.</p>

Handwritten mark

Silvano Alberto Peraza

AM Montenegro

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

	Solicitamos amablemente a la convocante se nos confirma que con presentación de copia de acta constitutiva en la cual se encuentra poder de actos administración cumplimos con dicho punto
Respuesta	Si se acepta su solicitud, siempre y cuando en dicho documento se establezca el requisito solicitado en el punto de referencia.
PREGUNTA NO. 22	<p><u>.-EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>17.- Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.</p> <p><u>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO LA 919044-I28-2016 TENEMOS QUE PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE INDIQUE QUE CUMPLIMOS CON EL TRAMITE DE CERTIFICACION EMITIDO POR ENTIDAD CERTIFICADORA</u></p>
RESPUESTA	Se acepta que el Licitante presente la constancia de certificación o documento emitido por la entidad certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, dicho documento deberá acompañarse de los manuales solicitados.
PREGUNTA NO.23	<p><u>CON RESPECTO A LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL NUMERO 3 INCISO C NUMERO 11 SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE QUE SEAN TAMADAS LAS CARTAS DE BUEN SERVICIOS DE SUS UNIDADES DE SALUD</u></p> <p><u>SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD</u></p>
Respuesta	Si se acepta, las cartas pueden ser de las unidades de la convocante o de otros clientes del área de salud.

Handwritten notes:
 Juan Clontz Ponce
 CAM Montiel A

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA NO. 1	SOLICITAMOAS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE DESCRIPCION YA QUE ESTE RENGLON NO. 52 NO SE APEGA A LA DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUENTE :			
	DICE :			
52	600880108	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE	C/150

Handwritten mark

Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten initials/signature

	<p>DEBE DICER:</p> <table border="1"> <tr> <td>060</td> <td>088</td> <td>0108</td> <td>APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.</td> <td>ENV</td> <td>C/150</td> </tr> </table> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>	060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	C/150
060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	C/150		
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE CAMBIA LA DESCRIPCIÓN DEL RENGLON 52 DEL ANEXO 1-A DE LAS BASES.						
PREGUNTA NO. 2	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LAS SIGUIENTES RENGLONES 370 DE LA PRESENTE LICITACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN MERCADO</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p> <table border="1"> <tr> <td>351</td> <td>605500784</td> <td>JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0</td> <td>PIEZA</td> <td>C/1</td> <td></td> </tr> </table>	351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	
351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1			
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA, ACLARANDO QUE EL RENGLON AL QUE CORRESPONDE LA CLAVE MOTIVO DE SU PREGUNTA ES LA 370 Y NO LA 351.						
PREGUNTA NO. 3	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LA PARTIDA 665 ES REQUERIDA REUSABLE O DESECHABLE</p> <table border="1"> <tr> <td>665</td> <td>5049500530</td> <td>AMBU PEDIATRICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	665	5049500530	AMBU PEDIATRICO			
665	5049500530	AMBU PEDIATRICO					
RESPUESTA.-	DESECHABLE						
PREGUNTA NO. 4	<p>SOLICITAMOAS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE LA RENGLON NO. 32 NO SE APEGA A LA PRESENTACION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE :</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p> <p>DICE:</p> <table border="1"> <tr> <td>32</td> <td>600660872</td> <td>DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.</td> <td>ENVASE</td> <td>C/6</td> <td></td> </tr> </table> <p>DEBE DECIR:</p>	32	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6	
32	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6			

Handwritten signature: Juana Blotz Fonce

Handwritten signature: Amm...

Handwritten signature: Juan...

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten marks: a large '14' and a signature.

	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.	ENV	12
--	-----------	--	-----	----

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, Y SE MODIFICA LA PRESENTACIÓN A ENVASE CON 12, Y EN CONSECUENCIA LA CANTIDAD SOLICITADA PARA EL RENGLON 32 DEL ANEXO 1-A, SE MODIFICA TAMBIEN A 1,361 ENVASES.

PREGUNTA NO. 5. RENGLON 592 CLAVE 5044700092

625	5044700092	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA
-----	------------	--

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:

UN KIT QUE CONTIENE: 5 APOSITOS DE APOSITO ADHERENTE DE GASA IMPREGNADA CON EMULSION PARAFINADA (PARA PROTECCION DE ORGANOS, TENDONES) DE 10X10 Y 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.

¿ se acepta nuestra solicitud

RESPUESTA.- CONFORME A LOS GENERALES DE LA PRESENTE ACTA, SE ELIMINA EL RENGLON 625 DEL ANEXO 1-A DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA NO. 6

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LA PARTIDA 666 Y 668 ES REQUERIDA REUSABLE O DESECHABLE

668	5049500550	AMBU NEONATAL
666	5049500531	AMBU ADULTO

Vertical handwritten notes on the right margin: "Juan", "Ammon... y Juana... fonce".

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



[Handwritten initials]

RESPUESTA.-	DESECHABLE		
PREGUNTA NO. 7.-	16	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 16 CM CM. CALIBRE 14 G.MARCA BARD ¿ se acepta nuestra solicitud		
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 8	17	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 10 CM. CAL. 14 G. MARCA BARD ¿ se acepta nuestra solicitud		
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 9	133	601663370	CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G10. ENVASE CON 5 PIEZAS. MARCA BARD ¿ se acepta nuestra solicitud		
RESPUESTA	NO SE ACEPTA		
PREGUNTA NO. 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 0.94 LTS EN RENGLON NO. 261		

[Handwritten signature: Juan Flores Ponce]
[Handwritten signature: Amm m...]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Handwritten initials/signature at top right.

	261	602180085	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.	
¿ se acepta nuestra solicitud				
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.			
PREGUNTA NO. 11	RENGLÓN MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM.	391 X	PARTIDA 606030011	606030011 PIEZA..
<p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual está diseñada para el contacto con viceras abdominales. Medida 26x36cm</p> <p>¿Se acepta?</p>				
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES			
PREGUNTA NO. 12	RENGLÓN MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM.	392 X	PARTIDA 606030012	606030012 PIEZA..
<p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual esta diseñada para el contacto con viceras abdominales. Medida 20x30 cm</p> <p>¿Se acepta?</p>				
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.			
PREGUNTA NO. 13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 4.75 LTS EN RENGLON NO. 262			
	262	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.	

Vertical handwritten notes on the right margin:
 Juan...
 Juana...
 Cam...

Handwritten signature at bottom left.

Handwritten signatures and initials at bottom right.



Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

<p>PREGUNTA NO. 17</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 22.70 LTS EN RENGLON NO. 247</p> <table border="1" data-bbox="297 352 1242 646"> <tr> <td data-bbox="297 352 418 646">265</td> <td data-bbox="418 352 540 646">602180135</td> <td colspan="3" data-bbox="540 352 1242 646">CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.</td> </tr> </table> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>					265	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.		
265	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.								
<p>RESPUESTA.-</p>	<p>SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>									
<p>PREGUNTA NO. 18</p>	<table border="1" data-bbox="297 814 1247 905"> <tr> <td data-bbox="297 814 418 905">309</td> <td data-bbox="418 814 540 905">603460023</td> <td colspan="3" data-bbox="540 814 1247 905">ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>					309	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM		
309	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM								
<p>RESPUESTA.-</p>	<p>SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>									
<p>PREGUNTA NO. 19</p>	<table border="1" data-bbox="297 1228 1291 1318"> <tr> <td data-bbox="297 1228 418 1318">341</td> <td data-bbox="418 1228 540 1318">604631838</td> <td colspan="3" data-bbox="540 1228 1291 1318">CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 200 CM TIPO TRACER MARCA BOSTON SCIENTIFIC</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>					341	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER		
341	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER								
<p>RESPUESTA.-</p>	<p>SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>									
<p>PREGUNTA NO. 20</p>	<p>RENGLON 566 CLAVE 5042000612</p> <table border="1" data-bbox="297 1606 1282 1701"> <tr> <td data-bbox="297 1606 365 1701">602</td> <td data-bbox="365 1606 492 1701">5042000612</td> <td data-bbox="492 1606 1079 1701">CANISTER DE RECOLECCIÓN PARA TERAPIA VAC DE 1000 ML RECOLECTOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.</td> <td data-bbox="1079 1606 1209 1701">PIEZA</td> <td data-bbox="1209 1606 1282 1701">C/1</td> </tr> </table> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:</p>					602	5042000612	CANISTER DE RECOLECCIÓN PARA TERAPIA VAC DE 1000 ML RECOLECTOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.	PIEZA	C/1
602	5042000612	CANISTER DE RECOLECCIÓN PARA TERAPIA VAC DE 1000 ML RECOLECTOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.	PIEZA	C/1						

Handwritten notes on the right margin: "Juan Carlos Ponce" and "AmM...".

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signatures and marks at the bottom right.



[Handwritten initials]

CANISTER RECOLECTOR 800 ML. QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA NEGATIVA , Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.

¿ se acepta nuestra solicitud

RESPUESTA .- EL RENGLON 602 MOTIVO DE SU PREGUNTA, QUEDA ELIMINADA SEGÚN LOS GENERALES DE LA PRESENTE ACTA.

PREGUNTA NO. 21 Solicitamos amablemente a la convocante información de presentación y unidad de medidas de las sig partidas las cuales se encuentran en blanco (en blanco)

20
 22
 46
 240
 241
 247
 266
 318
 322
 323
 415
 561
 601
 664

[Handwritten signature: Juan Antonio Pérez]

REGLÓN	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
20	600408058	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LARGA LONG. 25-42MM. CALIBRE 27G.	caja	c/100	142
22	600640064	ALEACION PARA AMALGAMA DENTAL. EN TABLETAS DE FASE DISPERSA COMPOSICIÓN: PLATA 68.0-72%, ESTAÑO 15.0-21%, COBRE 10.5-15%, MERCURIO 3% MÁXIMO, ZINC 2% MÁXIMO (0.38875 G, POR TABLETA)	envase	c/80	18
46	600661086	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% EN UNA CONCENTRACIÓN DE 22600 PPM, AUTO POLIMERIZABLE, EN UN VEHÍCULO DE RESINA MODIFICADO.	Pza	c/1	63
240	601820178	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 21, POLVO 15 G., SILICATO DE ALUMINIO 95%-97%, ACIDO POLIACRILICO DE 3%-5%, LIQUIDO 10G., 8ML., ACIDO POLIACRILICO 75%,	Estuche	c/1	126

[Handwritten signature: Juan Amador]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]



Handwritten initials/signature

			ACIDO TARTARICO 10%-15%, BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G.			
241	601821275		CEMENTO DENTAL PARA RESTAURACION INTERMEDIA DE OXIDO DE ZINC (POLVO) 38G. Y EUGENOL (LIQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLASTICO	kit	c/1	148
247	602030067		CINTA PARA PORTAMATRIZ DE AMALGAMA METALICA DE 7MM. DE LONGITUD	Pza	c/1	86
266	602190068		COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS TABLETAS SIN SABOR	caja	c/100	432
318	604360685		GASA SECA CORTADA MEDIDA 10CM X 10CM C/200 PIEZAS	paquete	c/200	714
322	604560037		GUANTES ESTÉRILES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	caja	c/100	649
323	604560045		GUANTES ESTÉRILES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	caja	c/100	159
415	608150058		SELLADORES DE FISURAS Y FOSETAS	pza	c/1	149
561	4049500025		MANGO PARA ESPEJO, METÁLICO, MACIZO ROSCA SENCILLA	pza	c/1	388
601	5041890020		CEPILLOS PARA PIEZA DE MANO, PARA CONTRÁNGULO, CERDAS NEGRAS	Pza	c/1	8687
664	5049500525		PORTAMATRIZ TIPO TOFFEMIRE UNIVERSAL 5MM	pza	c/1	39

Handwritten signature: Juan Carlos Pano

LA DESCRIPCION INDICADA PARA LOS RENGLONES DE REFERENCIA Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS DEBERÁN CONSIDERARSE POR LOS LICITANTES AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTAS.

PREGUNTA NO. 22	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI LA PARTIDA 622 ES REQUERIDA ESTERIL O NO ESTERIL					
	622	5044560001	GUANTES EXTRA CHICOS DE LATEX			

RESPUESTA: ESTERIL

PREGUNTA NO. 23	DE ACUARDO CON EL ANTERIOR PROCESO LICITIRIO LP 919044992-I2-2016 DONDE FUERON ELIMINADOS LOS SIGUIENTES CLAVES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEAN ELIMINADOS NUEVAMENTE					
	370	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	1

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



Handwritten initials/signature

	Solicitamos muy atentamente nos acepte presentar registro sanitario por familia, ya que un registro sanitario puede incluir todas las medidas de un mismo producto. Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.4 de las bases de la presente Convocatoria.
Pregunta 2:	Con respecto a lo solicitado en punto 1.1.8 en el cual se menciona presentar muestras de cuando menos el 70% del material de curación solicitado en el anexo 1A. ¿Solicitamos muy atentamente se nos acepte presentar muestra por familia, ya que la variación de la muestra puede ser en las medidas de cada producto, se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta su solicitud y se modifica el porcentaje requerido de muestras, debiendo entregar el 90% de muestras y se acepta que sea por familia.
Pregunta 3:	Con respecto al punto 1.2.1 periodo de suministro de material de curación, en el inciso a) mencionan que el periodo de suministro del material de curación será del 26 de septiembre al 31 de diciembre del 2016, y en el inciso c) mencionan que el material de curación se entregará dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de envío por parte del licitante ganador debemos entender que la orden de envío será generada posterior a la firma del contrato, el cual de acuerdo al numeral 18. Se firmará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo. Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	Sí, es correcta su apreciación.
Pregunta 4:	Con respecto al numeral 3.4 documentación distinta a las proposiciones, numeral 3.4.1 respecto a las personas morales, solicito aclaración a los siguientes incisos. <ul style="list-style-type: none"> a) Copia de la cedula de identificación fiscal b) Copia de registro federal de contribuyentes, c) Copia de comprobante de domicilio fiscal actualizado, así como el de la prestación de los servicios Consideramos que estos requisitos A, ¿B, ¿C, se cumplen con el documento expedido por la SHCP y el servicio de administración tributaria denominado cedula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal, es correcta nuestra apreciación?
Respuesta:	No es correcta su apreciación, los tres documentos deberán presentarse de manera independiente donde demuestre lo requerido, haciendo la corrección en el inciso C, refiriéndonos que es solo un comprobante de Domicilio fiscal del licitante, omitiendo la de prestación de servicios.
Pregunta 5:	Mismo numeral inciso d) a que se refieren con copia de nombre y domicilio de los apoderados, representantes y socios.
Respuesta:	Se elimina este requisito en virtud de que ya se solicitó en el Anexo 8A.
Pregunta 6:	Mismo numeral inciso e) solicitamos cancelar este requisito ya que en el registro se solicitó y entrego copia de acta constitutiva, modificaciones y poderes del representante legal, ¿se acepta nuestra propuesta

Handwritten signature: Juana Blázquez Ponce

Handwritten signature: D.M. Cammunday

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten initials]

Respuesta:	Si se acepta su solicitud, cuyos documentos serán considerados de los presentados al momento del Registro e Inscripción de los Proveedores.
Pregunta 7:	Con respecto al numeral 9: pena convencional (sanción) primer párrafo, solicitamos muy atentamente a la convocante la disminución al 1% por cada día hábil de retraso, ya que los retrasos se deben principalmente a faltantes por los fabricantes de los productos, por escasos de materia prima y a diversos problemas en el abasto y surtimiento de sus productos, lo cual pone en desventaja a los licitantes al no poder transferir esta sanción a los fabricantes, además consideramos que este monto de sanción no es equitativo ya que los contratos que se derivaron de licitaciones anteriores de artículos y servicios que se adjudicaron en el curso de este mismo año fueron con un porcentaje del 1% diario por cada día hábil de retraso. Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta, en el supuesto que el monto de la sanción llegara a exceder del monto de la garantía, solo se aplicará hasta el monto de la garantía, según lo establece el inciso B, Fracción I del Artículo 48 de la Ley.
Pregunta 8:	Solicitamos muy atentamente a la convocante nos acepte ofertar más de una marca por clave, cumpliendo con lo solicitado en el anexo 1 de las bases, esta solicitud se basa para evitar faltantes o retrasos en la entrega por faltantes en el mercado de algún producto. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta, se podrán ofertar máximo tres marcas por clave.
Pregunta 9:	Solicitamos muy atentamente a la convocante, que, en caso de resultar adjudicados, la convocante nos entregue los consumos promedio mensuales de cada unidad, esto con la finalidad de programar la adquisición y distribución de sus necesidades de insumos. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Las cantidades promedio total ya están definidas en el anexo 1 A; sin embargo dicha información específica, será proporcionada por cada unidad aplicativa al licitante ganador.
Pregunta 10:	Con respecto a la documentación solicitada en el numeral 3 inciso C, número 11, solicitamos muy atentamente que sean tomadas en cuenta las cartas de buen servicios de sus unidades de Salud. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Si se acepta, las cartas pueden ser de las unidades de la convocante o de otros clientes del área de salud.
Pregunta 11:	Con respecto al numeral 17 de este mismo inciso, solicitamos atentamente la aceptación de una copia del certificado a nombre de la empresa del certificado de implementación y aplicación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, ya que los manuales forman parte de la documentación requerida para la obtención del mencionado certificado, el cual fue otorgado por un organismo autorizado. ¿Se acepta nuestra solicitud?

[Vertical handwritten notes on the right margin: Juan, Amma, Juana, Juana, Juana]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



[Handwritten initials]

Respuesta:	Se acepta su solicitud, interpretándose en ésta que se entregará una copia de la certificación ISO 9001:2008.
Pregunta 12:	Se solicita a la convocante se excluya de solicitar muestra y registro sanitario en los renglones que se solicita 1 pieza y que no se tome en cuenta en el porcentaje de 70% de registros y muestras presentadas. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta su solicitud.

[Handwritten signature]

LICITANTE: ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Renglón 294 Clave 0603451003 EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA CON EQUIPO COMPLETO PARA TÉCNICA DE SELDINGER Y CÁNULA 8, 8.5 Y 9 FR. PIEZA. Se solicita a la convocante nos permita cotizar charola de traqueostomia percutánea que incluye cuerno con diltacion única punta hidrofílica con marcas hasta nivel piel, guía metálica hidrofílica punta en J cargador de cánula 24fr, 26 y 28 con material para colocación y fijación, con técnica de seldinger. Contiene material de asepsia y antisepsia, porta agujas, kelly curva. Con medidas de cánula de 6 u 8.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 2:	Renglón 392 Clave 0606030012 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA. Se solicita a la convocante me permita cotizar malla biológica en base submucosa delgada de intestino porcino, medida 20X20cm tipo Cook.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 3:	Renglón 394 Clave 0606030014 MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE A BASE DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 CON PESO DE 28 G/M2 Y PORO DE 3 MM. MEDIDA 6 X 11 CM. PIEZA. PIEZA Se solicita a la convocante me permita cotizar malla biológica en base submucosa delgada de intestino porcino, medida 7X10cm
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 4:	Renglón 500 Clave 0609080478 TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, CON DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA

[Handwritten signature: Juana Abertz Ponce]

[Handwritten signature: AMM...]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten signature]

	<p>BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA A TRAUMÁTICA Y LÍNEAS RADIOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO, CON PUERTOS DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRA LARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 39 FR, DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 7.0 MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 7.0 MM. PIEZA.</p> <p>Se solicita a la convocante me permita cotizar bloqueador selectivo de pulmón de 9FR con balón esférico, para pulmón derecho o izquierdo.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 5:</p>	<p>Renglón 501 Clave 609080544 TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO, MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA A TRAUMÁTICA Y LÍNEAS RADIOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO, CON PUERTOS DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRA LARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 37 FR, DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.5 MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.5 MM. PIEZA Se solicita a la convocante me permita cotizar bloqueador selectivo de pulmón de 9FR con balón esférico, para pulmón derecho o izquierdo.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 6:</p>	<p>Renglón 671 Clave 5049506021 SISTEMA OBTURADOR GYNECARE TVT (MALLA PROTECTOR SIN TENSIÓN PARA LA INCONTINENCIA) Se solicita a la convocante me permita cotizar cabestrillo ureteral libre de tención 100% biológico que incluye agujas transopturadoras. Cuenta con cortador de cinta, el material es de submucosa delgada de intestino porcino.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 7:</p>	<p>Renglón 6 Clave 600340228 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVÉS DE TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G. PIEZA.</p>

[Handwritten notes on the right margin: Juan Florentz Ponce, Juan Amador, Juan]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten initials: F, G

	Se le solicita a la convocante, nos permita cotizar Aguja para biopsia de 14 G. por 9 cm de longitud.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 8:	Replón 18 Clave 600407613 AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G. Se le solicita a la convocante, nos permita cotizar Aguja para biopsia de 14 G. por 9 cm de longitud.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 9:	Replón 289 Clave 603450289 EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER MALECOT DE POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE 14 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM.) DE DIÁMETRO, Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRE 6, 8, 10, 12, 14 Y 16FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO MITTY POLLACK CALIBRE 22 G X 20 A 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 A 20 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO POR CADA AGUJA. - TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. EQUIPO. EQUIPO. Se le solicita a la convocante nos permita cotizar equipo para nefrostomia con catéter de 14fr por 25 cm de longitud.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE LA LONGITUD SEÑALADA EN EL CUADRO BÁSICO ES DE 30 A 35 CM
Pregunta 10:	Replón 152 Clave 601676471 BALON PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES, CON DOBLE VÍA LONGITUD 200 CM CALIBRE 6.8 FR 2 ML. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar balón para extracción con calibre de 6.6fr.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 11:	Replón 308 Clave 603460015 ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM.

Handwritten mark: X

Handwritten signature: Juana Lourdes Fonce

Handwritten signature: Ammduya

Handwritten signature: Ammduya

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar esfinterotomo para vías biliares con calibre del catéter de 7fr. con punta domo.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EL TIPO DE PUNTA SEÑALADA EN EL CUADRO BÁSICO ES LA PUNTA DISTAL
Pregunta 12:	Renglón 309 Clave 603460023 ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar esfinterotomo para vías biliares con calibre del catéter de 7fr., con punta domo.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EL TIPO DE PUNTA SEÑALADA EN EL CUADRO BÁSICO ES LA PUNTA DISTAL
Pregunta 13:	Renglón 599 Clave 5041680527 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.5 MM C/1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL DE 20 FR. TUBO DE ALIMENTACIÓN DE 1.2CM. DE LONGITUD. Solicitamos a la convocante omitir la palabra mickey ya que limita la oferta.
Respuesta:	No se acepta su solicitud.
Pregunta 14:	Renglón 600 Clave 5041680528 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.7 MM C/1 Solicitamos a la convocante omitir la palabra mickey ya que limita la oferta.
Respuesta:	No se acepta su solicitud.
Pregunta 15:	Renglón 637 Clave 5048410036 SET DE LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, TAMBOR CON 7 LIGAS. Solicitamos a la convocante nos permitimos ofertar set de ligadura de varices esofagicas con dos tambores de 6 ligas cada uno, dando un total de 12 ligas. (12 disparos)
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 16:	Renglón 126 Clave 0601661549 CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO , LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.

[Handwritten signature: Juan Roberto Ponce]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Handwritten initials/signature in the top right corner.

	Se solicita al convocante aclarar si requiere se requiere guía metálica para el catéter ureteral doble "j", de poliuretano, radiopaco, longitud 24 cm. calibre 6 fr.
Respuesta:	Si se requiere guía.
Pregunta 17:	Replón 127 Clave 0601661564 CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR. Se solicita al convocante aclarar si requiere se requiere guía metálica para el catéter ureteral doble "j", de poliuretano, radiopaco, longitud 24 cm. calibre 7 fr.
Respuesta:	Si se requiere guía.
Pregunta 18:	Replón 166 Clave 0601678782 CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE SILICÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. CALIBRE 5 FR PIEZA. Se solicita al convocante aceptar un catéter venoso subcutáneo implantable que contiene un contenedor metálico de titanio con membrana de elastómero de silicón para puncionar y un catéter de silicón para administración de bolo o infusión continua. calibre 6 fr.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 19:	Replón 288 Clave: 603450222 EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE:- CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 10 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD.- GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J".- DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRE 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM.- AGUJA TIPO MITTY POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO PARA CADA AGUJA.- TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL. Se solicita al convocante aceptar un equipo para nefrostomía percutánea con catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 9fr x 30cms.

Vertical handwritten notes on the right side of the table, including names like 'Jana Cortez Ponce' and 'Ammontu'.

Handwritten signature in the bottom left corner.

Large handwritten signature in the bottom center.

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.



Handwritten initials/signature

Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 20:	<p>Renglón 292 Clave 603450743 EQUIPO DE CATETERES URETRALES RADIOPACO DOBLE "J", CONSTA DE; GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL. LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR. CATETER URETERAL DE POLIURETANO. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 6 FR. POSICIONADOR DE VINIL, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD.</p> <p>Se solicita al convocante aclarar si requiere se requiere guía metálica para el catéter ureteral doble "j", de poliuretano, radiopaco, longitud 24 cm. calibre 6 fr.</p>
Respuesta:	Si se requiere de guía metálica.
Pregunta 21:	<p>Renglón 299 Clave: 603451873 EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN.</p> <p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta de fijación, sonda de succión multiperforada, con diámetro externo de 7 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo.</p>
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 22:	<p>Renglón 54 CLAVE 600880652 AÓSITO HIDROCOLOIDE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL, TAMAÑO DE 10.0 CM, 0.6 CM X 10.0 CM 0.6 CM ENVASE C/1.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 23:	<p>Renglón 55 CLAVE 600880660 APOSITOS HIDROCOLOIDES, CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL.TAMAÑO: DE 15.0 CM ± 3.0 CM X 16.0 CM ± 4.0 CM. ENVASE C/1.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.

Vertical handwritten notes:
 Juan López
 am...
 ...

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

Pregunta 24:	Renglón 56 CLAVE 600880678 APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM. PIEZA ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 25:	Renglón 57 CLAVE 600880686 APOSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 26:	Renglón 58 CLAVE 600880694 APOSITO ABSORBENTE A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO DE 10.0 CM ± 2.0 CM X 20.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 27:	Renglón 59 CLAVE 600880702 APOSITO EN FORMA DE MECHA, COMPUESTOS POR FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 30 CM ± 0.5 CM (2 G). PIEZA ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 28:	Renglón 63 CLAVE 600880769 DESCRIPCION APOSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. TAMAÑO 15 X 20 CM. PIEZA UNIDAD DE MEDIDA ENVASE, PRESENTACION C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación tubo de 85grs.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES DIFERENTE.
Pregunta 29:	Renglón 65 CLAVE 600880793 APOSITOS DE HIDROPOLÍMERO, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 10 A 11 CM X 11 A 16 CM. PIEZA. ENVASE C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.

Juana Martínez Ponce

Ammon...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 30:	Renglón 66 CLAVE 600880827 APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM. ENVASE C/12. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES CON 12 PIEZAS.
Pregunta 31:	Renglón 67 CLAVE 600880835 APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 40 CM X 20 CM A 40 CM. ENVASE C/6. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 5 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES CON 6 PIEZAS.
Pregunta 32:	Renglón 69 CLAVE 600880850 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN , Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 12.5 X 12.5 CMS. PIEZA C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 33:	Renglón 71 CLAVE 600880884 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN , Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, SIN PEGAMENTO ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 15 X 15 CMPIEZA C/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar presentación caja con 10 piezas.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 34:	Renglón 72 CLAVE 600880892 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO EN FORMA DE SACRO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y

[Handwritten signature]

Juana Martínez Ponce

Ammon...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Handwritten initials/signature

	<p>AGUA CON ADHESIVO O PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 22 X22 CMS. ENVASE C/1.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar medida 20x16.9 cms presentación caja con 5 piezas.</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EN EL CUADRO BÁSICO LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA.
Pregunta 35:	<p>Renglón 73 CLAVE 600880900 AÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO EN FORMA DE TALÓN CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTA CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN , Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO O PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS 10.5 X 13.5 CMS. ENVASE C/1.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar apósito hidrocélular para manejo de exudado en forma de talón con adhesivo medida 19.8x14 cms. caja con 5 piezas.</p>
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 36:	<p>Renglón 282 CLAVE 603370164 ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS. PIEZA. PIEZA C/1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?</p>
Respuesta:	La medida es 35W.
Pregunta 37:	<p>Renglón 283 CLAVE 603370180 ENGRAPADORA LINEAL RECARGABLE. CARTUCHO CON GRAPAS. PIEZA. PIEZA C/1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?</p>
Respuesta:	La medida es 60MM Y 80 MM,
Pregunta 38:	<p>Renglón 285 CLAVE 603370214 ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE. CARTUCHO CON GRAPAS. PIEZA. PIEZA C/1.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?</p>

Handwritten notes on the right margin:
 Juanita Plutarco Fonseca
 a m m...
 Q...
 M...

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Handwritten initials/signature

Respuesta:	La medida es 60MM Y 80 MM.
Pregunta 39:	Renglón 32 CLAVE DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLÍTICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCIÓN OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G. ENVASE CON 6. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar presentación con 12.
Respuesta:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, Y SE MODIFICA LA PRESENTACIÓN A ENVASE CON 12, Y EN CONSECUENCIA LA CANTIDAD SOLICITADA PARA EL RENGLON 32 DEL ANEXO 1-A, SE MODIFICA TAMBIEN A 1,361 ENVASES.
Pregunta 40:	Renglón 286 CLAVE 603370230 ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL. PIEZA. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la convocante favor de especificar la Medida de la Engrapadora?
Respuesta:	La medida es 18 cm longitud x 18 mm largo.
Pregunta 42:	Renglón 392 CLAVE 606030012 MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA. Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita cotizar esta partida con la medida 20 X 25 CM ovalada.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 43:	Renglón 393 CLAVE 606030013 MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM. X 25 A 35 CM. PIEZA C/1. Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita cotizar esta partida con la medida de 25 X 35.5 CM rectangular.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás Licitantes.
Pregunta 44:	Renglón 469 CLAVE 608412441 MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM. Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita cotizar esta partida con las misma descripción pero con la aguja de la medida de 5.5 MM.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.

Vertical handwritten notes:
 Juan Antonio Ponce
 Juan Antonio Ponce
 Juan Antonio Ponce

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps



Handwritten initials/signature

<p>Pregunta 45:</p>	<p>Renglones del 604 a la 613 CONSUMIBLES PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACION POR PLASMA.</p> <p>Con relación a los consumibles solicitados de la partida 604 a la partida 613, Los cuales son insumos de empaque y validación para el proceso de esterilización por plasma, observamos que no se aprecia la solicitud del consumible (Cartucho de peróxido de hidrogeno para esterilizador de plasma con 10 celdas individuales para 10 ciclos de esterilización, presentación envase con 2 piezas, numero de catálogo: 10144), el cual es el principal componente en el proceso de esterilización. En caso de que nuestra apreciación sea correcta, solicitamos amablemente a la convocante, incluir la partida mencionada a su requerimiento.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta su solicitud.</p>
<p>Pregunta 46:</p>	<p>Renglón 301 Clave 603452301 EQUIPO (CATÉTER) PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: UNA CÁNULA. UNA JERINGA DE 5 ML. UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. EQUIPO.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Equipo Para hemodiálisis de inserción en subclavia, yugular o femoral doble lumen, incluye: Una cánula, Una guía de acero inoxidable, Un catéter doble lumen Calibre de 11 a 12 Fr, longitud 185 a 205 mm con obturador y un dilatador con extensiones curvas. Estéril y desechable. SIN JERINGA, Tipo: Mahurkar. Adulto. Se acepta?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 47:</p>	<p>Renglón 117 Clave 0601660228 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 12 FR.</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 48:</p>	<p>Renglón 118 Clave 601660236 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 14 FR.</p>

Handwritten signature

Handwritten signature: Juana Patricia Ponce

Handwritten signature: ammontuz d

Handwritten signature: GTCM

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten initials/signature

	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 49:	Renglón 119 Clave 601660244 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 50:	Renglón 120 Clave 601660251 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 18 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 51:	Renglón 121 Clave 601660269 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 20 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 52:	Renglón 122 Clave 601660277 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 22 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 53:	Renglón 123 Clave 601660285 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 24 FR.

Handwritten signature: Juana González Pano

Handwritten signature: Am... ..

Handwritten signature:

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps



M *Q*

	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 54:	Renglón 124 Clave 601660293 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 26 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo con las mismas características pero con la medida en milímetros (mm).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 55:	Renglón 164 Clave 601678220 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 8 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 56:	Renglón 165 Clave 601678238 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 10 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 57:	Renglón 170 Clave 601681455 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 12 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.

for
Jeanes Quintz fonce
ammbung

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

<p>Pregunta 58:</p>	<p>Renglón 187 Clave 601685340 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CAL.14 FR.</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 59:</p>	<p>Renglón 188 Clave 601685365 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 16 FR.</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 60:</p>	<p>Renglón 189 Clave 601685381 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 18 FR.</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 61:</p>	<p>Renglón 190 Clave 601685399 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 20 FR.</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 62:</p>	<p>191 Clave 601685407 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 22 FR.</p>

[Vertical handwritten note:] Juan Montez Ponce

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

	Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 63:	Renglón 192 Clave 601685456 TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CAL. 26 FR. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un tubo endotraqueal con las mismas características solicitadas hecho con material PVC grado médico y medida en mm (milímetros).
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 64:	Renglón 207 Clave 601688138 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 8.0 MM DIÁMETRO INTERNO. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 8 con Diámetro Interno: 7.6mm, Diámetro Externo 12.2mm y longitud 81mm.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 65:	Renglón 208 Clave 601688146 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 9.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO. Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 10 con Diámetro Interno: 8.9mm, Diámetro Externo 13.8mm y longitud 81mm.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 66:	Renglón 209 Clave 601688161 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALÓN, CURVADA, CINTA DE FIJACIÓN, GLOBO DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA,

[Handwritten notes on the right margin: "Juan", "Juan", "Moniz Ponce", "AMM", "AMM"]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten initials/signature

	<p>PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUÍA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO: EXTERNO: LONGITUD: 10 .0 MM ± 0.2 MM 13.0 MM ± 1.0 MM 84 MM ± 5 MM.PIEZA.</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 10 con Diámetro Interno: 8.9mm, Diámetro Externo 13.8mm y longitud 81mm.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 67:</p>	<p>Renglón 210 Clave 601688211 CANULA PARA TRAQUEOTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA. PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 6.0 MM + - 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO 8.5 MM+ - 0.5 MM LONGITUD 64 MM + - 5 MM</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cancula de traquestomia con las mismas características solicitadas número 6 con Diámetro Interno: 6.4mm, Diámetro Externo 10.8mm y longitud 76mm.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 68:</p>	<p>Renglón 258 Clave 602070013 CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L-</p> <p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar un circuito con las mismas características solicitada pero con bolsa de 2lts únicamente.</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.</p>
<p>Pregunta 69:</p>	<p>Renglon 305 Clave: 603453168 SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA, CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, DE 30.5 CM DE LARGO, MARCA TOPE A 4.5 CM. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CONEXIONES CÓNICAS LATERALES, ENTRADA MACHO DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE CONECTOR DE TUBO CORRUGADO, CONECTOR GIRATORIO Y ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.</p> <p>Se solicita a la convocante nos indique si es posible ofertar un sistema de succión cerrado para traqueostomia con un largo de 365mm, este sistema cuenta con 4 orificios en la punta de la sonda para un aspirado mas uniforme y cuenta con un plastico de doble densidad atraumatico. Medida 14 FR.</p>

Handwritten signature

Handwritten signature: Juana Lopez Gomez

Handwritten signature: Camacho

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 70:	Renglon 585 Clave: 5041680072 SONDA ENDOTRAQUEAL C/GLOBO CAL. 3.0 Se solicita atentamente a la convocante nos indique si entendemos correctamente que se refiere con sonda endotraqueal a tubo endotraqueal para ventilación y si las medidas son en MM?
Respuesta:	SI ES CORRECTO
Pregunta 71:	Renglon 586 Clave: 5041680073 SONDA ENDOTRAQUEAL C/GLOBO CAL. 3.5 Se solicita atentamente a la convocante nos indique si entendemos correctamente que se refiere con sonda endotraqueal a tubo endotraqueal para ventilación y si las medidas son en MM?
Respuesta:	SI ES CORRECTO
Pregunta 72:	Renglon 587 Clave: 5041680074 SONDA ENDOTRAQUEAL C/GLOBO CALIBRE 4.0 Se solicita atentamente a la convocante nos indique si entendemos correctamente que se refiere con sonda endotraqueal a tubo endotraqueal para ventilación y si las medidas son en MM?
Respuesta:	SI ES CORRECTO
Pregunta 73:	Renglon 588 Clave: 5041680075 SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO CAL. 4.5 Se solicita atentamente a la convocante nos indique si entendemos correctamente que se refiere con sonda endotraqueal
Respuesta:	SI ES CORRECTO
Pregunta 74:	Renglon 635 Clave: 5049500349 "SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 6 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM, HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA." Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TyCare con medida de 6Fr. Cuenta con 4 orificios para permitir una aspiración mas uniforme, sonda de plastico grado medico de doble densidad el cual le permite tener una punta a traumatica.
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 75:	Renglon 656 Clave: 5049500350 "SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM, HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Juana Martínez Ranco
 Amm...
 Alex...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Handwritten signature/initials

	<p>DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA."</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TyCare con medida de 8Fr. Cuenta con 4 orificios para permitir una aspiración mas uniforme, sonda de plastico grado medico de doble densidad el cual le permite tener una punta a traumatica.</p>
Respuesta:	No se acepta favor de apegarse a lo solicitado.
Pregunta 76:	<p>Renglon 49 Clave 600880017 APOSITOS TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILE Y DESECHABLE. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5. 08 A 6.0 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA CON 100 PZAS. SE ACEPTA?</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EL CUADRO BÁSICO INDICA CON 50 PIEZAS.
Pregunta 77:	<p>Renglon 53 Clave: 600880504 APOSITOS CON PETROLATO. MEDIDAS: 10 X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL. PIEZA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APOSITO DE CON PETROLATO. MEDIDAS: 7.6 X 7.6 CM, SE ACEPTA?</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 78:	<p>Renglon 66 Clave 600880827 APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA 10.2 X 20.3CM CON BORDE ADHESIVO, CAJA CON 25 PZAS, SE ACEPTA?</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE EL CUADRO BÁSICO INDICA ENVASE CON 12 PIEZAS.
Pregunta 79:	<p>Renglon 85 Clave 601251879 BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA, RECTANGULAR ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100ML. Y LECTURA CADA 200ML. SISTEMA CERRADO CAPACIDAD: 2000 ML. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA BOLSA DE RECOLECCION DE ORINA EN FORMA DE DIAMANTE ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACION Y LECTURA CADA 100 ML Y SISTEMA CERRADO CON CAPACIDAD 2000ML, SE ACEPTA?</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 80:	<p>Renglon 97 Clave: 601253602 BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL, ESTÉRIL, CON EQUIPO INTEGRADO PARA BOMBA, CAPACIDAD DE 1000 ML.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA BOLSA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, CAPACIDAD 1000ML, PRESENTACIÓN EN VOLSA INDIVIDUAL NO ESTERIL, SE ACEPTA?</p>
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 81:	<p>Renglon 114 Clave: 601650864 CATETER PARA DRENAJE TORACICO, CON INTRODUTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 12.0 FR.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL CATÉTER TORÁCICO, ESTÉRIL, CALIBRE 12FR, SIN TROCAR, SE ACEPTA?</p>

Vertical handwritten notes:
 Juano Ploniz Ponce
 De la Comandancia

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps



Handwritten signature/initials

Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 82:	Renglón 115 Clave: 601650872 CATETER PARA DRENAJE TORACICO, CON INTRODUTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 14.0 FR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL CATÉTER TORÁCICO, ESTÉRIL, CALIBRE 16FR, SIN TROCAR, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 83:	Renglón 130 Clave: 601663057 CANULA PARA SUCCION TIPO YANKAUER DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO, ESTERIL Y DESECHABLE INASTILLABLE, PUNTA ESTANDAR TIPO OLIVA ACANALADA ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA, CON MANGO ANATOMICO Y TUBO DE ASPIRACION DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 6 MM. DE DIAMETRO INTERNO Y 18 CM. DE LONGITUD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REITERE LA LONGITUD DEL TUBO DE CONEXIÓN YA QUE, EN EFECTO LA DESCRIPCION ES DE 6MM, PERO EL LARGO ES DE 1.8M, ES CORRECTO ESTO?
Respuesta:	ES CORRECTO, LA LONGITUD DEL TUBO ES DE 1.8M
Pregunta 84:	Renglón 146 Clave 601673726 CATETER PARA DRENAJE TORACICO, CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM, CALIBRE 28 FR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DRENAJE TORACICO DE 51 CM, CALIBRE 28 FR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 85:	Renglón 185 Clave 601684277 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X . TIPO: LEVIN CALIBRE 12 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DE LA TIPO LEVIN, SONDA NASOGÁSTRICA DE DESCOMPRESION E E IRRIGACIÓN TIPO SALEM, CON LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN, MARCA OPACA A LOS RAYOS X, CALIBRE 12 FR. SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 86:	Renglón 186 Clave 601684418 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 18 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DE LA TIPO LEVIN, SONDA NASOGÁSTRICA DE DESCOMPRESION E E IRRIGACIÓN TIPO SALEM, CON LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN, MARCA OPACA A LOS RAYOS X, CALIBRE 18 FR. SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 87:	Renglón 238 Clave: 601689896 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 14 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DE LA TIPO LEVIN, SONDA NASOGÁSTRICA DE DESCOMPRESION E E IRRIGACIÓN TIPO SALEM, CON LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN, MARCA OPACA A LOS RAYOS X, CALIBRE 14 FR. SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 88:	Renglón 239 Clave 601689904 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X . TIPO: LEVIN, CALIBRE 16 FR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DE LA TIPO LEVIN, SONDA NASOGÁSTRICA DE DESCOMPRESION

Vertical handwritten notes:
 Juanita Martínez Ponce
 Dra. Ana Carolina Martínez

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps



Handwritten initials/signature

	E E IRRIGACIÓN TIPO SALEM, CON LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN, MARCA OPACA A LOS RAYOS X, CALIBRE 16 FR. SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 89:	Renglón 281 Clave 603300054 ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO NO ABRASIVO, PASTA CONDUCTIVA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODO PARA MONITOREO, DE ESPUMA CON HIDROGEL CONDUCTIVO, PRESENTACIÓN SOBRE CON 100 PZ, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 90:	Renglón 421 Clave 608307070 SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X. LONGITUD 45 A 51 CM CALIBRE 36 FR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE TORACICO DE CLORURO DE POLIVINILO, OPACA A LOS RAYOS X DE 51 CM CALIBRE 36 FR, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 91:	Renglón 422 Clave 608307088 SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X. 45 A 51 CM CALIBRE 19 FR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA SONDA PARA DRENAJE TORACICO DE CLORURO DE POLIVINILO, OPACA A LOS RAYOS X DE 51 CM CALIBRE 20 FR, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 92:	Renglón 423 Clave 608307187 SONDA PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILETE PUNTA DE TUNGSTENO Y GUIA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD 114 CM. CALIBRE 12 FR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA, SONDA DE NUTRICION ENTERAL, CON PUNTA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 109 CM, CALIBRE 12 FR. SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 93:	Renglón 424 Clave 608307195 SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X. LONGITUD 45 A 51 CM CALIBRE 28 FR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA SONDA PARA DRENAJE TORACICO DE CLORURO DE POLIVINILO, OPACA A LOS RAYOS X DE 51 CM CALIBRE 28 FR, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 94:	Renglón 557 Clave: 4043300003 ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE CON CABLE CONECTOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ELECTRODO NEONATAL, PRELAMBRADO, PRESENTACIÓN SOBRE CON 3 PIEZAS. SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA CONVOCANTE.
Pregunta 95:	Renglón 591 Clave: 5041680517 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 14 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDAS 14 FR Y 1.5 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA

Handwritten notes on the right margin:
 Juan
 Diana Martinez Ponce
 Amm...
 Juan

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials at the bottom right



Handwritten initials/signature

Pregunta 96:	Renglón 592 Clave: 5041680518 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 14 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 14 FR Y 1.7 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 97:	Renglón 593 Clave : 5041680519 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 16 F.R. 1.2 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 16 FR Y 1.2 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 98:	Renglon 594 Clave: 5041680521 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 16 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 16 FR Y 1.5 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 99:	Renglon 595 Clave: 5041680522 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 16 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 16 FR Y 1.7 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 100:	Renglon 596 Clave: 5041680523 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 18 F.R. 1.2 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 18 FR Y 1.2 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 101:	Renglon 597 Clave: 5041680524 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 18 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 18 FR Y 1.5 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 102:	Renglon 598 Clave 5041680526 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 18 F.R. 1.7 MM

Vertical handwritten notes:
 Juan
 Diana Montano
 Diana Montano
 Diana Montano

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps



Handwritten initials/signature

	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 18 FR Y 1.7 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 103:	Renglon 599 Clave: 5041680527 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 20 FR Y 1.5 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 104:	Renglon 600 Clave: 5041680528 MIC KEY BOTÓN DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 20 FR Y 1.7 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 105:	Renglon 184 Clave: 601683394 CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO DE SILICON CON UN COJINETE DE POLIESTER, CON CONECTOR Y TAPON LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE, TIPO: TENCKHOFF, ADULTO: LONGITUD 40 A 43 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO NOS PERMITA OFERTAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA DEL BOTON DE GASTROSTOMÍA MEDIDA 20 FR Y 1.7 CM, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA, EL BOTON ES UN INSUMO DIFERENTE AL CATETER DE DIALISIS
Pregunta 106:	Renglon.- 301 Clave: 603452301 QUIPO (CATÉTER) PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: UNA CÁNULA. UNA JERINGA DE 5 ML. UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. EQUIPO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DE CARACTERISTICAS EXACTAS CON TODOS LOS COMPONENTES, EXCEPTO JERINGA, SE ACEPTA?
Respuesta:	NO SE ACEPTA
Pregunta 107:	Renglon 66 Clave 600880807, descripción aposito con barrera Antimicrobiano, estéril y desechable 10cm x10 cm a 20cm caja c/12. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA C/10.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA CONVOCANTE
Pregunta 108:	En la licitación anterior se eliminaron los siguientes renglones :321,332,333,492,493,602,606,607,608,609 y 612 Por no ser de origen de los países con los que Mexico tiene tratado de libre comercio .

Handwritten notes on the right margin:
 Juan Antonio Ponce
 Amambuzca
 D. Lopez

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp



[Handwritten signature]

	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI SE CANCELARAN NUEVAMENTE.
Respuesta:	Se dará respuesta en el Apartado de Generales de la presente Acta.
Pregunta 109:	Renglones 76 y 77 Se solicita nos permita cotizar biberones de plástico en las presentaciones de 120 ml. y 240 ml, ya que no se fabrican los biberones de vidrio. ¿ se acepta nuestra solicitud ?
Respuesta:	NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN BIBERONES DE VIDRIO.
Pregunta 110:	Renglón 75 , Favor de proporcionarnos más información y medidas sobre este renglón.
Respuesta:	BALON POSTPARTO BAKRI 24FR X 54CM
Pregunta 111:	Se le solicita a la Convocante proporcionar la descripción completa de los siguientes renglones: 20,22,46,240,241,247,266,318,322,323,415,561,601 y 664.
Respuesta:	La respuesta a su pregunta se encuentra ya otorgada al momento de dar contestación a la pregunta número 21, formulada por la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

[Handwritten mark]

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	Punto 1.1.8. Muestras.- Solicito amablemente a la convocante me permita presentar las muestras por familia.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud, y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia.
Pregunta 2:	Inciso C Punto 13.- Solicito amablemente a la convocante, me permita presentar el 50% de los registros sanitarios en un USB y carta de compromiso de que si resultamos adjudicados cumpliremos con la entrega del 50% restante a la firma del contrato.
Respuesta:	No se acepta su solicitud, los registros sanitarios, deberá de presentarse lo requerido en el punto 1.1.9 de las bases de la presente convocatoria
Pregunta 3:	Inciso C Punto 13.- Solicito amablemente a la convocante, me permita presentar los registros sanitarios por familia.
Respuesta:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el Punto 1.1.9 de las bases de la presente Convocatoria.
Pregunta 4:	Inciso C Punto 13.- Solicito a la convocante en este punto, que los registros sanitarios no requieran firma autógrafa del representante legal, ya que estos representan un alto volumen de papelería.
Respuesta:	Se acepta su solicitud, y se informa que de igual manera no se requerirá la firma de los Registros Sanitarios, por parte de los licitantes presentes y del representante del comité designado por la convocante en el evento de presentación de propuestas y apertura técnica al momento de validar los documentos correspondientes a su propuesta técnica.
Pregunta 5:	Inciso C punto 12.- Es correcto entender que en este punto debemos de presentar la Licencia Sanitaria.

Jana Martínez Ponce

Alex AMM...

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and stamps]





[Handwritten initials]

Respuesta:	No es correcta su apreciación, el punto mencionado no hace alusión a dicho documento.
Pregunta 6:	Solicito amablemente a la convocante me confirme cuales son los países con los que México tiene tratados de libre comercio o me confirme de que países podemos presentar los productos y registros sanitarios.
Respuesta:	Los países con los que México tiene Tratados están incluidos en los tratados señalados en el punto 1, letra A de la Convocatoria.
Pregunta 7:	Inciso C Punto 3.- Es correcto entender que en este punto para comprobar relación en las principales operaciones de ventas de los últimos 12 meses, es necesario presentar copia de facturas de ventas de material de curación.
Respuesta:	No es obligatorio la entrega copias de dichas facturas, sin embargo, si es requerido la relación de las principales ventas en mención, informando en ésta el Numero y fecha de factura, Monto de la operación, así como razón social y contacto de los clientes.
Pregunta 8:	Es correcto entender que todos los cambios que se realicen en la junta de aclaraciones deben ser plasmados en la propuesta Técnica y propuesta Económica.
Respuesta:	Los que así corresponda si deberán ser plasmados.
Pregunta 9:	Es correcto entender que todos los anexos y escritos deberán estar dirigidos a: C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ Director Administrativo De Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.
Respuesta:	Es correcta su apreciación, los escritos y anexos deberán estar dirigidas al C.P. Aarón Serrato Aroaz, Director Administrativo, Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., salvo los registros sanitarios, identificaciones, certificados, aviso de funcionamiento, manuales, recibo de proposiciones y los documentos solicitados en el punto 3 inciso c) numeral 27 de la convocatoria.
Pregunta 10:	Inciso C Punto 20.- Es correcto entender que el Anexo 6 se deberá llenar para ambas propuestas
Respuesta:	Si es correcta su apreciación, debiendo llenar un recibo por cada proposición, una para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica.

[Handwritten signature: Juan Antonio González]

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Partida 126.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE SE REQUIERE GUÍA METÁLICA PARA EL CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR
Respuesta:	SI SE REQUIERE.

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and stamps]



Handwritten initials/signature

Pregunta 2:	Partida 127.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE SE REQUIERE GUÍA METÁLICA PARA EL CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR
Respuesta:	SI SE REQUIERE.
Pregunta 3:	Partida 288.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 9FR X 30CMS.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO
Pregunta 4:	Partida 292.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI REQUIERE SE REQUIERE GUÍA METÁLICA PARA EL CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.
Respuesta:	SI SE REQUIERE.
Pregunta 5:	Partida 299.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME CONFIRME LA DESCRIPCION DE EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 7 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. EQUIPO.
Respuesta:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ APEGARSE A LO EXPRESAMENTE REQUERIDO PARA LA PARTIDA 299 DEL ANEXO 1-A DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Pregunta 6:	Partida 300 Clave 603452152.- EQUIPO PARA BLOQUEO MIXTO (EPIDURAL-SUBDURAL) BÁSICO, ESTÉRIL, DESECHABLE. CONTIENE: A) AGUJA TIPO TOUHY CALIBRE 16 Ó 17 G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL, PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. B) CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, ESTÉRIL, DESECHABLE, CALIBRE 18 Ó 19 G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL,(HASTA 20 CM CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. C)SUJETADOR PARA CATÉTER, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNIÓN ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL CALIBRE DE LA AGUJA TOHUY QUE SE ESTARÁ REQUIRIENDO 16 ó 17 G.
Respuesta:	CALIBRE 18

Handwritten mark

Handwritten signature: Juan Antonio Ponce

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



[Handwritten signature]

	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS AMABLE NOS PERMITAN ENTREGAR EL 70% DE CARTAS DE APOYO Y EL 30% RESTANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, COMPROMETIENDONOS CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ENTREGAREMOS LOS ORIGINALES RESTANTES... ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLCITUD?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No se acepta, deberá presentar el 100% de las cartas de apoyo en original, en los términos solicitados en el punto a que se refiere su pregunta.</p>
<p>Pregunta 4:</p>	<p>NUMERO 3 INCISO C NUMERAL 17 DICE COMO SIGUE:</p> <p>Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.</p> <p>LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN ABRIL DE ESTE AÑO (2016) FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (LAASSP).</p> <p>EN EL ARTICULO 134 DE ESTA LEY DICE: LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE DISPONGAN LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, SE ADMINISTRARAN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTEN DESTINADOS.</p> <p>EL TERCER PARRAFO DICE: LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES DE TODO TIPO DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERA ABIERTO PUBLICAMENTE, A FIN DE ASEGURAR EL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.</p> <p>SIN EMBARGO MAS ADELANTE DICE EN EL APARTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN LOS CONCEPTOS Y PREVICONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGULADOS EN LA LAASSP... QUE LAS DEPENDENCIAS PUEDEN ANALIZAR LA CONVENIENCIA DE SOLICITAR QUE EL LICITANTE TENGA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.</p>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Montiz Ponce
 Juan Amador

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Handwritten initials

	<p>POR LO ANTES EXPUESTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MEJOR MANERA NOS INFORME POR FAVOR QUE ANALISIS DETERMINA QUE ESTEN SOLICITANDO TALES REQUISITOS.</p> <p>ASI MISMO SOLICITARLE QUE OMITA REQUERIR ESTOS MANUALES YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS PROVEEDORES, ADEMAS DE QUE NO SON NECESARIOS PARA EL PROCESO LICITATORIO QUE NOS OCUPA, ASI MISMO CREEMOS QUE NO DEMERITARIA NUESTRAS PROPUESTAS Y TAMBIEN QUE ES LA UNICA FORMA DE QUE SE CUMPLA LA LEY (LAASSP) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLCITUD?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>Esto se requiere en virtud de que se está adquiriendo dentro de la presente licitación Material de Curación para un Hospital que está Certificado por el Consejo de Salubridad General (Hospital Regional Materno Infantil), adicional a ello, cabe señalar que la convocante tiene certeza que en el Mercado existen cuando menos 5 empresas que cuentan con el Certificado aludido.</p>

Handwritten mark

Juana Blotz Ponce

Olivia Amador

..... G E N E R A L E S

Se informa a todos los participantes que se elimina del anexo 1A de la presente licitación los siguientes renglones: 321, 332, 333, 492, 493, 602, 606, 607, 608, 609, 612 y 625, por no ser de origen de los países con los que México tiene tratados o tienen solo una distribución.


Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, a lo que acto seguido no se formularon preguntas adicionales.

Finalmente se reitera que el Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 20 de Septiembre del 2016 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, sito en el tercer piso del inmueble ubicado en Matamoros No. 520, Zona Centro en Monterrey, N.L. C.P. 64000, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 21:50 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Handwritten signatures



Handwritten signatures



XO

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	<i>[Signature]</i>
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	<i>[Signature]</i>

[Signature]

[Signature]

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ROSA MARIA MONTES SALAS	<i>[Signature]</i>
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES	DR. NOÉ ENRIQUE PÉREZ ANGUIANO	<i>[Signature]</i>
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	LIC. ANA MARIA MARTÍNEZ DELGADO	<i>[Signature]</i>
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	LIC. JUANA MUÑIZ PONCE	<i>[Signature]</i>

Juana Muñiz Ponce

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]




[Handwritten initials]

REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA"	ENF. ADRIANA GUADALUPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA"	DR. JORGE FABIO LEZAMA DE LUNA	

[Handwritten signature]

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ	
COORDINADOR DE LICITACIONES	LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANIS	

Juana Clotilde Ponce

AM Martínez

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. SONIA MARCELA ROBLES TERREROS	
---	------------------------------------	---

PROVEEDORES		
	NOMBRE	FIRMA
ARTIMEDICA, S. A. DE C. V.	C. MARIO ALONSO GARCIA RAMON	
COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ TEODORO ALCALÁ	
HISA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.	C. JUAN MANUEL GALLEGOS NIÑO	
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	C. JUAN SOTO CHAVEZ	

Juan Antonio Robles

Juan Montenegro

