



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL

No. LP-919044992-125-2020

REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 5 de junio del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-125-2020** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Arón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *Lic. Yadira Faz Cedillo*, como área usuaria, el *Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza*, *representante del Laboratorio Estatal de Salud Pública*, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Mactezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme* y el *C.P. Erick de Jesús Leos Rodríguez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 1 de 25



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el *C.P. Aaron Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presentes: Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V., representada por el *C. José Francisco Martínez Pacheco*, DM Lab, S.A. de C.V., representada por el *C. José Luis Paredes Méndez*, Abastecedor Médico Hospitalario, S.A. de C. V., representada por *C. Arturo Hernández Pérez* y Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V., representada por el *C. Rene Gerardo Salazar Robledo*.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DM LAB S.A. DE C.V.	1.1 OBJETO Y ALCANCE, DESCRIPCION COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACION PUNTO 1.1.1	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.- REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 14.- AFERESIS	EN EL PUNTO 1.1.1 SE MENCIONA QUE LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANÁLISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR. PREGUNTA: ES POSIBLE SABER EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE CUAL ES LA VARIACIÓN MÁXIMA Y/O MÍNIMA QUE TIENEN CONSIDERADA?	NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE, PORQUE CADA UNIDAD APLICATIVA ELABORA SU ORDEN DE ENVÍO SEGÚN SUS NECESIDADES.

[Handwritten signatures and initials: A, J, and others]



<p>2</p> <p>DM LAB S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1 OBJETO Y ALCANCE, DESCRIPCION COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACION PUNTO 1.1.8</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.- REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 14.- AFERESIS</p>	<p>EN EL PUNTO 1.1.8 SE MENCIONA QUE EL LICITANTE OFERTARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE REACTIVOS, ASÍ COMO LOS CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ANUALES ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA. PREGUNTA: ¿EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE SE REFIEREN ES AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA EL CONTROL DE CALIDAD PUEDE SER DE LA MISMA MARCA?</p>	<p>SI, SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y LOS CONTROLES DE CALIDAD SERÁ DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SEMESTRALES ESTABLECIDAS POR LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.</p>
<p>3</p> <p>DM LAB S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPOS Y REACTIVOS PUNTO 1.2.1</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.- REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 14.- AFERESIS</p>	<p>EN EL PUNTO 1.2.1, PERIODO DE ENTREGA SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. PREGUNTA: ¿LA ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN? EN CASO CONTRARIO ES POSIBLE CONTAR CON UN CALENDARIO DE ENTREGAS PARA GARANTIZAR EL ABASTO EN TIEMPO Y FORMA.</p>	<p>NO, LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.2.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

4	DM LAB S.A. DE C.V.	3 FORMAS DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO INCISO C) PUNTO 11	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.- REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 14.- AFERESIS	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER: PUNTO 11.: FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE SI SOLO CON LOS FOLLETOS SOLICITADOS SE CUMPLE CON ESE PUNTO Y NOS INDIQUE SI ES NECESARIO PRESENTAR MANUALES DE LOS EQUIPOS	DEBERÁ PRESENTAR FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 2 PARA TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS EN COMODATO PARA TODAS LAS PARTIDAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN; ASÍ COMO FOLLETOS O MANUALES, EMITIDOS POR EL FABRICANTE.
5	DM LAB S.A. DE C.V.	3 FORMAS DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO INCISO C) PUNTO 29	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.- REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 14.- AFERESIS	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER: PUNTO 29. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES Y MUNICIPALES, SIENDO LOS SIGUIENTES: EL DOCUMENTO ACTUALIZADO Y VIGENTE EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFERENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE. PREGUNTA: LOS REFERENDOS Y/O TENENCIAS DE LOS VEHÍCULOS	DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE SE DEBERÁN PRESENTAR REFERENDOS PAGADOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2020.


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 **14 de 25**

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130 7000

Nuevo León

Siempre Ascendiendo



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				<p>DEBERÁN DE CORRESPONDER AL PAGO DEL 2020, O ES VÁLIDO PRESENTAR REFERENDOS DEL 2019</p>	
6	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.1. SOLICITAN EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MEJOR OFERTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES CON TECNOLOGIA DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD YA QUE NO PRECISA QUE ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS OFERTARIA, POR LO QUE SE PRECISA QUE SE REQUIEREN EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.</p>
7	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO. 1.2.1 PERIODO DE ENTREGA. SOLICITAN PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>DEBEMOS DE CONSIDERAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION.</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
8	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA: INCISO I: SOLICITAN CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES CON EL COMPROMISO DE CANIAR AQUELLOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO A LA FECHA DE SU CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-125-2020 FEBRERA 5 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



		<p>PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS</p>			
9	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 17. SOLICITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS DE IMPORTACIÓN ?SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD. RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE LA FACULTAD DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.</p>
10	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIÉN PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LAS HOJAS DEL MANUAL DEL EQUIPO, DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR CUANDO EN EL CATALOGO NO SEA POSIBLE ESTO. ?SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 6 de 25



		<p>PUNTO 11. SOLICITAN FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A.</p>			
<p>11</p>	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>3.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO, INClSO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 17. SOLICITAN DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN.</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS), 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>ESTO SOLO APLICA PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

[Handwritten mark]


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 7 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ml.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo

[Handwritten signatures]



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

12	GRUPO TECNOLOGÍA Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3, INCISO C, PUNTO 8 DE LAS BASES	7	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DERIVADA DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID19 LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS TIENEN COMO PROTOCOLO TRABAJAR VÍA REMOTA, POR LO QUE EN ALGUNOS CASOS SE COMPLICA LA ENTREGA DE LA CARTA DE APOYO A LOS LICITANTES QUE PARTICIPAMOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE AMABLEMENTE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO EN COPIA SIMPLE, ENTENDIÉNDOSE LO ANTERIOR UNA IMPRESIÓN FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO ORIGINAL, CON SUS RESPECTIVAS FORMALIDADES COMO FIRMA POR REPRESENTANTES LEGALES, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS DOCUMENTOS REFERIDOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL CON FIRMA AUTOGRAFA Y LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.
13	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPOSTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUALES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO" A ESTE RESPECTO, YA QUE EL SECTOR SALUD SE LIMITA A IMSS, ISSSTE Y SERVICIOS DE SALUD ESTATALES, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NO NOS LIMITE A CLIENTES DEL SECTOR SALUD, Y NOS	COMO CLIENTES DEL SECTOR SALUD, PODRÁN SER DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA Y SE ACLARA QUE SE REQUERIRÁN COMO MÍNIMO DOS CARTAS.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 8 de 25



				<p>PERMITA ENTREGAR CARTAS DE NUESTROS CLIENTES COMO LABORATORIOS PRIVADOS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p> <p>SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUALES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO", A ESTE RESPECTO, CÓMO SE HA HECHO EN AÑOS ANTERIORES, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE LOS HOSPITALES Y JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>	
14	<p>COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.</p>	<p>NUMERAL 3, PUNTO C, NUMERO 19</p>	<p>N/A</p>	<p>COMO CLIENTES DEL SECTOR SALUD, PODRÁN SER DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA Y SE ACLARA QUE SE REQUERIRÁN COMO MÍNIMO DOS CARTAS.</p>	

DUDAS TÉCNICAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>LABORATORIOS LICON, S.A.</p>	<p>1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN. OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.</p>	<p>1.1.1. EN EL ANEXO 1 DE ÉSTAS BASES, SE DESCRIBEN LAS PRUEBAS PARA LAS QUE SE REQUIEREN LOS REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DE LA CONVOCANTE.</p>	<p>SE SOLICITA AMBABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS EQUIPOS NO DEBERÁN TENER ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-91904992-125-1800 PÁGINA 9 de 25



		DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS RESULTADOS, LOS CUALES NO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS.		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR ESTE PUNTO, YA QUE ALGUNOS REACTIVOS POR SU NATURALEZA BIOLÓGICA NO CUENTAN CON ESTA CADUCIDAD (CONTROLES Y CÉLULAS PARA BANCO DE SANGRE) Y NO EXCEDEN DE MÁS DE UN MES DE CADUCIDAD, SOLICITAMOS QUE EN ESTOS CASOS NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDAD DE 28 DÍAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
2	LABORATORIOS LICON, S.A.	1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN.	1.2.3.- CONDICIONES DE ENTREGA: NUMERAL I CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS CON MENOR CADUCIDAD A LA ESTABLECIDA, SE PODRÁN DEVOLVER LOS MISMOS A JUICIO Y RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD APLICATIVA.	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE DEBERA INCLUIR UN SEMI PANEL DE POR LO MENOS TRES CÉLULAS INCLUIDA LA CÉLULA DIEGO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA LA DETERMINACIÓN RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE REQUIERE SOLAMENTE SU DETECCIÓN.
3	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO 1 "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"	10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGÜÍNEO SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, GRUPO INVERSO A Y GRUPO INVERSO B EN UN SOLO PROCESO EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO 1 "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"	10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA GRUPO Y RH		

ACCIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-1090 PÁGINA 10 de 25



5	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO I "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"	10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA PRUEBAS CRUZADAS	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA PRUEBA CRUZADA DEBEMOS DE OFERTAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012 EN EL PUNTO 15.1.4. SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO EMITIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD, POR LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE SE INSCRIBIRÁN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN SEROLOGÍA INFECCIOSA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) BAJO LA ISO 17043. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO.	8. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II. INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGÜINEA DOS VECES AL AÑO. ADEMÁS, DE UN SEGUNDO PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 15.9.2 INCISO A DE LA NOM-253-SSA1-2012 SE DEBERÁN ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN PARA LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA INDEPENDIENTES DE LOS CONTROLES	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO.	8. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 15.9.2 INCISO A DE LA NOM-253-SSA1-2012 SE DEBERÁN ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN PARA LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA INDEPENDIENTES DE LOS CONTROLES	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-15/2010 PÁGINA 11 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				QUE PROPORCIONE EL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	
8	LABORATORIOS LICON, S.A.	1-ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO 10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	AGREGAR EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO. EL EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CONSISTE EN: INCUBADORA DE TARJETAS PARA 22 TARJETAS CENTRIFUGA DE TARJETAS PARA 24 TARJETAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AMBOS INSTRUMENTOS DEBEN TENER UNA CAPACIDAD PARA 24 TARJETAS ¿FAVOR DE ACLARAR?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CAPACIDAD DE CADA EQUIPO ES DE 24 TARJETAS.
9	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, PARTIDA 6. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES), SOLICITAN: QUE INTEGRE EN UN SOLO CARTUCHO MULTI PRUEBAS, REACTIVOS, CALIBRADORES, BIOSENSORES, GASES, AGUA TOMA MUESTRA, PARA SU FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO BOLSA DE DESECHOS.	6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)	PARA PODER ASEGURAR RESULTADOS DE BUENA CALIDAD Y EVITAR RIESGO EN EL PERSONAL DE LABORATORIO, ES NECESARIO QUE EL EQUIPO A PROPONER DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS	8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INCUBADORA DE PLAQUETAS, CON	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PREGUNTA, SIN SER

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992/15-2020 PÁGINA 12 de 25

(Handwritten signatures and marks)



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		<p>EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. SOLICITAN INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40° C</p>		<p>ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INTERVALO DE TEMPERATURA DE 22°C +/- 1°C. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
<p>11</p>	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 14.-AFÉRESIS SE CONTEMPLAN 2 TIPOS DE KITS PARA PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS: KIT AFÉRESIS DESECHABLE PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCODEPLETADO Y CONCENTRADO ERITROCITARIO. KIT AFÉRESIS DESECHABLE PARA LA COLECCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO EUCODEPLETADO Y PLASMA.</p>	<p>14.- AFÉRESIS</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES DE LOS DOS TIPOS DE KITS DE AFÉRESIS QUE ESTÁN CONTEMPLANDO PARA PODER REALIZAR NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.</p>	<p>NO ES POSIBLE DETERMINAR CANTIDADES DE KITS, YA QUE CADA UNIDAD APLICATIVA SOLICITARÁ LOS REACTIVOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.</p>
<p>12</p>	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS</p>	<p>14.- AFÉRESIS</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR E EQUIPO DE AFÉRESIS CON LAS</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

ACORD DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125 2016 PÁGINA 13 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

	<p>EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 14.-AFÉRESIS SOLICITAN: SISTEMA AUTOMATIZADO DE AFÉRESIS PORTÁTIL QUE PERMITE LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO O DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADO CON <1X106 LEUCOCITOS EN UNA SOLA PLATAFORMA, FLUJO CONTINUO UNIPUNCIÓN Y CERRADO, SOFTWARE EN ESPAÑOL CON SELLADOR DIELECTRICO INCORPORADO. TIENE UNA PANTALLA TÁCTIL, PERMITE LA COLECCIÓN DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS FUERA DE LA CENTRÍFUGA DIRECTAMENTE EN LA BOLSA DE ALMACENAMIENTO SIN NECESIDAD DE TRASVASE MANUAL, SOFTWARE ESCALABLE, PESO LIGERO DE 84 KG. CONSTA DE 5 BOMBAS (EXTRACCIÓN, RETORNO, ACD,</p>		<p>SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO DE AFÉRESIS LIVIANO Y PORTATIL, CON PROTOCOLOS DE RECOLECCION DE PLAQUETAS, HEMATIES Y PLASMA UNICA VENIPUNCCION, MULTIPLES SENSORES DE AIRE, SENSOR DE PRESION DE VENA, CONTROL DE FLUJO AUTOMATICO Y MANUAL, PANTALLA GRANDE Y FACIL DE LEER, LUCES DE FLUJO PERFECTAMENTE VISIBLE, LEUCORREDUCCION OPCIONAL, CON TRES BOMBAS (EXTRACCION, RETORNO, ACD, PLAQUETAS Y PLASMA), MONITORES DE PRESION, SENSOR OPTICO DE LINEA, DETECTOR DE AIRE DE LA LINEA DE ANTICOAGULANTE, DETECTOR DE AIRE DE LA LINEA DE SANGRE Y CON PESADORA. ¿SE ACEPTA?</p>	
--	---	--	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. IP-919044992-25/2010 PÁGINA 14 de 25

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo

[Handwritten signatures and marks]



		PLAQUETAS Y PLASMA), SENSOR DE NIVEL DE RESERVORIO, DETECTOR DE ACD Y DETECTOR GLOBULOS ROJOS, SENSOR DE PRESIÓN DE CENTRIFUGA Y SENSOR DE HUMEDAD, UN PORTA CASETE QUE INCORPORA DE MANERA INTEGRADA LOS CABEZALES DE LAS BOMBAS DE CARGA AUTOMÁTICA, FILTROS, DIAFRAGMAS DE PRESIÓN, SENSORES Y DEPÓSITO DE RETORNO; ADEMÁS ES LA INTERFASE DE HARDWARE PARA LOS SENSORES, VÁLVULAS Y DETECTOR DE GLOBULOS ROJOS. CONTROL AUTOMATIZADO DE ANTICOAGULANTE. MENSAJES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ANTE SITUACIÓN DE ALERTA Y CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL DONANTE	PARTIDA NO. 15: - TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCEMIA EN SANGRE CAPILAR TOTAL	EN RELACION AL ANEXO 1-A "CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS EN COMODATO", RELATIVO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
13	ABASTECEDOR MÉDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 Y 1-A, REFERENTE A LA PARTIDA 15			

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-15-2020 PÁGINA 15 de 25



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		<p>FRESCA. CONTIENE ENZIMA GDH FAD. ENVASE CON 50 TIRAS REACTIVAS TATC</p>	<p>PARA LA PARTIDA 15, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LAS TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE DEBERAN ACEPTAR MUESTRA NEONATAL.</p>	
<p>14</p>	<p>GRUPO TECNOLOGÍA Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1.2 EL O LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN PROPORCIONARÁN LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, DE ACUERDO A SU PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA, LA CUAL DEBERÁ AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1A DE LAS PRESENTES BASES, DICHA PROPUESTA SERÁ EVALUADA POR EL COMITÉ TÉCNICO QUE DESIGNE LA CONVOCANTE.</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE PROCESO DE 240 MUESTRAS POR HORA, SIN AFECTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-107 DE PÁGINA 16 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

tel: gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



		<p>DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 300 MUESTRAS POR HORA • CON DEPÓSITO DE MUESTRAS • IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA POR MEDIO DE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO • PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE • SOFTWARE EN ESPAÑOL • REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK). • MEMORIA PARA RESULTADOS DE 1000 MUESTRAS DE RUTINA, 200 MUESTRAS URGENTES Y 300 MUESTRAS DE CONTROL • ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. • CAPACIDAD PARA 75 MUESTRAS SIMULTÁNEAS. • CORRIENTE ELÉCTRICA 100-240 V AC, 50/60 HZ • EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ENLAZAR EL EQUIPO AL SISTEMA DE INFORMÁTICA DEL LABORATORIO Y PROPORCIONAR UNA ESTACIÓN DE TRABAJO SEGÚN LO DESCRITO. • SISTEMA DE REPORTE CON IMPRESORA INTERNA Y EXTERNA • EL LICITANTE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE ORINAS.</p>		
--	--	--	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-15-2020 PÁGINA 17 de 25

Matamoros 520 Ote,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (51) 8130 7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

15	GRUPO TECNOLOGÍA Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1.1.2. EL O LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN PROPORCIONARÁN LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, DE ACUERDO A SU PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA, LA CUAL DEBERÁ AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1A DE LAS PRESENTES BASES, DICHA PROPUESTA SERÁ EVALUADA POR EL COMITÉ TÉCNICO QUE DESIGNE LA CONVOCANTE.	PARTIDA 7, PUNTO 7 DEL ANEXO 1-A REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE: UN INSTRUMENTO PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO. EQUIPOS CON CAPACIDAD DE REALIZAR MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. SISTEMA AUTOMATIZADO, UNIDAD ANALÍTICA, CPU, TECLADO ALFA NUMÉRICO, IMPRESORA Y MONITOR. SISTEMA DISCRETO, CONTINUO. QUE PERMITEN EL PROCESAMIENTO DE UNA O VARIAS PRUEBAS A UNA MUESTRA DETERMINADA. SOFTWARE EN ESPAÑOL MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA O CON REACCIONES ANTÍGENO – ANTICUERPO. CAPACIDAD DE TRABAJAR 24 HORAS DEL DÍA. EMPLEO DE DIFERENTES VOLÚMENES DE MUESTRA DEPENDIENTE DE LA TÉCNICA OFRECIDA Y DE TIPOS DE TUBOS PRIMARIOS Y COPAS LOS SISTEMAS OFERTADOS DEBERÁN PROCESAR MUESTRAS SIN DILUCIONES INICIALES Y TENER IDENTIFICADOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS. CON CONTROL DE INVENTARIO DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN 37 °C	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA HOSPITAL GRAL. DE MONTEMORELOS, HOSPITAL GRAL. DE LINARES, HOSPITAL GRAL. DE GALEANA, HOSPITAL GRAL. DE DR. ARROYO, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE REALIZAR 90 PRUEBAS POR HORA, YA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DEBIDO A QUE NUESTROS EQUIPOS OFERTADOS CUENTAN CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION, SE ACEPTA LA OFERTA DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
----	---	---	--	---	--


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2024 PÁGINA 18 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

🌐 n1.gob.mx
 ☎️ (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo

(Handwritten signatures and marks)



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		<p>CARRUSEL DE REACTIVO CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 2-10°C PARA LA BUENA PRESERVACIÓN DE LOS REACTIVOS. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS TANTO PARA MUESTRAS COMO REACTIVOS. TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD QUE INCLUYE REGISTROS ESTADÍSTICOS, GRÁFICOS DE LEVEYENNING, REGLAS DE WESTGARD, REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD. CON CAPACIDAD DE SER ENLAZADOS. CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL EQUIPO EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR ENLAZADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO. SE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO CLÍNICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE INMUNOLOGÍA</p>	<p>PARTIDA 7, PUNTO 7 DEL ANEXO 1-A REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE: UN INSTRUMENTO PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO.</p>	<p>LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA HOSPITAL GRAL. DE MONTEMORELOS, HOSPITAL GRAL. DE LINARES, HOSPITAL GRAL. DE GALEANA, HOSPITAL GRAL. DE DR. ARROYO. NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILICE LA METODOLOGÍA ELECTROQUÍMICA LUMINISCENCIA, YA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE</p>	
<p>16</p>	<p>GRUPO TECNOLOGÍA Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1.2 EL O LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN PROPORCIONARÁN LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, DE ACUERDO A SU PROPUESTA TÉCNICA</p>	<p>LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA HOSPITAL GRAL. DE MONTEMORELOS, HOSPITAL GRAL. DE LINARES, HOSPITAL GRAL. DE GALEANA, HOSPITAL GRAL. DE DR. ARROYO. NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILICE LA METODOLOGÍA ELECTROQUÍMICA LUMINISCENCIA, YA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2016 PÁGINA 19 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.,
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

	<p>PRESENTADA, LA CUAL DEBERÁ AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1A DE LAS PRESENTES BASES, DICHA PROPUESTA SERÁ EVALUADA POR EL COMITÉ TÉCNICO QUE DESIGNE LA CONVOCANTE.</p>	<p>EQUIPOS CON CAPACIDAD DE REALIZAR MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. SISTEMA AUTOMATIZADO. UNIDAD ANALÍTICA, CPU, TECLADO ALFA NUMÉRICO, IMPRESORA Y MONITOR. SISTEMA DISCRETO, CONTINUO, QUE PERMITEN EL PROCESAMIENTO DE UNA O VARIAS PRUEBAS A UNA MUESTRA DETERMINADA. SOFTWARE EN ESPAÑOL MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE QUIMIO LUMINISCENCIA O CON REACCIONES ANTÍGENO – ANTICUERPO. CAPACIDAD DE TRABAJAR 24 HORAS DEL DÍA. EMPLEO DE DIFERENTES VOLÚMENES DE MUESTRA DEPENDIENTE DE LA TÉCNICA OFRECIDAS Y DE TIPOS DE TUBOS PRIMARIOS Y COPAS LOS SISTEMAS OFERTADOS DEBERÁN PROCESAR MUESTRAS SIN DILUCIONES INICIALES Y TENER IDENTIFICADOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS. CON CONTROL DE INVENTARIO DETECCIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDO. TEMPERATURA DE INCUBACIÓN 37 °C CARRUSEL DE REACTIVO CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 2-10°C PARA LA BUENA PRESERVACIÓN DE LOS REACTIVOS. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS TANTO PARA MUESTRAS COMO REACTIVOS. TODOS LOS REACTIVOS LISTOS PARA SU USO. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD QUE INCLUYE REGISTROS ESTADÍSTICOS, GRÁFICOS DE</p>	<p>PARTICIPACIÓN Y DEBIDO A QUE NUESTROS EQUIPOS OFERTADOS CUENTAN CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ACEPTA LA OFERTA DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS. ¿SE ACEPTA?</p>	
--	--	---	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 20 de 25

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León

Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		<p>LEVEYENNINGS, REGLAS DE WESTGARD, REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD. CON CAPACIDAD DE SER ENLAZADOS. CON SISTEMA DE REPORTE DE RESULTADOS EN UNA IMPRESORA EXTERNA AL EQUIPO EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR ENLAZADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO. SE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO CLÍNICO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL ÁREA DE INMUNOLOGÍA</p>	<p>10, REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA</p>	<p>SOLICITAN METODOLOGÍA DE TARJETAS DE GEL, SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA OFERTAR METODOLOGÍA DE ESFERAS DE CRISTAL, LA CUAL CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, CON 6 COLUMNAS, Y CON VOLUMEN DE MUESTRA DE 40 MICROLITROS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA QUE PRETENDE OFERTAR TIENE UNA SENSIBILIDAD MÁS ALTA, LO CUAL INCREMENTA EL RIESGO DE FALSOS POSITIVOS, ADEMÁS DE REQUERIR UN VOLUMEN MÁS ELEVADO DE MUESTRA, LO QUE DIFICULTA SU APLICACIÓN EN RECIÉN NACIDOS.</p>
<p>17</p>	<p>COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1A</p>			

..... G E N E R A L E S

1. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.
- 2.- La Convocante se compromete a erogar como mínimo el 60% del monto adjudicado.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 21 de 25

Matamoros 520 Ota.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León

Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León - Siempre Ascendiendo


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 15 de junio del 2020, a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:29 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 AGENDA 22 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo





Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
--	---	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. YADIRA FAZ CEDILLO	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-125-2020 PÁGINA 23 de 25

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. ERICK DE JESÚS LEOS RODRÍGUEZ	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-05-2020 PÁGINA 24 de 25

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nueva León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

LICITANTES

	NOMBRE	FIRMA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO	
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ	
ABASTECEDOR MÉDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	C. ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ	
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	C. RENE GERARDO SALAZAR ROBLEDO.	