



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 EQUIPO MÉDICO

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 09 de septiembre del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-159-2021** referente a la adquisición de **Equipo Médico**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. **Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la **Lic. Ma. Alicia Leal Pérez**, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** la representante de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la **C.P. Patricia Graciela Torres Gauna**, como **área usuaria**, el **Dr. Ernesto García Martínez**, representante de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el **Lic. Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme**, jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el **C.P. Felipe Manuel Flores Martínez**, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.



Servicios
de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presente: **Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.**, representada por el *C. Jossue Guadalupe López Vázquez*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA NO.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		DOCUMENTO 8, 18, 24.-	DICHOS PUNTOS NO APLICAN PARA MI REPRESENTADA, PARA CUMPLIR CON ELLOS BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO/ANEXO CON LA LEYENDA NO APLICA? ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR SU APLICACIÓN.
2	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		DOCUMENTO 11	PARA EL MANTENIMIENTO: ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON DOMICILIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L.; ASÍ COMO ESCRITO EN EL CUAL DETALLE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO Y LOS NOMBRES DEL PERSONAL DEL STAFF DE INGENIERÍA; ASÍ COMO SUS TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES PARA SU LOCALIZACIÓN; ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR DIPLOMAS Y CURRÍCULUMS DE ÉSTOS. AUNQUE NO CONTAMOS COMO TAL CON UN ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SI CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO DEL STAFF DE INGENIERÍA DE LA MARCA QUE RADICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L., POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO PODER PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE NOS COMPROMETEMOS A DAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO Y QUE CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO DEL STAFF DE INGENIERÍA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L., INCLUYENDO NOMBRE, TELÉFONO MÓVIL, CORREO	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE CARTA DEL FABRICANTE O DE LA MARCA BAJO PROTESTA DE DECIR DE QUE CUENTA CON CENTRO DE SERVICIO ESTABLECIDO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., DEMOSTRABLE CON ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LOS NOMBRES DEL PERSONAL DEL STAFF DE INGENIERÍA; ASÍ COMO SUS TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES PARA SU LOCALIZACIÓN; ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR DIPLOMAS Y CURRÍCULUMS DE ÉSTOS DONDE CONSTE QUE SE ENCUENTRA CERTIFICADOS POR EL MISMO FABRICANTE.

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N. L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				ELECTRÓNICO, DIPLOMA Y CURRÍCULUM, ADEMÁS DE INCLUIR DATOS DE NUESTRO CENTRO DE SERVICIO SEDE, CONTACTO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: ¿SE ACEPTA?	
3	DISPOSITIVOS MEDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.	NUMERAL 1.1.7 Y NUMERAL 3 INCISO C PUNTO 10	TODAS	PARA EL CASO DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SE CLASIFICAN DE ACUERDO A SU NIVEL DE RIESGO Y CONTACTO CON PACIENTE, EN PARTICULAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE CLASIFICAN COMO CLASE I DE BAJO RIESGO, LA NORMATIVA CE NO OBLIGA A REALIZAR LA CERTIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE DICHA NORMA Y ES SUFICIENTE CON LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL NORMA CE. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS QUE SON DE CLASIFICACIÓN I DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SE PERMITA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CE DEL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE SEAN DE BAJO RIESGO CLASE I. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD
4	DISPOSITIVOS MEDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.	NUMERAL B. INCISO II	TODAS	DEBEMOS ENTENDER QUE LA FIRMA AUTÓGRAFA SOLICITADA EN TODOS LOS DOCUMENTOS SE COLOCARÁ DONDE SE SOLICITE SEGÚN LA CARTA O ANEXO, Y AL INICIO DE CADA FOLLETO, MANUAL O CATÁLOGO. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	DISPOSITIVOS MEDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.	NUMERAL E INCISO C PUNTO 9	TODAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE EN COPIA LEGIBLE A COLOR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA POR CAUSAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA GLOBAL, HA RETRASADO LOS TIEMPOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y CON FIRMA AUTOGRAFA


DUDAS TÉCNICAS:

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 PÁGINA 3 de 10

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

PREGUNTA NO.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	LIFETEC SA DE CV	ANEXO 1	PARA TODAS LAS PARTIDAS	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA EN MEDIDAS, DIMENSIONES, ANGULACIONES, PARÁMETROS, ETC. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$ EN LAS MEDIDAS FÍSICAS DE LOS EQUIPOS.
2	LIFETEC SA DE CV	ANEXO 1	PARTIDA 4 OXÍMETRO	SUPONEMOS QUE OFRECER CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES SE ACEPTAN POR SER BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO DEBERA DEMOSTRAR QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SON SUPERIORES MEDIANTE MANUALES, FOLLETOS O CATALOGOS DEL FABRICANTE.
3	LIFETEC SA DE CV	ANEXO 1	PARTIDA 7 CARRO CAMILLA	CARRO CAMILLA RADIOTRASPARENTE, PUNTO 2 SOLICITAN QUE SOPORTE UN PESO DE 320 KG COMO MÍNIMO, NORMALMENTE UNA CAMILLA HIDRÁULICA RADIOTRASPARENTE PARA PACIENTES DE PESO PROMEDIO CUENTAN CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200KG APROXIMADAMENTE, UNA CAMILLA CON CAPACIDAD MAYOR A 300 KG SE CONSIDERA PARA PACIENTE BARIÁTRICO Y ESTO INCREMENTARÍA BASTANTE EL COSTO INNECESARIAMENTE, POR TAL MOTIVO LES PEDIMOS RECONSIDEREN ESTE PUNTO Y ACEPTEN CAMILLAS CON CAPACIDAD DE 200 A 220 KG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE TIENE LA NECESIDAD DE PODER REALIZAR MANIOBRAS CON PACIENTES BARIÁTRICOS, POR TANTO, SE REQUIERE UN SOPORTE MÍNIMO DE 320 KG.
4	LIFETEC SA DE CV	ANEXO 1	PARTIDA 12 CARDIOTOCÓGRAFO	SUPONEMOS QUE OFRECER CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES SE ACEPTAN POR SER BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO DEBERA DEMOSTRAR QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SON SUPERIORES MEDIANTE MANUALES, FOLLETOS O CATALOGOS DEL FABRICANTE.
5	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, 1.2.4. FRECUENCIA DE MUESTREO DE AL MENOS 1000 HZ (GUARDADAS) Y 32000 HZ (ADQUISICIÓN).	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, NOS PERMITA OFERTAR DENTRO DEL RANGO DE MUESTREO DE 500 HZ A 8000HZ. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE UN EQUIPO CON FRECUENCIA DE MUESTREO MÍNIMA DE 1000HZ Y HASTA 32000HZ CON LA FINALIDAD DE NO PERDER INFORMACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA.
6	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.2.6. TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA CUATRO HORAS (80%)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON DURACIÓN DE RESPALDO DE 30 MIN. YA QUE ESTE ES UN TIEMPO SUFICIENTE PARA	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 PÁGINA 4 de 10

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				TERMINAR UN ESTUDIO Y GUARDAR LOS DATOS EN CASO DE LA FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTA?	
7	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.2.8. FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR EN 300 HZ	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SE NOS PERMITA OFERTAR FILTRO PASA ALTOS DE 150 HZ ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR EN 300 HZ PARA GARANTIZAR QUE LA SEÑAL INCLUYE FRECUENCIAS NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE ECG.
8	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.3.2.2. SENSIBILIDAD DE 2.5, 5, 10 Y 20 MM/MV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SE NOS PERMITA OFERTAR SENSIBILIDAD DE 5, 10 Y 20 MM/MV ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UNA SENSIBILIDAD MÍNIMA DE 2.5MM/MV, QUE PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR LA MEJOR IMPRESIÓN DE ECG PARA REVISIÓN DIAGNÓSTICO.
9	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.6.2. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN HOJA DE TAMAÑO CARTA Y A4.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SE NOS PERMITA OFERTAR A4 CON PAPEL TIPO Z Y A4 CON PAPEL TIPO ROLLO ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO ASÍ, NO OMITIENDO QUE SE REQUIERE LA IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN HOJA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO A4. PODRÁ OFERTAR EN TIPO Z O ROLLO, SEGÚN SU CONFIGURACIÓN
10	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.6.3. SELECCIÓN DE ENTRE 5 FORMATOS (12X1, 6X2, 3X4, 3X4+1, 3X4+3, 3X5, 3X5+1, 3X5+3) QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE E INTERPRETACIÓN.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SE PERMITA OFERTAR REGISTRO DE RITMO 1 CANAL, 1 MINUTO; 3 CANALES, 1 MINUTO; REGISTRO DERIVACIONES EN 12 CH. (3 CANALES, 3 CANALES + RITMO, 6 CANALES, 12 CANALES) ¿SE ACEPTA?	EL PUNTO SE REFIERE AL FORMATO DE IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE ECG, SE REQUIEREN LOS FORMATOS SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA PARA LA ADECUADA VISUALIZACIÓN DEL REGISTRO, SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DEL USUARIO, PERMITIENDO MAYOR VERSATILIDAD EN LA IMPRESIÓN DEL REGISTRO.
11	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.7. INTERPRETACIÓN -- PROGRAMA DE ANÁLISIS GLASGOW	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SE NOS PERMITA OFERTAR PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN ECG ECAPS 12C". ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE INTERPRETACIÓN - PROGRAMA DE ANÁLISIS GLASGOW, QUE ES SIGNIFICATIVAMENTE MÁS SENSIBLE Y ESPECÍFICO PARA LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS, ALTERACIONES MIOCÁRDICAS Y ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST.
12	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.7.3. SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL INTERNO INTERPRETATIVO (PROGRAMA DE ANÁLISIS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO DELIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SE NOS PERMITA OFERTAR PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN ECG ECAPS 12C". ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE INTERPRETACIÓN - PROGRAMA DE ANÁLISIS GLASGOW, QUE ES SIGNIFICATIVAMENTE MÁS SENSIBLE Y ESPECÍFICO PARA LA

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 PÁGINA 5 de 10

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N. L.
C. P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

			GLASGOW) PARA EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO.		DETECCIÓN DE ARRITMIAS, ALTERACIONES MIOCARDICAS Y ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST.
13	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.1.1	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODEMOS OFERTAR UN ALGORITOMO CON MAS DE 600 INTERPRETACIONES PARA ADULTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE INTERPRETACION - PROGRAMA DE ANALISIS GLASGOW, QUE ES SIGNIFICATIVAMENTE MAS SENSIBLE Y ESPECÍFICO PARA LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS, ALTERACIONES MIOCARDICAS Y ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST.
14	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.3.1	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 6.5, YA QUE LOS ESTUDIOS SE OBSERVAN EN LA IMPRESIÓN Y LA PANTALLA ES SOLO UNA REFERENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
15	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 1	PARTIDA 9, PUNTO 1.4.1	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFRECER UN ALMACENAMIENTO INTERNO DE 200. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 1000 ESTUDIOS, LO QUE PERMITE ALMACENAR Y RECUPERAR MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIOS POR PARTE DEL USUARIO.
16	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 2	PARTIDA 9, PUNTO 1.1.8	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER GENREADRO CON MÁS DE 600 TÉCNICAS O PROGRAMAS ANATÓMICOS PROGRAMADOS PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE ACEPTA?	LA PREGUNTA NI EL PUNTO REFERIDO CORRESPONDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARTIDA 9. EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO POR TANTO, NO ES POSIBLE OTORGAR RESPUESTA.
17	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 3	PARTIDA 9, PUNTO 1.7.3.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODEMOS OFERTAR UN ALGORITOMO CON MAS DE 600 INTERPRETACIONES PARA ADULTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE INTERPRETACION - PROGRAMA DE ANALISIS GLASGOW, QUE ES SIGNIFICATIVAMENTE MAS SENSIBLE Y ESPECÍFICO PARA LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS, ALTERACIONES MIOCARDICAS Y ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST.
18	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 4	PARTIDA 12, PUNTO 7	SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA DIGITAL, YA QUE LA DE 7 SEGMENTOS ES OBSOLETA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO ASÍ, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 PÁGINA 6 de 10

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

19	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 5	PARTIDA 17, PUNTO 2	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA DE 6.5 " YA QUE LOS ESTUDIOS QUE SE OBSERVAN EN LA IMPRESIÓN Y PANTALLA SOLO ES UNA REFERENCIA ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
20	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V	ANEXO 6	PARTIDA 17, PUNTO 8	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EN LA PANTALLA UN MAPA DESPLEGANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTARLO ASÍ, NO OMITIENDO QUE SE DEBE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE PACIENTE: ID DEL PACIENTE, ID SECUNDARIA, EDAD, FECHA DE NACIMIENTO, SEXO, MEDICAMENTOS, CLASE, COLOCACIÓN ELECTRODOS.

..... G E N E R A L E S

1.- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re-preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 20 de septiembre del 2021, a las 10:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnlgob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:19 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 PÁGINA 7 de 10

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-159-2021 PÁGINA 8 de 10



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. ERNESTO GARCIA MARTÍNEZ	
---	-----------------------------	--

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

LICITANTE		
	NOMBRE	FIRMA
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	C. JOSSUE GUADALUPE LÓPEZ VÁZQUEZ	

X