



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
 No. LP-919044992-I03-2019
 "REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:37 horas del día 18 de Enero del 2019, aclarando que se presenta retraso derivado del desarrollo del evento previo, respecto a la hora señalada en las bases y la convocatoria de la presente licitación habiéndose realizado el cierre del registro de participantes en la hora originalmente programada, estando de acuerdo los participantes en la modificación del horario de inicio del presente evento, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I03-2019** referente a la adquisición de **"REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *C.P. Erika Yadira González Gómez*, *área usuaria*, el Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza representante del Laboratorio Estatal y la Q.C.B. Gloria Santos Gamboa, representante del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. Leyla Esthela Montalvan Tueme Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, y el C.P. Felipe Manuel Flores Martínez, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes **Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales S.A. de C.V.**, representada por el C. René Gerardo Salazar Robledo, **Laboratorios LICON S.A.**, representada por el C. Iván Perseo Edmundo Campos Velázquez, **Instrumentos**



y Equipos FALCÓN S.A. de C.V., representada por el C. José Francisco Martínez Pacheco y DM LAB S.A. de C.V., representada por el C. José Luis Paredes Méndez.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS			
PROVEEDOR	NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
DM LAB S.A. DE C.V.	1	EN EL PUNTO 1.1.1 SE MENCIONA QUE LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANÁLISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR. ES POSIBLE SABER EN TÉRMINOS DE PORCENTAJE CUAL ES LA VARIACIÓN MÁXIMA Y/O MÍNIMA QUE TIENEN CONSIDERADA?	NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN, YA QUE CADA UNIDAD APLICATIVA SOLICITARÁ LOS REACTIVOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.
DM LAB S.A. DE C.V.	2	EN EL PUNTO 1.1.8 SE MENCIONA QUE EL LICITANTE OFERTARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE REACTIVOS, ASÍ COMO LOS CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ANUALES ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA. ¿EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE SE REFIEREN ES AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA EL CONTROL DE CALIDAD PUEDE SER DE LA MISMA MARCA?	SÍ, EL NUMERAL CITADO SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA.
DM LAB S.A. DE C.V.	3	EN EL PUNTO 1.2.1. PERÍODO DE ENTREGA SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. ¿LA ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN? EN CASO CONTRARIO ES POSIBLE CONTAR CON UN CALENDARIO DE ENTREGAS PARA GARANTIZAR EL ABASTO EN TIEMPO Y FORMA.	NO, LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD APLICATIVA Y EL SUMINISTRO DE LOS REACTIVOS SERÁ DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.2.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN
DM LAB S.A. DE C.V.	4	EN EL PUNTO 1.2.3, INCISO B) CONDICIONES DE ENTREGA, MENCIONA QUE LOS INSUMOS ENTREGADOS DEBERÁN DE CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS; LAS CUALES SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 YA QUE PARA CUBRIR LA PARTIDA 11 SOLICITAN 2 METODOLOGÍAS Y EQUIPOS DIFERENTES PARA LAS UNIDADES, 3 EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO Y 5 DE MEDIANO RENDIMIENTO, ¿ES POSIBLE SABER EL % O LA CANTIDAD DE PRUEBAS PROGRAMADAS PARA CADA EQUIPO O METODOLOGÍA?	NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE O CANTIDAD E PRUEBAS, YA QUE CADA UNIDAD APLICATIVA SOLICITARÁ LOS REACTIVOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.



INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	5	1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.1. SOLICITAN EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MEJOR OFERTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. ¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIEREN EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	6	1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO. 1.2.1 PERIODO DE ENTREGA. SOLICITAN PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. DEBEMOS DE CONSIDERAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	7	1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.16 SOLICITAN QUE EL O LOS LICITANTES QUE RESULTE ADJUDICADO PARA LAS PARTIDAS NO. 1, 3, 4, 9 Y 13 DEBERÁN ENTREGAR LOS VIALES PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD CON UN TIEMPO MÍNIMO DE ANTICIPACIÓN DE UNA SEMANA A LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO QUE ESTE INSCRITO. DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD SOLO SERÁ PARA LAS PARTIDAS 1-QUIMICA CLÍNICA 3.- HEMATOLOGÍA 4.- EXAMEN DE ORINA 9.-COAGULACION Y 13.- MICROBIOLOGÍA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ SER PARA CADA PARTIDA QUE LO SOLICITE.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	8	1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA INCISO I: SOLICITAN CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES CON EL COMPROMISO DE CANJEAR AQUELLOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO A LA FECHA DE SU CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	9	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 17. SOLICITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.



		LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA?	
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	10	ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO MENCIONAN. I QUIMICA CLINICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGIA, PARTIDAS 1, 2 Y 7 ESTAS PARTIDAS SON CONSIDERADAS COMO UN SOLO PAQUETE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERA POR PARTIDA.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	11	ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. SISTEMA INFORMÁTICO MENCIONAN: LAS COMPAÑÍAS GANADORAS DE LAS PARTIDAS LICITADAS, DEBERÁN PROVEER, PARA TODOS LOS HOSPITALES Y LOS CENTROS DE SALUD SIN EXCEPCIÓN ADEMÁS DEL REACTIVO Y LA INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, UN SISTEMA INFORMATICO QUE CONTROLE EL FLUJO, ANÁLISIS Y REPORTES DE LA INFORMACIÓN QUE EMITEN LOS INSTRUMENTOS DE LOS LABORATORIOS. EL SISTEMA DEBERÁ SER UN SISTEMA QUE PERMITA LA INTERFASE CON OTROS SISTEMAS DE LOS LICITANTES GANADORES, DE MODO QUE CONSTITUYA UN ÚNICO SISTEMA PARA TODO EL LABORATORIO. ¿QUÉ PROVEEDOR SERA EL ENCARGADO DE INSTALAR ESTE SISTEMA?	EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CON UN MONTO ECONÓMICO MAYOR EN LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ EL ENCARGADO DE INSTALAR EL SISTEMA, SIN EMBARGO, TODOS Y CADA UNO DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADO SERÁN RESPONSABLES Y DEBERÁN CUBRIR EL COSTO DE DICHO SISTEMA DE ACUERDO A CADA PARTIDA ADJUDICADA.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	12	ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO MENCIONAN EL GANADOR DEL PAQUETE DEBERA PROPORCIONAR, ADEMAS DE LOS ANALIZADORES EN COMODATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿A QUÉ PAQUETE SE ESTÁ REFIRIENDO?	COMO PAQUETE PRINCIPAL SE DEBERÁ ENTENDER QUE NOS REFERIMOS AL LICITANTE QUE RESULTE CON MAYOR MONTO ECONÓMICO ADJUDICADO
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	13	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 11. SOLICITAN FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIÉN PRESENTAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL MANUAL DEL EQUIPO DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR CUANDO EN EL CATÁLOGO NO SEA POSIBLE ESTO ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	14	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 17. SOLICITAN DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. ESTO SOLO APLICA PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



<p>COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.</p>	<p>15</p>	<p>NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19, SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO" A ESTE RESPECTO, YA QUE EL SECTOR SALUD SE LIMITA A IMSS, ISSSTE Y SERVICIOS DE SALUD ESTATALES, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NO NOS LIMITE A CLIENTES DEL SECTOR SALUD, Y NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE NUESTROS CLIENTES COMO LABORATORIOS PRIVADOS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>	<p>COMO CLIENTES DEL SECTOR SALUD, PODRAN SER DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA, Y SE ACLARA QUE SE REQUERIRÁN, COMO MÍNIMO, DOS CARTAS.</p>
<p>COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.</p>	<p>16</p>	<p>NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19, SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO". A ESTE RESPECTO, CÓMO SE HA HECHO EN AÑOS ANTERIORES, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE LOS HOSPITALES Y JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?</p>	<p>COMO CLIENTES DEL SECTOR SALUD, PODRAN SER DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA O PRIVADA, Y SE ACLARA QUE SE REQUERIRÁN, COMO MÍNIMO, DOS CARTAS.</p>

DUDAS TÉCNICAS			
PROVEEDOR	NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.</p>	<p>1</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARTIDA 6. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (GASES ARTERIALES) SOLICITAN: QUE INTEGRE EN UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS REACTIVOS, CALIBRADORES, BIOSENSORES, GASES, AGUJA TOMA MUESTRA, PARA SU FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO BOLSA DE DESECHOS. PARA PODER ASEGURAR RESULTADOS DE BUENA CALIDAD Y EVITAR RIESGO EN EL PERSONAL DE LABORATORIO, ES NECESARIO QUE EL EQUIPO A PROPONER DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.</p>	<p>2</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. SOLICITAN INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMP. DE 15 A 40° C . SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INCUBADORA DE PLAQUETAS , CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INTERVALO DE TEMP. DE 22°C +/- 1°C. ¿SE ACEPTA?.</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO.</p>



<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.</p>	<p>3</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 15.-AFÉRESIS SE CONTEMPLAN 2 TIPOS DE KITS PARA PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS: KIT AFÉRESIS DESECHABLE PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCODEPLETADO Y CONCENTRADO ERITROCITARIO. KIT AFÉRESIS DESECHABLE PARA LA COLECCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO EUCODEPLETADO Y PLASMA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES DE LOS DOS TIPOS DE KITS DE AFÉRESIS QUE ESTÁN CONTEMPLANDO PARA PODER REALIZAR NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.</p>	<p>NO ES POSIBLE DETERMINAR CANTIDAD DE KITS, YA QUE CADA UNIDAD APLICATIVA SOLICITARÁ LOS REACTIVOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.</p>
<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.</p>	<p>4</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 15.-AFÉRESIS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR E EQUIPO DE AFÉRESIS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EQUIPO DE AFÉRESIS LIVIANO Y PORTÁTIL, CON PROTOCOLOS DE RECOLECCION DE PLAQUETAS, HEMATIES Y PLASMA - UNICA VENIPUNCION, MULTIPLES SENSORES DE AIRE, SENSOR DE PRESION DE VENA, CONTROL DE FLUJO AUTOMATICO Y MANUAL, PANTALLA GRANDE Y FACIL DE LEER, LUCES DE FLUJO PERFECTAMENTE VISIBLE, LEUCORREDUCCION OPCIONAL CON TRES BOMBAS (EXTRACCION , RETORNO, ACD, PLAQUETAS Y PLASMA), MONITORES DE PRESION, SENSOR OPTICO DE LINEA, DETECTOR DE AIRE DE LA LINEA DE ANTICOAGULANTE, DETECTOR DE AIRE DE LA LINEA DE SANGRE Y CON PESADORA . ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>5</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. 1 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" 1 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: *LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS A 670NM Y LAS PRUEBAS CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS A 405 NM. TODA VEZ QUE LAS LONGITUDES DE ONDA SOLICITADAS CORRESPONDEN A TECNOLOGÍA DE UNA MARCA DETERMINADA, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE REALICE LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS A LONGITUDES DE ONDA DE LECTURA DE 340, 405, 635 Y 705 NM LO QUE NO AFECTA EN MODO ALGUNO LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>6</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. 1 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" 1INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: *LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS A 670NM Y LAS PRUEBAS CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS A 405 NM. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE REALICE LECTURA DE PRUEBAS CROMOGÉNICAS DE 405 O 540 NM PERMITIENDO EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR ANALITO Y POR TIPO SIN QUE ESTO AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>7</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. 1 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA". 1INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: *RE-RUN. ¿POR "RE-RUN" DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO OFERTADO TENGA LA POSIBILIDAD DE QUE EL OPERADOR ORDENE EL REPROCESAMIENTO DE LOS ESTUDIOS?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE QUE EL EQUIPO AUTOMÁTICAMENTE REALICE EL PROCESO SIN QUE EL OPERADOR LO ORDENE.</p>
<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>8</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. UN INSTRUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y/O POR MÉTODO MECÁNICO COMO ALTERNATIVA PARA MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y/O HEMOLIZADAS CON VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 140 PRUEBAS A PARTIR DE TP, LO QUE NO COMPROMETE EL TIEMPO DE RESPUESTA DEL LABORATORIO NI LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ANTE ESTUDIOS DE URGENCIA Y DE RUTINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MÍNIMA DE 160 DETERMINACIONES POR HORA.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>9</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. UN INSTRUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR NEFELOMETRÍA LEÍDA A 90° • VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 160 DETERMINACIONES POR HORA, MEDIDAS A PARTIR DEL TIEMPO DE PROTROMBINA. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LECTURA DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS POR MÉTODO ÓPTICO Y/O POR MÉTODO MECÁNICO COMO ALTERNATIVA PARA MUESTRAS LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y/O HEMOLIZADAS CON VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 150 PRUEBAS A PARTIR DE TP, LO QUE NO COMPROMETE EL TIEMPO DE RESPUESTA DEL LABORATORIO NI LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS ANTE ESTUDIOS DE URGENCIA Y DE RUTINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE UNA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO MÍNIMA DE 160 DETERMINACIONES POR HORA.</p>
<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>10</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. UN INSTRUMENTOS PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO A PARTIR DE TIEMPO DE PROTROMBINA SIN GASTO DE REACTIVO EXTRA. LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA ES ESPECÍFICA DE UNA MARCA DETERMINADA ADEMÁS DE NO SOLICITAR LA DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO. POR LO ANTERIOR SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL ESTA ESPECIFICACIÓN DADO QUE SÓLO SE ESTÁ COTIZANDO PRUEBA DE TP Y TTP. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE FIBRINÓGENO PARA EL MEJOR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES QUIRÚRGICOS.</p>
<p>LABORATORIOS LICON S.A.</p>	<p>11</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN. UN INSTRUMENTOS PARA UNEME PEDIÁTRICA: SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO, CON CAPACIDAD PARA DETECCIÓN DE PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS, DETECCIÓN MECÁNICA (MÉTODO DE VISCOSIMETRÍA) DEL COÁGULO, EVITANDO INTERFERENCIA DE MUESTRA LIPÉMICAS, ICTÉRICAS Y HEMOLIZADAS QUE REALICE TEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, FIBRINÓGENO DE</p>	<p>SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		CLAUS Y ANTITROMBINA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
LABORATORIOS LICON S.A.	12	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA 1 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" 1 INSTRUMENTOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL, 1 INSTRUMENTOS PARA EL CETS DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS CORRESPONDEN A LA CASA COMERCIAL ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CUADRO BÁSICO 533.342.1484 A) TODA VEZ QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA RESULTA EXCLUYENTE DE LAS ACEPTADAS POR EL CUADRO BÁSICO PARA EL EQUIPAMIENTO DONDE SE APLICAN LOS INSUMOS A CONTRATAR, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA A BASE DE SOPORTE O FASE SÓLIDA TARJETAS DE GEL, TARJETAS O CASSETES DE PERLAS DE VIDRIO Y/O MICROPLACA, SEGÚN LO INDICADO POR LA CÉDULA DESCRIPTIVA AUTORIZADA EN EL CUADRO BÁSICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA TODA VEZ QUE ESTA NO COMPROMETE ALGUNA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA NI LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS AL TRATARSE DE METODOLOGÍAS ACEPTADAS Y PROBADAS POR AUTORIDAD MEXICANA? EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR LA NO ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INDICADAS POR EL CUADRO BÁSICO VIGENTE (DOF 2012)? B) ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE PROCESAR AL MENOS 200 COLUMNAS POR HORA?	A) NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA A BASE DE SOPORTE O FASE SÓLIDA TARJETAS DE GEL, TARJETAS O CASSETES DE PERLA DE VIDRIO Y/O MICROPLOCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS B) SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
LABORATORIOS LICON S.A.	13	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 10 EQUIPOS SEMI AUTOMATIZADO/MANUAL PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: H. GRAL. DE SABINAS, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • EQUIPO MANUAL PARA DETERMINAR PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS • CON LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR EL MENÚ DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS: GRUPOS SANGUÍNEOS, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS, GRUPO DIRECTO/INVERSO, PRUEBAS CRUZADAS, RASTREO DE ANTICUERPOS, COOMBS DIRECTA, FENOTIPO RH, CLASIFICACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES.)IN VITRO • METODOLOGÍA DE MICROESFERAS DE VIDRIO LOS CUALES ACTÚAN COMO UN FILTRO ATRAPANDO LAS CÉLULAS AGLUTINADAS Y A LA VEZ PERMITIENDO A LAS CÉLULAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA A BASE DE SOPORTE O FASE SÓLIDA TARJETAS DE GEL, TARJETAS O CASSETES DE PERLA DE VIDRIO Y/O MICROPLOCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS



		<p>QUE NO ESTÉN AGLUTINADAS PASEN A TRAVÉS DE REACTIVOS PREVIAMENTE DISPENSADOS DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS CORRESPONDEN A LA CASA COMERCIAL ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO MANUAL PARA DETERMINAR PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS A) TODA VEZ QUE LA TECNOLOGÍA SOLICITADA RESULTA EXCLUYENTE DE LAS ACEPTADAS POR EL CUADRO BÁSICO PARA EL EQUIPAMIENTO DONDE SE APLICAN LOS INSUMOS A CONTRATAR, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA A BASE DE SOPORTE O FASE SÓLIDA TARJETAS DE GEL, TARJETAS O CASSETES DE PERLAS DE VIDRIO Y/O MICROPLACA, SEGÚN LO INDICADO POR LA CÉDULA DESCRIPTIVA AUTORIZADA EN EL CUADRO BÁSICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA TODA VEZ QUE ESTA NO COMPROMETE ALGUNA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA NI LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS AL TRATARSE DE METODOLOGÍAS ACEPTADAS Y PRBADAS POR AUTORIDAD MEXICANA? EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS FUNDAR Y MOTIVAR LA NO ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INDICADAS POR EL CUADRO BÁSICO VIGENTE (DOF 2012).</p>	
LABORATORIOS LICON S.A.	14	<p>ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012 EN EL PUNTO 15.1.4. SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PROVEEDOR, DONDE INDIQUE QUE SE INSCRIBIRÁN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN INMUNOHEMATOLOGIA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) BAJO LA ISO 17043. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INSCRIBIR A LA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA EL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD QUE DEBERÁ CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD.</p>
LABORATORIOS LICON S.A.	15	<p>ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 8. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012 EN EL PUNTO 15.1.4. SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO EMITIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD, POR LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE SE INSCRIBIRÁN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN SEROLOGIA INFECCIOSA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ INSCRIBIR A LA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA EL CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD QUE DEBERÁ CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONFIABILIDAD POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN COMO</p>



		POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) BAJO LA ISO 17043.	PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD.
LABORATORIOS LICON S.A.	16	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. 8. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 15.9.2 INCISO A DE LA NOM-253-SSA1-2012 SE DEBERÁN ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN PARA LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA INDEPENDIENTES DE LOS CONTROLES QUE PROPORCIONE EL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SOLO SE REQUIERE UN CONTROL POSITIVO DÉBIL, ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL FABRICANTE, CUYO VALOR NO EXCEDERA DE TRES VECES EL PUNTO DE CORTE.
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	17	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, I QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGÍA: PARTIDAS 1,2, Y 7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE RESPALDO/URGENCIAS PARA LOS 2 LABORATORIOS PARA EL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DE IGUAL O INFERIOR CAPACIDAD AL EQUIPO DE RUTINA. AMBOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR INTERFASADOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO SEGÚN LO ESPECIFICADO ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	18	ANEXO 1A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, I QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS, INMUNOLOGÍA: PARTIDAS 1,2, Y 7. DADO QUE LA ASIGNACIÓN SE DA POR PARTIDA, PARA EL CASO QUE SE OFERTEN LAS PARTIDAS DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS SOLAMENTE, Y YA QUE SE SOLICITA UN EQUIPO MODULAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLAMENTE EL MÓDULO DE QUÍMICA CLÍNICA Y ELECTROLITOS PARA LOS HOSPITALES METROPOLITANO Y MATERNO-INFANTIL. CABE MENCIONAR QUE EL EQUIPO MODULAR CUMPLIRÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTE APARTADO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.

GENERALES

1- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad al licitante presente para que formulará las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ningún comentario al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 25 de Enero del 2019 a las 12:00 hrs. en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.


De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 13:00 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ LASTRA	


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	



REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (AREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	
REPRESENTANTE DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (AREA USUARIA)	Q.C.B. GLORIA SANTOS GAMOBOA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVAN TUEME	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	





LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	C. RENÉ GERARDO SALAZAR ROBLEDO	
LABORATORIOS LICON S.A.	C. IVÁN PERSEO EDMUNDO CAMPOS VELÁZQUEZ	
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN S.A. DE C.V.	C. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO	
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ	