



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo Legajo y Legajo Actualizado

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL

LP-919044992-126-2020

“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y EQUIPO EN COMODATO”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 05 de Junio del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020** referente a la Adquisición de **“Reactivos Para La Determinación De Carga Viral Y Equipo En Comodato”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aaron Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *Lic. Yadira Faz Cedillo*; **como área usuaria:** el Biólogo Efrén Jaramillo Reyna, en representación del Laboratorio Estatal, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el *C.P. Erick de Jesús Leos Rodríguez*, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asiste ninguna persona física o moral que manifiestar, su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 1 de 19



Servicios de Salud O.P.D.
 Nivel Estatal - Secundario - Asistencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.**, representada por el C. *José Francisco Martínez Pacheco* y *la Compañía DICIPA, S.A. DE C.V.*, representada por el C. *José Alfredo Soto Alonso*.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS					
PREGUNTA NO.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DICIPA, S.A. DE C.V.	3B, PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	LAS PROPUUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO TODOS LOS ANEXOS INCLUIDOS DENTRO DEL SOBRE TÉCNICO Y ECONÓMICO. DEBERÁN ESTAR DIRIGIDAS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI TODOS LOS ESCRITOS Y/O ANEXOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS A C.P. AARON SERRATO ARAOZ; DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. PRESENTE FAVOR DE MANIFESTARSE.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.1.16	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUALES SON LAS NORMAS APLICABLES PARA LOS REACTIVOS, EQUIPO, HARDWARE Y SOFTWARE.	LAS QUE CORRESPONDAN A LOS INSUMOS Y TECNOLOGÍAS OFERTADAS POR CADA LICITANTE.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 2 de 19

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

3	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.1.16	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 50559801014	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO BASTARÁ CON MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS REACTIVOS, EQUIPO, HARDWARE Y SOFTWARE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS Y A FALTA DE ÉSTAS, CON LAS NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO QUE CUMPLEN TAMBIÉN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O LAS NORMAS MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES APPLICABLES Y EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS REACTIVOS QUE OFERTE CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE, PARA LAS PARTIDAS Y RENGLONES QUE APLICA, Y CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS Y A FALTA DE ÉSTAS, CON LAS NORMAS INTERNACIONALES.
4	DICIPA, S.A. DE C.V.	3C, INCISO 6	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 50559801014	SOLICITAN CARTA DE APOYO DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL MUNDIAL CON RESPECTO A LA PANDEMIA COVID 19, QUE HA OBLIGADO A LAS EMPRESAS A TENER UNA OPERACIÓN ATÍPICA Y QUE NO TODOS LOS FABRICANTES, FILIALES EN MÉXICO, TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO/DISTRIBUIDOR PRIMARIO, ESTÁN EN POSIBILIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS O ESCRITOS ORIGINALES; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DE APOYO IMPRESAS A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS DOCUMENTOS REFERIDOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL CON FIRMA AUTOGRAFA Y LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020



servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

			<p>PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARÁ CARTAS DE APOYO EN ORIGINAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SOLICITAN CARTAS EMITIDAS POR CLIENTES DONDE SE ESTIPULE QUE EL LICITANTE HA PRESTADO UN BUEN SERVICIO DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL MUNDIAL CON RESPECTO A LA PANDEMIA COVID 19, QUE HA OBLIGADO A LAS EMPRESAS A TENER UNA OPERACIÓN ATÍPICA Y QUE NO TODOS LOS INSTITUTOS DE SALUD Y EMPRESAS, ESTÁN EN POSIBILIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTOS O ESCRITOS ORIGINALES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR LOS ESCRITOS DE RECOMENDACIÓN IMPRESOS A COLOR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ENTREGARÁ CARTAS DE RECOMENDACIÓN EN ORIGINAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS DOCUMENTOS REFERIDOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL CON FIRMA AUTOGRAFA Y LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD</p>	
5	DICIPA, S.A. DE C.V.	3C, INCISO 16	<p>PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014</p>		
6	DICIPA, S.A. DE C.V.	3C, INCISO 16	<p>PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014</p>	<p>CON LA FINALIDAD PARA AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DEL EVENTO DEBEMOS ENTENDER QUE EN EL CD O USB DEBERÁN CONTENER ÚNICAMENTE EL "ANEXO 2 FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBIDAMENTE" REQUISITADO EN FORMATO WORD Y PDF. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTAS SU APRECIACIÓN, DEBERÁ CONTENER TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGA EL SOBRE DE PROPOSTA TÉCNICA QUE SE PRESENTA DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-91904/992-126-2020

PÁGINA 4 de 19

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 81307000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Atención Integral Siempre Mejorando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

7	DICIPA, S.A. DE C.V.	3C, INCISO 14	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	DEBEMOS ENTENDER QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS Y LO RELACIONADO CON MARCA REGISTRADA APLICAN ÚNICAMENTE PARA LOS BIENES PRODUCIDOS EN MÉXICO Y EN CASO DE APLICAR SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA SIMPLE.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	DICIPA, S.A. DE C.V.	3C, INCISO 14	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	REFERENTE A: "Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR A QUE SE REFIERE CON MARCA REGISTRADA Y QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO Y QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN NO CUMPLAN CON EL REQUISITO DE MARCA REGISTRADA BASTARÁ CON ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTANDO QUE NO APLICA PARA LOS BIENES OFERTADOS.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	DICIPA, S.A. DE C.V.	3C, INCISO 14	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	REFERENTE A: "Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR A QUE SE REFIERE CON MARCA REGISTRADA Y QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO Y QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN NO CUMPLAN CON EL REQUISITO DE MARCA REGISTRADA BASTARÁ CON ENTREGAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTANDO QUE NO APLICA PARA LOS BIENES OFERTADOS.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
10	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA	REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA. INCISO A) LOS REACTIVOS SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN Y SE HARÁ CONFORME AL CONTRATO QUE SE CELEBRE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN	LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO ESTATAL Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-91904992-126-2020

PÁGINA 5 de 19

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 81307000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León - Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

				<p>PROPORCIONAR LA FECHA LÍMITE EN LA QUE DEBERÁ REALIZARSE LA PRIMERA ENTREGA DE PRUEBAS Y CUÁNTAS DE LAS MISMAS DEBERÁN ENTREGARSE, TODA VEZ QUE EN LAS BASES NO SE ESPECIFICA.</p>	<p>LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.</p>
11	<p>DICIPA, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA</p>	<p>PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014</p>	<p>1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN ACLARAR SI EL TOTAL DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS SE ENTREGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y CUÁNDO TENDRÍA QUE EFECTUARSE LA ENTREGA, TODA VEZ QUE EN EL INCISO B) DEL PUNTO 1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA, SOLO SE ESPECIFICA QUE SE ENTREGARÁ DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PERO NO SE ESPECIFICA LA CALENDARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.</p>	<p>LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO ESTATAL Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.</p>
12	<p>DICIPA, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.3 CONTROL DE CALIDAD</p>	<p>PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014</p>	<p>1.3 CONTROL DE CALIDAD. DICE: "EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ LLEVADO A CABO POR EL LABORATORIO ESTATAL Y SE HARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVOCANTE Y SE INICIA DESDE EL RECIBO DE LOS REACTIVOS HASTA SU APLICACIÓN." "LA CONVOCANTE PODRÁ APLICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y AQUELLAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REQUERIRÁ ENTREGAR CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, TODA VEZ QUE INCLUIR UN CONTROL DE</p>	<p>EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE SOLICITA CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. IP-919044992-126-2020

PÁGINA 6 de 19

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 81307000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				CALIDAD EXTERNO TIENE UN IMPACTO IMPORTANTE DIRECTO EN EL PRECIO POR PRUEBA QUE SE OFERTARÁ.	
13	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.3 CONTROL DE CALIDAD	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.3 CONTROL DE CALIDAD. DICE: "EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ LLEVADO A CABO POR EL LABORATORIO ESTATAL Y SE HARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVOCANTE Y SE INICIA DESDE EL RECIBO DE LOS REACTIVOS HASTA SU APLICACIÓN." "LA CONVOCANTE PODRÁ APLICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y AQUELLAS REQUERIDAS POR LA NORMALIDAD VIGENTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE ESTÁ HACIENDO REFERENCIA EN LAS LINEAS ENTRECOTILLADAS, ES EL CONTROL DE CALIDAD QUE LE HACE LLEGAR EL INDRE AL LESP DE NUEVO LEÓN Y PARA EL CUAL, LOS OFERENTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA PODER LLEVAR A CABO DICHO CONTROL DE CALIDAD ENVIADO POR EL INDRE AL LESP DE NUEVO LEÓN.	SE REFIERE A CUALQUIER CONTROL DE CALIDAD QUE LA CONVOCANTE DECIDA APLICAR Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR SOLAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE SEAN REQUERIDAS POR EL LABORATORIO ESTATAL MEDIANTE LA ORDEN DE ENVÍO.
14	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.1.12 (DEL 1.1 OBUETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN)	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.1.12. DICE: EL (LOS) LICITANTE (S) DEBERÁ (N) ESTAR ESTABLECIDA EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN O TENER SU CURSUALES EN LA MISMA Y "CONTAR CON STAFF DE INGENIERIA" PARA CUALQUIER SITUACIÓN DE URGENCIA, EL CUAL DETALLARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA, POR LO QUE DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA, CURRÍCULUMS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DEL STAFF DE	EL PERSONAL DE STAFF DE INGENIERIA PODRÁ SER DEL LICITANTE O DEL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presidencial No. LP-91304492-126-2020

Página 7 de 19

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130 7000

Nuevo León

Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Siempre Igual! Siempre Avanzando!

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INGENIERIA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS DOCUMENTOS DEL STAFF DE INGENIERIA DEL LICITANTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY O DEL FABRICANTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY.

--	--	--	--	--

DUDAS TÉCNICAS					
PREGUNTA NO.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITAN: SISTEMA AUTOMATICO INTEGRAL QUE CONTEMPLE LA EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE CARGA VIRAL DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1), BASADO EN RT-PCR QUE UTILICE LAS TECNOLOGIAS DE 5'-NUCLEASA O DE SONDA LINEAL DE DOBLE CADENA PARCIAL.	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ENSAYO IN VITRO DE REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA CON TRANSCRIPTASA INVERSA (RT-PCR) PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ARN DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA DE TIPO 1 (HIV-1) EN PLASMA HUMANO. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 8 de 19

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León

Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

2	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITAN EN LA CAPACIDAD ANALÍTICA: CAPACIDAD PARA PROCESAR SIMULTANEAMENTE UN MÍNIMO DE 90 MUESTRAS POR TURNO DE 8 HORAS (QUE SE PUEDAN DISTRIBUIR EN BANDEJAS) Y HASTA DOS PRUEBAS DIFERENTES EN EL O LOS TERMOCICLADORES (NO MÁS DE DOS TERMOCICLADORES).	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTO QUE AUTOMATIZA E INTEGRA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS, LA EXTRACCIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y LA DETECCIÓN DE LA SECUENCIA DIANA EN MUESTRAS SIMPLES O COMPLEJAS CON UNA CAPACIDAD DE PROCESAR MÁXIMO 160 MUESTRAS POR DÍA, PUDIENDO REALIZAR MÁS DE UN ENSAYO DIFERENTE SIMULTANEAMENTE. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDERE UNA JORNADA LABORAL DIARIA DE 8 HORAS.
3	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITAN EN CONTROLES Y CALIBRACIÓN, MENCIONAN POSITIVOS BAJOS, POSITIVOS ALTOS Y NEGATIVOS PARA CADA CORRIDA ANALÍTICA, ESTANDARES DE CUANTIFICACIÓN PARA CADA MUESTRA Y/O CONTROL INTERNO NO COMPETITIVO PARA CADA MUESTRA Y CALIBRACIÓN MEDIANTE CURVA	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ENSAYO CON CONTROLES INTERNOS INCORPORADOS PARA CADA MUESTRA INDIVIDUAL: CONTROL DE ADECUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA MUESTRA, CONTROL DE COMPROBACIÓN DE LA SONDA Y PATRONES CUANTITATIVOS INTERNOS ALTO Y BAJO CALIBRADOS CON LOS TERCEROS PATRONES INTERNACIONALES DE LA OMS UTILIZADOS PARA CALCULAR LA CARGA VIRAL. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 9 de 19

Matamoros 520 Cte.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		TEÓRICA Y/O CALIBRACIÓN EXTERNA DE 2 PUNTOS.			
4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITAN EN DIMENSIONES DEL AREA DESTINO DEL EQUIPO MENCIONAN NO EXCEDERSE DE: 215 CM DE LONGITUD X 83 CM DE PROFUNDIDAD X 190 CM DE ALTO.	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INSTRUMENTO CON MEDIDAS DE: 71.1 CM DE ANCHO X 33.8 CM DE PROFUNDIDAD X 65.8 CM DE ALTO. EL CUAL REPRESENTA UN INSTRUMENTO TOTALMENTE ESCALABLE CON LA CAPACIDAD DE AUMENTAR EL VOLUMEN DE TRABAJO SIN SOBREPASAR LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DESTINO MENCIONADAS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SOLICITAN EN CONEXIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO CON VOLTAJE: 110-240 VAC, FRECUENCIA: 50 Ó 60 HZ, CONSUMO: ANALIZADOR 600 VA PC 200 VA	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON UN RANGO DE VOLTAJE DE CA NOMINAL: 100-240 V~, 50-60 HZ, CON UN CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO ACTIVO (W) DE 270 W. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Uctización Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 10 de 19

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León - Siempre Verificándolo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

6	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 50599801014	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL, DESCRIPCIÓN: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1.- UN SOLO SISTEMA QUE AUTOMATIZA E INTEGRAN LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS, LA EXTRACCIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y LA DETECCIÓN DE LA SECUENCIA DIANA EN MUESTRAS SIMPLES O COMPLEJAS MEDIANTE ENSAYOS DE PCR CON TRANSCRIPCIÓN INVERSA (RT-PCR) EN TIEMPO REAL. 2.- UN SOLO SISTEMA QUE CONSTA DE UN INSTRUMENTO CON 16 MÓDULOS PARA PROCESAR 16 MUESTRAS POR CORRIIDA DE 90 MINUTOS, UN ORDENADOR PERSONAL, Y SOFTWARE PRECARGADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS Y VER LOS RESULTADOS. 3.- EL SISTEMA REQUIERE EL USO DE CARTUCHOS DESECHABLES, DE UN SOLO USO, QUE CONTIENEN LOS REACTIVOS DE RT-PCR Y ALOJAN LOS PROCESOS DE RT-PCR. 4.- LOS CARTUCHOS SON AUTÓNOMOS POR LO QUE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA ENTRE MUESTRAS SE REDUCE AL MÍNIMO. 5.- DOS CONTROLES INTERNOS QUE SE	NO SE ACEPTA YA QUE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DEL EQUIPO ES INFERIOR A LA SOLICITADA.
---	----------------------	-----------	--	---	---


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

Página 11 de 19

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				UTILIZAN PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL ARN DEL HIV-1 ASÍ COMO PARA CONTROLAR LA PRESENCIA DE INHIBIDORES EN LAS REACCIONES DE RT Y PCR. 6.- RESULTADOS RÁPIDOS 7.- SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, ELIMINANDO LA INTERPRETACIÓN POR EL USUARIO. 8.- ACCESO ALEATORIO: MÓDULOS INDIVIDUALES QUE OPERAN DE FORMA INDEPENDIENTE. LO QUE FACILITA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS URGENTES.	
7	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 50599801014	ANEXO 1-A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL, CAPACIDAD ANALÍTICA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE UN MÁS OFERENTES, SE ACEPTE EQUIPO QUE PUEDA CORRER AL MENOS 80 PRUEBAS POR TURNO DE 8 HORAS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE CAPACIDAD PARA PROCESAR SIMULTANEAMENTE UN MÍNIMO DE 90 MUESTRAS POR TURNO DE 8 HORAS
8	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 50599801014	ANEXO 1-A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL, CONTROLES Y CALIBRACIÓN: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS CONTROLES Y LA CALIBRACIÓN PROPIOS DEL SISTEMA QUE OFERTAREMOS EN ESTA LICITACIÓN.	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

Página 12 de 19

Maximinos 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

9	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	ANEXO 1-A, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL, LÍMITE DE DETECCIÓN: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTA LÍMITE DE DETECCIÓN DE 40 COPIAS/ML, TODA VEZ QUE 25 COPIAS/ML Y 40 COPIAS/ML SE MANTIENEN EN EL MISMO LOGARITMO DE DETECCIÓN.	SE REQUIERE LÍMITE DE DETECCIÓN ≤40 COPIAS DE ARN /ML.
10	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA, INCISO A) LOS REACTIVOS SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN Y SE HARÁ CONFORME AL CONTRATO QUE SE CELEBRE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR LA FECHA LÍMITE EN LA QUE DEBERÁ REALIZARSE LA PRIMERA ENTREGA DE PRUEBAS Y CUÁNTAS DE LAS MISMAS DEBERÁN ENTREGARSE, TODA VEZ QUE EN LAS BASES NO SE ESPECIFICA.	LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO ESTATAL Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.

[Handwritten signature]

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 13 de 19

Matamoros 520 Ote,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 81307000

[Handwritten signature]
Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

11	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN ACLARAR SI EL TOTAL DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS SE ENTREGARÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y CUÁNDO TENDRÍA QUE EFECTUARSE LA ENTREGA. TODA VEZ QUE EN EL INCISO B) DEL PUNTO 1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA, SOLO SE ESPECIFICA QUE SE ENTREGARÁ DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PERO NO SE ESPECIFICA LA CALENDARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL LABORATORIO ESTATAL Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.
12	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.3 CONTROL DE CALIDAD	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.3 CONTROL DE CALIDAD. DICE: "EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ LLEVADO A CABO POR EL LABORATORIO ESTATAL Y SE HARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVOCANTE Y SE INICIA DESDE EL RECIBO DE LOS REACTIVOS HASTA SU APLICACIÓN." "LA CONVOCANTE PODRÁ APLICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y AQUELLAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REQUERIRÁ ENTREGAR CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, TODA VEZ QUE INCLUIR	EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE SOLICITA CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 14 de 19



Servicios de Salud O.P.D.
 Nueva Salud Siempre Verdadero

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				<p>UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO TIENE UN IMPACTO IMPORTANTE DIRECTO EN EL PRECIO POR PRUEBA QUE SE OFERTARÁ</p>	
<p>13</p>	<p>DICIPA, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.3 CONTROL DE CALIDAD</p>	<p>PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 50598801014</p>	<p>1.3 CONTROL DE CALIDAD. DICE: "EL CONTROL DE CALIDAD SERÁ LLEVADO A CABO POR EL LABORATORIO ESTATAL Y SE HARÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVOCANTE Y SE INICIA DESDE EL RECIBO DE LOS REACTIVOS HASTA SU APLICACIÓN." "LA CONVOCANTE PODRÁ APLICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y AQUELLAS REQUERIDAS POR LA NORMALIDAD VIGENTE." SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACLARE SI EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE ESTÁ HACIENDO REFERENCIA EN LAS LINEAS ENTRECOMILLADAS, ES EL CONTROL DE CALIDAD QUE LE HACE LLEGAR EL INDRE AL LESP DE NUEVO LEÓN Y PARA EL CUAL, LOS OFERENTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA PODER LLEVAR A CABO DICHO CONTROL DE CALIDAD ENVIADO POR EL INDRE AL LESP DE NUEVO LEÓN.</p>	<p>SE REFIERE A CUALQUIER CONTROL DE CALIDAD QUE LA CONVOCANTE DECIDA APLICAR Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR SOLAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE SEAN REQUERIDAS POR EL LABORATORIO ESTATAL MEDIANTE LA ORDEN DE ENVÍO.</p>

[Handwritten signature]

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 15 de 19

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130 7000

[Handwritten signature]
Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

14	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.1.12 (DEL 1.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN)	PARTIDA 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA VIRAL CLAVE 5059801014	1.1.12. DICE: EL (LOS) LICITANTE (S) DEBERÁ (N) ESTAR ESTABLECIDA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN O TENER SUCURSALES EN LA MISMA Y "CONTAR CON STAFF DE INGENIERÍA" PARA CUALQUIER SITUACIÓN DE URGENCIA, EL CUAL DETALLARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA. POR LO QUE DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA, CURRÍCULUMS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DEL STAFF DE INGENIERÍA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN LOS DOCUMENTOS DEL STAFF DE INGENIERÍA DEL LICITANTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY O DEL FABRICANTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY.	EL PERSONAL DE STAFF DE INGENIERÍA PODRÁ SER DEL LICITANTE O DEL FABRICANTE DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS OFERTADOS.
----	----------------------	---	---	---	---

GENERALES:

1. Convocante se compromete a erogar como mínimo el 60% del monto adjudicado.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularán las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 16 de 19

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 15 de Junio de 2020 a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto se da por terminada esta primera y única junta de aclaraciones siendo las 10:58 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

PÁGINA 17 de 19

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León. Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ			
	NOMBRE	FIRMA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. YADIRA FAZ CEDILLO		
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	BIOLOGO EFREÉN JARAMILLO REYNA		

DELANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES			
	NOMBRE	FIRMA	
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME		

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-126-2020

Página 18 de 19

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 640000

ni.gob.mx
 (81) 81307000


Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Buen León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. ERICK DE JESÚS LEOS RODRÍGUEZ	
---	------------------------------------	---

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO	
DICIPA, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ ALFREDO SOTO ALONSO	

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]