

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LP-919044992-N14-2022

“SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL”


En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 19 de Abril del 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitante e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022”, referente a la Contratación del “Servicio Integral de Procesamiento de Pruebas de Tamiz Metabólico Neonatal”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, (en adelante el Reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el Lic. Eduardo Medina Cárdenas, Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, el Lic. *Juan Silvano Hernández Sena*, Representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** el Suplente del Representante de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Lic. Abraham Lizardo Silva, **como área usuaria:** el Dr. Ernesto García Martínez en representación de la Dirección de Hospitales, el Dr. José Luis Martínez Ortiz, representante del Programa de Salud Perinatal e invitado de la Dirección de Hospitales,; **Invitado Permanentes, de este Organismo:** El Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.



[Handwritten signatures in blue ink]



En uso de la palabra el Lic. Eduardo Medina Cárdenas, Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente la compañía **ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A DE C.V.**, representada por el C. Jorge López Rodríguez.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDA ADMINISTRATIVA					
Pregunta No.	Licitante	Numeral de la Convocatoria	Partida y Descripción	Pregunta	Respuesta
1	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONOMICAS	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL:ANEXO 4 HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONOMICAS DICE: COLUMNA LLAMADA "DESCRIPCION" PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA LLAMADA "DESCRIPCION", SE DEBERA COLOCAR LA DESCRIPCION QUE SE INDICA EN EL ANEXO 1. ¿FAVOR DE ACLARAR?	Es correcta su apreciación, deberá llenar la columna en cuestión con la siguiente descripción: servicio integral de procesamiento de pruebas de tamiz metabólico neonatal de 6 analitos (hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y fibrosis quística)



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



DUDA TÉCNICA

Pregunta No.	Licitante	Numeral de la Convocatoria	Partida y Descripción	Pregunta	Respuesta
1	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3 Y 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA	DICE: 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DEBERÁ DE CONTAR CON AL MENOS 3 AUXILIARES DE LABORATORIO 3. C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 3 ... Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.2.3 RESPECTO AL PERSONAL. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PROFESIONES PARA LOS AUXILIARES DE LABORATORIO PUEDEN SER QUÍMICOS, BIÓLOGOS Y/O BIOTECNÓLOGOS, MISMOS QUE DEBERÁN TENER Y CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	No es correcta su apreciación, sin embargo, podrá ofertar cualquiera de las tres especialidades que señala
2	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA	DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA	Podrá ofertar la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura final de los seis analitos solicitados



[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	<p>6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS SE DEBE UTILIZAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARAMETROS SOLICITADOS, ESTO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN LO RELATIVO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA. SE ADJUNTAN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PRONTA REFERENCIA. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	---	---	---------------------------------------



[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

<p>3 ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p> <p>DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:</p> <p>EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERAR QUE, A PESAR DE QUE EXISTE UNA MUY AMPLIA GAMA DE FABRICANTES DE REACTIVOS PARA EL TAMIZ NEONATAL, CUYA CALIDAD ESTÁ AVALADA POR ESTÁNDARES DE CALIDAD TALES COMO EL MARCADO CE (CONFORMIDAD EUROPEA) Y LA APROBACIÓN DE FDA (AGENCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN) ENTRE OTRAS, Y QUE PARTICIPAN SATISFACTORIAMENTE EN LOS CONTROLES EXTERNOS DE CALIDAD INTERNACIONALES TALES COMO EL DEL CDC (CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES) DE ATLANTA, GA, EL ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA EN TIEMPO RESUELTO ES PERKIN ELMER.</p> <p>POR LO QUE ESTA ESPECIFICACIÓN CONSTITUYE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA Y LIMITA POR COMPLETO</p>	<p>Deberá ofertar al menos dos equipos que utilicen la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura de los seis analitos solicitados</p>
--	--------------	--	---

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 5 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



[Handwritten signatures and initials in blue ink]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

				<p>LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA.</p> <p>CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA Y NO BENEFICIAR A UN LICITANTE EN ESPECIAL SOLICITAMOS QUE SE PERMITA OFERTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARAMETROS SOLICITADOS, ESTO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN LO RELATIVO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA.</p> <p>SE ADJUNTAN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PRONTA REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	--	---	---------------------------------------

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 6 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 81307000
@saludNL



[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE SALUD


ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

4 ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERAR QUE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, COMO PARTE DE LOS MÉTODOS DE LECTURA FINAL LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA TODAS LAS PRUEBAS OFERTADAS POR LA CONVOCANTE (HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH), 17OH-PROGESTERONA (17OH-P), TRIPSINA INMUNORREACTIVA (IRT), GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENAS (G6PD), GALACTOSA TOTAL (TGAL) Y FENILCETONURIA (PKU), DE ACUERDO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA	Podrá ofertar la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura final de los seis analitos solicitados
---	-------	---	--	---

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022


PÁGINA 7 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL


[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			<p>AUTOMATIZADA, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE DICHS LINEAMIENTOS. ADEMÁS DE QUE LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZA, MÉTODO DE LECTURA FINAL OFERTADO POR MI REPRESENTADA CUANTA CON PARTICIPACIÓN Y EVALUACIONES 100 % SATISFACTORIAS EN LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS DE LA CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CDC DE ATLANTA, PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD (PEEC) DE LA FUNDACIÓN BIOQUÍMICA DE ARGENTINA Y EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE TAIWÁN PARA LA PRUEBA DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Podrá ofertar la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura final de los seis análisis solicitados</p>
5	<p>ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

[Handwritten mark]



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL

[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			<p>NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN LO RELATIVO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE DICHS LINEAMIENTOS, A MODO DE NO BENEFICIAR CON UNA INNECESARIA ESPECIFICACIÓN A UN LABORATORIO EN CONCRETO (TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES), PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y HONRANDO LOS PUNTOS ESTABLECIDOS COMO PARTE DEL APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, DE ACUERDO CON EL MENSAJE DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EL PASADO SÁBADO 25 DE ABRIL 2020. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARÁMETROS SOLICITADOS, TAL CUAL LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES. SE ADJUNTAN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	---	---------------------------------------

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. IP-919044992-N14-2022

PÁGINA 9 de 23




Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]



6	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUISTICA)	NACIONAL DE EQUITAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PRONTA REFERENCIA. ¿SE ACEPTA? DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL CRITERIO AL QUE LLEGÓ EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ, INSTITUCIÓN MÉDICA AFILIADA A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN LA RESOLUCIÓN DE LA INCONFORMIDAD CON NÚMERO DE EXPEDIENTE I-003/2019, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-012NBB002-E16-2019, CUYO OBJETO FUE LA ADQUISICIÓN DE TAMIZ NEONATAL, EXPRESA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X, Y 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 28, 29, Y 30 DE SU				PÁGINA 10 de 23	Deberá ofertar al menos dos equipos que utilicen la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura final de los seis análisis solicitados.
---	---	-------	---	---	--	--	--	-----------------	---

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL

[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

		<p>REGLAMENTO, DEBE ACREDITAR QUE EL REQUISITO SOLICITADO EN LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL SEA A TRAVÉS DE DIVERSAS TÉCNICAS IGUALMENTE EFICACES PARA DICHO ANÁLISIS. ANEXAMOS DICHA RESOLUCION DEL ORGANO INTERNA DE CONTROL EN QUE CLARAMENTE INSTRUYE AL HOSPITAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ (PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD) PARA QUE EN SU CONVOCATORIA INCLUYA OBLIGATORIAMENTE TODOS LOS METODOS DE LECTURA EFICACES (COLORIMETRIA, FLUORESCENCIA Y OTRAS MICROELISAS) PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS (NO SOLO DISTRIBUIDORES) Y GARANTIZANDO CON ESTO LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO (SE ADJUNTA CRITERIO).</p> <p>CONSIDERANDO LO ANTERIOR, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA SE ACEPTA COMO METODOLOGÍA DE LECTURA FINAL PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p> <p>?SE ACEPTA?</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	---



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

GOBIERNO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

<p>7 ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUETO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EXISTE UN EXHORTO POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL QUE TEXTUALMENTE EXIGE AL GOBIERNO FEDERAL "QUE TRANSPARENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA LICITACIÓN RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN PARA PRUEBAS DE TAMIZ NEONATAL, ANTE LAS DENUNCIAS DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMO LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y TRATO PREFERENCIAL HACIA UNA EMPRESA, SITUACIÓN QUE PODRÍA DERIVAR EN UNA TRASGRESIÓN A LAS ARCAS PÚBLICAS". (SE ADIUNTA DOCUMENTO)</p> <p>MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE DICHOS LINEAMIENTOS, A MODO DE NO BENEFICIAR CON UNA INNecesARIA ESPECIFICACIÓN A UN LABORATORIO EN CONCRETO (TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES),</p>	<p>Deberá ofertar al menos dos equipos que utilicen la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura final de los seis analitos solicitados.</p>
--	--------------	---	--	--

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 12 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8150 7000
@saludNL



[Handwritten signatures and initials in blue ink]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN



			<p>PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y HONRANDO LOS PUNTOS ESTABLECIDOS COMO PARTE DEL APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, DE ACUERDO CON EL MENSAJE DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EL PASADO SÁBADO 25 DE ABRIL. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARÁMETROS SOLICITADOS, TAL CUAL LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>Podrá ofertar la técnica de fluorescencia automatizada o de tiempo resuelto para lectura final de los seis análisis solicitados.</p>
8	<p>ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA</p>	<p>DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EN LA MÁS RECIENTE REUNIÓN DE TRABAJO CON RESPECTO DE "REUNIÓN TÉCNICA CON FABRICANTES DE ESTUCHES COMERCIALES DE TAMIZ NEONATAL (TMN)", SOSTENIDA EL PASADO 9 DE OCTUBRE DE 2020 CON PARTICIPACIÓN DEL DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ,</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 13 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



Handwritten signatures and initials in blue ink.




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

				<p>EL SUBSECRETARIO DE SALUD PERSONALMENTE DIO CONTEXTO A DICHA REUNIÓN MENCIONANDO COMO ANTECEDENTE TEXTUALMENTE QUE "EN LA PRÁCTICA ANTERIOR, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE CONTRATABA PARA EL TMIN QUEDÓ VINCULADO A REGLAS DE OPERACIÓN. ESTO ES INSÓLITO, QUE SE DEDIQUE CASI LA FOTOGRAFÍA DEL SERVICIO QUE SE QUIERE LICITAR, DESDE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ES INCONVENIENTE Y SOSPECHOSO DE OTRO TIPO DE PRÁCTICAS. ES CLARO ENTONCES QUE, EN 2015 SE ABRIÓ UN CONCURSO DE ADQUISICIONES, CON UN ESQUEMA DE SERVICIOS INTEGRALES QUE SE DIVIDIERON EN 4 REGIONES. CONCURSO ABIERTO QUE FUE GANADO EN 2 REGIONES POR UNA COMPAÑÍA. LA REPRESENTANTE LEGAL DE PERKIN ELMER EN MÉXICO, AL AÑO SIGUIENTE, TAMBIÉN POR CONCURSO LA MISMA COMPAÑÍA GANÓ LAS 4 REGIONES, TODO EL CONTRATO ANUAL; Y EN LOS SIGUIENTES 2 AÑOS, 2017 Y 2018, SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO A ESA MISMA COMPAÑÍA. ESTO NOS PARECE INCONVENIENTE, INADECUADO. CERREMOS ESA HISTORIA, SOLO ERA PARA TENER CLARO LO QUE HA OCURRIDO Y NO QUEREMOS QUE OCURRA Y LO QUE NO VA A OCURRIR." (SE ADJUNTA DOCUMENTO)</p>	<p>MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A</p>
--	--	--	--	---	---

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 14 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



✓

[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

				<p>LA CONVOCANTE TOMAR EN CUENTA ESTE ANTECEDENTE CITADO POR EL DR. LÓPEZ-GATELL, A MODO DE NO VINCULAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN A LA DESCRPCIÓN DE LOS REACTIVOS DE PERKIN ELMER, BENEFICIANDO OBIVAMENTE A UN LABORATORIO EN CONCRETO (TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES), IMPIDIENDO ABIERTAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE UN MODO MUY SOSPECHOSO DE OTRO TIPO DE PRÁCTICAS. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?</p>	
--	--	--	--	---	--

8



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


<p>9 ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA DEMOSTRAR QUE LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS, CUMPLEN CON LA NOM-007-SSA3-2011, "PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICO, DEBERÁN EXHIBIR EL CERTIFICADO VIGENTE DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO, BAJO LA NORMA ISO 15189:2012, DEBIENDO INDICAR EL CERTIFICADO: FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS MÉTODOS ANALÍTICOS DE TAMIZAJE NEONATAL. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?</p>	<p>si, es correcta su apreciación</p>
--	--------------	--	---	---------------------------------------



(Handwritten signatures and initials)


10	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.1.10	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	DICE: PUNTO 1.1.10. LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD (NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O LAS NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES), DEBIENDO ENUNCIARLAS, CUYO CUMPLIMIENTO SEA APLICABLE PARA DEMOSTRAR QUE EL SERVICIO A LOS QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE CONVOCATORIA CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS, ESPECÍFICAMENTE NOM-007-SSA3-2011... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA DEMOSTRAR QUE LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS, CUMPLEN CON LA NOM-007-SSA3-2011, "PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICO, DEBERÁN EXHIBIR EL CERTIFICADO VIGENTE DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO, BAJO LA NORMA ISO 15189:2012, DEBIENDO INDICAR EL CERTIFICADO: FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS MÉTODOS ANALÍTICOS DE TAMIZAJE NEONATAL. ¿ES ESTO CORRECTO?	Si es correcta su apreciación.
----	--	--------	---	---	--------------------------------

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022



✓

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

11	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUBNUMERAL 8	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 8	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 8 CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.1.16 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL NUMERAL 1.1.16 NO HACE REFERENCIA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTE CARTA DEBE HACER REFERENCIA A LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.1.15. ¿ES ESTO CORRECTO?	Si es correcta su apreciación.
12	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUBNUMERAL 19	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 19	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	DICE: 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 19 ... ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ES PARA EL PAPEL FILTRO Y LAS LANCETAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	No es correcta su apreciación, deberá adjuntar a su sobre de propuesta técnica, los registros sanitarios para los equipos e insumos que lo requerian, de no requerir registro sanitario, deberá anexar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 2014, donde demuestre que los insumos y equipos no requieren registro sanitario.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



[Handwritten signatures and initials]




SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN



13	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 19	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	DICE: 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 19 ... ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE LOS INSUMOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, SE DEBE INCLUIR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. ¿ES ESTO CORRECTO?	Si es correcta su apreciación.
----	---	--	---	--	--------------------------------

Handwritten signature

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 19 de 23



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



Handwritten checkmark

Handwritten signatures

<p>14 ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>DICE: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE LA FUENTE DE LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS QUE AVALAN EL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CON TÉCNICA DE LECTURA DE FLUORESCENCIA EN TIEMPO RESUELTO. ¿FAVOR DE INDICAR Y PRECISAR?</p>	<p>Considerando las respuestas anteriores a las preguntas relacionadas con la técnica a realizar, se reitera que cualquiera de las dos técnicas puede ser utilizada siempre y cuando se obtengan los seis analitos solicitados.</p>
---	--------------	--	---	---

GENERALES

1. Para la inscripción a la presente licitación los licitantes interesados deberán anexar la Constancia del curso de prevención y concientización sobre faltas administrativas y hechos de corrupción, a la cual se deberá anexar un documento signado por el representante legal en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad estar plenamente conscientes de la prevención y sanción de las citadas irregularidades.
2. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.


Después de dar lectura a las preguntas y sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que realizaran las repreguntas que considerarán pertinentes, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N14-2022

PÁGINA 20 de 23

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
 @saludNL







SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 26 de Abril de 2022 a las 10:00 horas, en la sala de Juntas de la Subsecretaría de Control y Prevención de Enfermedades, ubicada en el 3er. Piso de este mismo inmueble, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente y no se recibirán proposiciones después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:44 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. JUAN SILVANO HERNÁNDEZ SENA	






SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES




EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

--	--	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. ABRAHAM LIZARDO SILVA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	DR. ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ	
REPRESENTANTE DEL PROGRAMA DE SALUD PERINATAL E INVITADO DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORTÍZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL






SERVICIOS DE SALUD

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

INVITADO PERMANENTE		
	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAUL ANGEL MARTÍNEZ IBARRA	

LICITANTE		
	NOMBRE	FIRMA
ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	C. JORGE LÓPEZ RODRÍGUEZ	